



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 22 lipca 2010 r.

AZP.3320/ 6/ / 10

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu pt. „Podniesienie sprawności działania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu – Etap I”**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienia:

Pytanie dot. zadania 1 poz. 6 – elektryczne urządzenie do ssania:

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji wydzieli z pakietu 1 poz. 6 co umożliwi udział w postępowaniu większej liczbie wykonawców a tym samym Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnej ceny za przedmiot zamówienia?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 6 – elektryczne urządzenie do ssania:

Czy Zamawiający dopuści ssak wyposażony w 2 zbiorniki o pojemności 2 l i kompatybilne z nimi wkłady jednorazowe, wyposażone w filtr antybakteryjny i hydrofobowy dodatkowo zabezpieczające ssak przed zalaniem?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 6 – elektryczne urządzenie do ssania:

Czy Zamawiający wymaga aby ssak posiadał 2 niezależne źródła ssania?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 6 – elektryczne urządzenie do ssania:

Czy Zamawiający wymaga aby ssak zabezpieczony był przed zalaniem poprzez filtr hydrofobowy nakręcany bezpośrednio na każde źródło ssania?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Projekt Podniesienie sprawności działania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu Etap I współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

Pytanie dot. zadania 3 – aparat do znieczulenia z wyposażeniem stanowiska do znieczulania:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania z możliwością doposażenia o niezależny monitor zwiotczenia mięśniowego z jednoczesną możliwością podania blokady nerwu. Urządzenie ze względu na sposób zasilania oraz niewielkie rozmiary może być wykorzystane przy wielu stanowiskach anestetycznych.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 3 – monitor zwiotczenia mięśniowego:

Czy Zamawiający dopuści monitorowanie zwiotczenia mięśniowego z jednoczesną możliwością podania blokady nerwu w zewnętrznym, niezależnym urządzeniu? Urządzenie ze względu na sposób zasilania oraz niewielkie rozmiary może być wykorzystane przy wielu stanowiskach anestetycznych.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 3 – monitor głębokości znieczulenia:

Czy Zamawiający dopuści monitor głębokości znieczulenia poprzez moduł w monitorze funkcji życiowych pacjenta na stanowisku anestetycznym? Rozwiązanie takie pozwoli znacznie obniżyć cenę zakupu pakietu oraz umożliwi wykorzystanie w/w modułu w innych kompatybilnych z oferowanym monitorach.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Czy w związku z wymogiem pkt II ust. 2 Zamawiający dopuści przedłożenie wykazu trzech dostaw odpowiadających rodzajem, parametrami i wartością sprzętowi stanowiącemu przedmiot zamówienia, w zakresie na jaki składana jest oferta? Wymóg załączenia wykazu trzech dostaw o wartości 1.200.000, zł. dla oferentów składających ofertę wyłącznie w jednym zadaniu nie jest adekwatny do wartości składanej oferty.

Wyjaśnienie:

Wiążące są warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 2 – łóżko do intensywnej terapii:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża w zakresie 395 – 800 mm? Niska wysokość minimalna zapewnia bezpieczne opuszczenie łóżka przez pacjenta bez potrzeby tzw. zeskakiwania i narażania na upadek i kontuzję.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 2 – łóżko do intensywnej terapii:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko bez możliwości wykonywania zdjęć rtg?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 2 – łóżko do intensywnej terapii:

Czy Zamawiający wymaga odejmowanego wypełnienia segmentów leża?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 2 – łóżko do intensywnej terapii:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania łóżek z możliwością wyboru koloru wypełnień szczytów, umożliwiającym dobranie kolorów do wystroju sali?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 2 – łóżko do intensywnej terapii:

Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjenta Zamawiający wymaga (co wydaje się oczywiste) aby łóżko posiadało możliwość minimalnej wysokości leża na poziomie 39 cm lub mniej co pozwala na bezpieczne opuszczanie łóżka przez pacjentów o niskim wzroście unikając konieczności zeskakiwania – opuszczania łóżka bez możliwości oparcia całkowitego stóp o podłogę i bardziej świadomego opuszczenia łóżka.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 2 – łóżko szpitalne elektryczne:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża w zakresie 395 – 800 mm? Niska wysokość minimalna zapewnia bezpieczne opuszczenie łóżka przez pacjenta bez potrzeby tzw. zeskakiwania i narażania na upadek i kontuzję.

Wyjaśnienie:

Tak, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 2 – łóżko szpitalne elektryczne:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko wyposażone w centralny system hamulcowy?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 2 – stół zabiegowy:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół zabiegowy z regulacją wysokości blatu w zakresie 760 – 1060?

Wyjaśnienie:

Tak, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 3 poz. 1 - Aparat do znieczulenia z wyposażeniem stanowiska do znieczulenia pkt 26 „Regulacja częstości oddechu min. 4 do 80 odd/ min”:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania o zakresie regulacji częstości oddechu od 4 do 65 odd/ min. w trybie wentylacji objętościowej i ciśnieniowej?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 3 poz. 1 - Aparat do znieczulenia z wyposażeniem stanowiska do znieczulenia pkt 27 „Regulacja objętości oddechowej min. 20 do 1 400 odd/ min”:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania o zakresie regulacji oddechowej od 45 do 1 500 ml?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 3 poz. 1 - Aparat do znieczulenia z wyposażeniem stanowiska do znieczulenia respirator anestetyczny:

Czy Zamawiający będzie wymagał kolorowego ekranu wyświetlacza respiratora do prezentacji krzywych – LCD min. 12”?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 4 poz. 3 - Przenośny zestaw resuscytacyjny z niezależnym źródłem tlenu i respiratorem transportowym:

Czy Zamawiający dopuści respirator o wadze 3,1 kg? Cały zestaw znajdować się będzie w torbie transportowej, którą można wygodnie powiesić na wózku transportowym podczas przewozu pacjenta.

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 4 poz. 3 - Przenośny zestaw resuscytacyjny z niezależnym źródłem tlenu i respiratorem transportowym:

Czy Zamawiający wymaga aby respirator mógł być używany w środowisku rezonansu magnetycznego – MRI?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 4 poz. 2 – Respirator transportowy:

Czy Zamawiający wymaga aby respirator mógł być używany w środowisku rezonansu magnetycznego – MRI?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 4 poz. 2 – Respirator transportowy pkt 9:

Czy Zamawiający dopuści respirator z zasilaniem tlenem z układu centralnego w zakresie od 2,8 do 5 bar? Wskazany przedział wartości pokrywa się ze standardami zasilania w gazy stosowanymi w szpitalach i nie powinien stanowić punktu ograniczającego konkurencję – uniemożliwiającego złożenie ważnej oferty.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1 - Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji, pkt 15:

Czy Zamawiający dopuści defibrylator, w którym autotest wykonywany jest automatycznie po każdym włączeniu zasilania i nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych czynności ani dodatkowego sprzętu?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1 - kardiomonitoring:

Czy Zamawiający wymaga ekranu dotykowego?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1 - kardiomonitoring:

Czy Zamawiający wymaga funkcji szybkiego pomiaru temperatury?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Administracyjnych
mgr inż. Bernarda Petryk