

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 14 września 2010 r.

AZP.3320/ 60/ / 10

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę ultrasonografu. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienia:

Pytanie dot. siwz Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych” pkt 1: Czy wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu USG, który posiada nowatorskie rozwiązania w zakresie konstrukcji podstawy jezdnej o czterech niezależnych obrotowych kołach, w tym z blokadą dwóch kół skrętnych, zapewniających stabilną pozycję aparatu o wadze 100 – 110 kg? Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż dodatkowo aparat posiada skrętny panel, umożliwiający lepsze manewrowanie aparatem co jednocześnie jest wygodniejszym (a tym samym lepszym) rozwiązaniem dla Użytkownika.

Wyjaśnienie:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. siwz Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych” pkt 4: Prosimy o potwierdzenie, iż aparat ultrasonograficzny posiadający rozdzielczość matrycy obrazowej z dynamiką 16 bit spełni wymagania Zamawiającego w punkcie 4.

Wyjaśnienie:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. siwz Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych” pkt 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu USG, który posiada wbudowaną w aparat nagrywarkę DVD-R oraz dysk twardy o pojemności 120 GB oraz posiada możliwość podłączenia dodatkowego zewnętrznego dysku twardego?

Wyjaśnienie:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. siwz Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych” pkt 23: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu ultrasonograficznego, który posiada automatyczne obrysowanie spektrum przepływu w czasie rzeczywistym, natomiast nie posiadającego na dzień składania ofert automatycznego obrysowania spektrum przepływu na obrazie zamrożonym?

Wyjaśnienie:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. siwz Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych” pkt 27: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie jednej z poniżej opisanych głowic:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
AZP.3320/ 60/10 - Wyjaśnienie treści SIWZ



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Nordea Bank Polska S.A.
O/Gdynia
38 1440 1101 0000
0000 1121 6037

I. Głowica liniowa o parametrach: 192 kryształy, pasmo 4 – 13 MHz i posiadającej szerokość czoła 50 mm.

II. Głowica liniowa o parametrach: 192 kryształy, pasmo 3 – 11 MHz i posiadającej szerokość czoła 36 mm.

Prosimy aby Zamawiający dokonał wyboru jednej z dwóch opisanych powyżej głowic liniowych i wyraził zgodę na zaproponowanie jednej z nich.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. siwz Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych” pkt 19 i 28:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie głowicy sektorowej kardiologicznej do badań pediatrycznych i noworodków/ wcześniaków o zakresie 3 – 8 MHz, nie pracującej w trybie obrazowania harmonicznego?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek