



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 01 października 2010 r.



tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.  
szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

Nordea Bank Polska S.A.  
O/Gdynia  
38 1440 1101 0000  
0000 1121 6037

AZP 3320/62/ /10

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę maszynowych preparatów do mycia w procesie dezynfekcji termicznej**. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnień.

### **Pytanie dot. poz. 1**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu płynnego, równoważnego opartego na bazie krzemianów, ługu potasowego fosfonianów poniżej 5%, o pH ok. 14, dozowanie koncentratu od 3 do 5 ml/l, przeznaczonego do mycia narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych i instrumentów MIC, sztywnych endoskopów, osprzętu stosowanego w anestezjologii, butów używanych na salach operacyjnych, butelek niemowlęcych, kontenerów ze stali szlachetnej oraz pojemników na narzędzia w opakowaniach po 5 kg.

### **Wyjaśnienie:**

Nie. Wiążące są zapisy w SIWZ

### **Pytanie dot. poz. 2**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu neutralizującego równoważnego opartego na bazie kwasu cytrynowego, o pH 2, kompatybilnego z preparatem alkalicznym, dozowanie koncentratu 1-2 ml/l, przystosowanego do przygotowania narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych i instrumentów MIC, kontenerów ze stali szlachetnej, sztywnych endoskopów, osprzętu stosowanego w anestezjologii, butów używanych na salach operacyjnych oraz butelek niemowlęcych, w płynie, w opakowaniach 5 kg.

### **Wyjaśnienie:**

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ

**Pytanie dot. poz. 1 i 2**

Czy do wyliczeń przyjmując 5 kg = 5 l, czy wyliczyć z gęstości?

**Wyjaśnienie:**

Nie. Do wyliczeń przyjmujemy opakowania 5l.

**Pytanie ogólne:**

W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie wyraża zgody na inne opakowania. Wiążący jest zapis w SIWZ.

**Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat alkaliczny o pH ok. 11,3 (1% roztwór w wodzie demineralizowanej)?

**Wyjaśnienie:**

Nie. Dla zamawiającego istotnym jest pH koncentratu, a nie roztworu roboczego.

**Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w 5L kanistrach gdzie jest wyrażona waga preparatu tj: 6 kg – 4,41 l w odpowiednim przeliczeniu kanistrów na ilość wymaganą przez Zamawiającego tj: 335l – 76 kanistrów.

**Wyjaśnienie:**

Nie. W związku ze skalibrowaniem urządzeń i walidacją procesu dezynfekcji i sterylizacji w naszej jednostce pozostajemy przy zapisach SIWZ, które wymuszone są standardami epidemiologicznymi panującymi w Szpitalu.

**Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat dozowany w zakresie 3-5 ml/L w wodzie zmiękczonej lub 5-10 ml/L w wodzie twardej?

**Wyjaśnienie:**

Tak

**Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat alkaliczny o pH ok. 2,6 (1% roztworu w wodzie demineralizowanej)?

**Wyjaśnienie:**

Nie. Dla Zamawiającego istotnym jest pH koncentratu, a nie roztworu.

**Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w 5 L kanistrach gdzie jest wyrażona waga preparatu tj. 5 kg – 4,3 l w odpowiednim przeliczeniu kanistrów na ilość wymaganą przez Zamawiającego tj. 90 L – 21 kanistrów?

**Wyjaśnienie:**

Nie. W związku ze skalibrowaniem urządzeń i walidacją procesu dezynfekcji i sterylizacji w naszej jednostce pozostajemy przy zapisach SIWZ, które wymuszone są standardami epidemiologicznymi panującymi w Szpitalu.

*Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego  
Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II  
lek. med. Marek Lipiec*