



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 17 listopada 2010 r.



AZP.3320/ 66/ / 10



Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu endoskopowego. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:



Pytanie dot. zad. 8:

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w w/w zadaniu szczypcy biopsyjne o długości 180 cm lub 165 cm w zamian za wymagane w specyfikacji szczypcy o długości 195 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Wyjaśnienie:

Tak.



Pytanie dot. zad. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsów naczyniowych o długości 7,5 mm o kącie rozwarcia 90 stopni?

Wyjaśnienie:

Tak.

tel. centrala
084 6773333

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w §5 na dopisanie następującej części zdania: „(...) wiarygodności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego”?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.
szpital.zam.pl

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w §9 punkt 2 na wykreślenie następującej części podpunktu 3: „(...) pod warunkiem, że nie będzie ona powodowała podwyższenia ceny jednostkowej brutto”?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Pytanie dot. SIWZ, punkt II (Dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom oraz informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta), punkt 4:

Czy Zamawiającemu wystarczy załączenie do oferty ogólnej informacji od producenta określającej warunki sterylizacji, natomiast wraz z dostawą zostaną dostarczone

Nordea Bank Polska S.A.
O/Gdynia
38 1440 1101 0000
0000 1121 6037

szczególne instrukcje użytkowania?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ - Zamawiający wymaga instrukcji od producenta określającej warunki sterylizacji (np. instrukcji użytkowania).

Pytanie dot. zad. 5 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 1 do oddzielnego pakietu w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty przez firmę?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zad. 12 poz. 1:

Czy ze względu na fakt, że ustniki jednorazowe z opaską sprzedawane są w niepodzielnych opakowaniach handlowych pakowanych po 50 sztuk, Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie ilości oferowanych szczoteczek w górę (do 50 sztuk)?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zad. 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji: „Filtry Endo – jet powietrzny oraz wodny” jak również pozycję: „lampy do źródła światła, kompatybilne ze źródłem światła firmy Fujinon” do oddzielnego pakietu w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty przez firmę?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zad. 2 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w zadaniu 2 pozycji 2 punkt 2 na szczypce biopsyjne standardowe o długości 170 cm lub 230 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza szczypce o długości 170 – 195 cm.

Pytanie dot. zad. 2 poz. 2:

Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić następujące szczypce biopsyjne:

- standardowe, łyżeczki owalne z otworami i igłą stabilizującą, długość 195 cm – 4 szt.
 - standardowe, łyżeczki owalne z otworami i igłą stabilizującą, długość 230 cm – 7 szt.
- do oddzielnego pakietu?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zad. 8:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w zadaniu 8 punkt 2 na szczypce biopsyjne standardowe o długości 170 cm lub 230 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza szczypce o długości 170 cm.

Pytanie dot. zad. 11:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w zadaniu 11 na pętle wielorazowe owalne o długości 220 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza długość 220 cm.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Administracyjnych
mgr inż. Bernarda Petryk