



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 30 września 2010 r.

AZP.3320/ 7/ / 10

Dotyczy: Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu mammograficznego cyfrowego wraz z wyposażeniem i instalacją oraz utylizacją poprzedniego urządzenia. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. formularza „Oferta wykonawcy”, pkt. 6:

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom”.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie konieczności wskazania podmiotu, któremu wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, żądanie takie jest bowiem niezgodne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. §1 ust. 1 wzoru umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rezygnację z konieczności przeszkolenia służb Szpitala w zakresie związanym z pełnym serwisowaniem oraz przeglądami okresowymi. Należy zwrócić uwagę, że wszelkie naprawy czy przeglądy okresowe powinny być wykonywane przez przeszkolonych pracowników autoryzowanego serwisu. W trakcie instalacji aparatu pracownik serwisu może przeszkolić służby szpitalne z obsługi aparatu oraz reagowania na sytuacje awaryjne jak również przekazać im podstawowe informacje o konserwacji aparatu.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:

szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt – Wdrożenie systemu zapisu i archiwizacji medycznych danych obrazowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w Zamościu, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Pytanie dot. §2 ust. 2 wzoru umowy oraz SIWZ str. 4:

Czy Zamawiający zmieni brzmienie zapisu SIWZ w ten sposób, że przedłuży termin wykonania umowy o przedmiotowe zamówienie do 60 dni od dnia podpisania umowy?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. §3 ust. 3 oraz §10 ust. 2 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §3 ust. 3 wzoru umowy na: „*Wymienione wyżej ceny brutto nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy za wyjątkiem sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Nieuzasadnione podwyższenie cen w stosunku do oferty upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Wykonawcy.*” oraz §10 ust. 2 tiret 2 na: „*w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT*”?

Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę prosimy o odpowiednią modyfikację zapisów SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. § 6 ust. 1 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §6 ust. 1 na: „*Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części Zamawiającemu należą się od Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2% ceny brutto opóźnionej części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.*”?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. § 6 ust. 3 wzoru umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie w/w zapisu umowy. Kara, która może być naliczona na mocy tego zapisu jest de facto naliczana kilkakrotnie. Zapisy §6 ust. 4 uprawniają Zamawiającego do naliczania kary za zwłokę w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych (w tym usunięciu usterek, wad), natomiast §8 wzoru umowy odnosi się do reklamacji jakościowych i ilościowych dotyczących dostawy.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. §6 ust. 4 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §6 ust. 4 na: „*Za zwłokę w wykonywaniu obowiązków gwarancyjnych określonych w §9 ust. 3 Zamawiającemu należą się od Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,02% ceny brutto uszkodzonego sprzętu, za każdy dzień zwłoki.*”?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. §7 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §7 „*W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia przekraczającej 45 dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Zamawiającego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kar umownych określonych w §6.*”?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. §8 ust. 1 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §8 ust. 1 na „Wykonawca będzie rozpatrywał reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostawy przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.”?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. §9 ust. 3 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §9 ust. 3 na „Wykonawca zobowiązuje się podczas trwania gwarancji do zapewnienia normalnej, zgodnej z warunkami technicznymi, pracy dostarczonego przedmiotu umowy, naprawiając go w ciągu ... dni od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Czas reakcji serwisowej na zgłoszenie awarii wynosi”?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. §9 ust. 5 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §9 ust. 5 na „Wykonawca wymieni na wolny od wad, taki element, podzespół lub zespół aparatu mammograficznego cyfrowego i jego urządzenia, który był poddany naprawom gwarancyjnym.”?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Czy wielkości ognisk mają być podane zgodnie z IEC mierzone testem szczelinowym oraz potwierdzone na tabliczce znamionowej dostarczonego później urządzenia?

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wartości korzystniejszych niż wymagane?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Czy ścieżka anody ma być dwumateriałowa ze względu na fakt, iż Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch materiałów filtracji, a technologicznie materiały filtrów oraz ścieżki anody winny być skorelowane?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Typowa wielkość parametru pojemności cieplnej anody dla mammografów wynosi 300-340 kHU i jest standardem wśród obecnie produkowanych mammografów, zapewniając lepszą gospodarkę ciepłem szczególnie w przypadku wykonywania dużej ilości badań. Dodatkowo większa pojemność cieplna anody poprawia żywotność lampy jak również zapewnia bezprzerwową pracę mammografu. Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia nowoczesnego mammografu o pojemności cieplnej anody lampy min. 300 kHU?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Nowoczesne mammografy posiadają zakres produktu mAs dochodzący do 500 mAs. Wynika to głównie z konieczności pracy z większymi mAs'ami w celu zapewnienia kontrastowych zdjęć. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia nowoczesnego mammografu o ładunku ≥ 500

mAs?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania 2 różnych wartości powiększenia o wartościach minimalnych określonych w załączniku?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga zestawu do zdjęć powiększonych spełniającego min. 1 z dwóch podanych parametrów.

Pytanie:

Pragniemy podkreślić, że nowoczesne metody pomiaru dawki bazują na danych otrzymanych bezpośrednio z detektora cyfrowego, a nie z komór pomiarowych AEC stosowanych typowo w aparatach analogowych. Czy Zamawiający doprecyzuje ten zapis specyfikacji na „AEC działające w oparciu o powierzchnię detektora cyfrowego”?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania motorowej kompresji na poziomie ≥ 200 N?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania oscylacyjnej kratki przeciwrozproszeniowej?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania najniższego położenia detektora ≤ 65 cm ze względu na poprawę ergonomii badania oraz rozszerzenia zakresu populacji możliwej do zbadania w pozycji siedzącej (na wózku lub dedykowanym łóżku)?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Zamawiający w Załączniku do SIWZ „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” w pozycji 5 wymaga „*Alfanumeryczne wyświetlanie parametrów ekspozycji, tj. kV, mAs, rodzaj filtra*”. W nowoczesnych konstrukcjach mammografów cyfrowych, z wielkopowierzchniowym detektorem bezpośredniej mammografii DR, informacja o rodzaju filtra wskazywana jest obsłudze za pomocą wyświetlaczy diodowych. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie tego rodzaju informacji o rodzaju filtra i zmianę opisu parametru na „*Alfanumeryczne wyświetlanie parametrów ekspozycji, tj. kV, mAs, i wskazywanie rodzaj filtra*”.

Wyjaśnienie:

Aparat powinien spełniać wymagania Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne, Zarządzenie nr 81/2008/DSOZ. SIWZ bez zmian.

Pytanie:

Zamawiający w Załączniku do SIWZ „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” w pozycji 10 wymaga „*Sterowanie ruchem płytki dociskowej, całej głowicy góra-dół i ruchu obrotowego za pomocą przycisków ręcznych / nożnych*”. W nowoczesnych konstrukcjach mammografów cyfrowych, z wielkopowierzchniowym detektorem bezpośredniej mammografii DR, sterowanie ruchu obrotowego ramienia mammografu odbywa się automatycznie do zadanych programowo pozycji kątowych po naciśnięciu jednego przycisku. Nie ma potrzeby pozycjonowania kąowego przy pomocy przycisków nożnych. Wtedy istnieją jedynie przyciski ręczne automatycznego i ręcznego ruchu obrotowego. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie tego rodzaju sterowania ruchu obrotowego i zmianę opisu parametru na „*Sterowanie ruchem płytki dociskowej, całej głowicy góra-dół i ruchu obrotowego za pomocą przycisków ręcznych lub nożnych lub obu*”.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Zamawiający w Załączniku do SIWZ „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” w pozycji 12 wymaga „*Najniższe położenie detektora max. 71 cm od podłoża*”. W nowoczesnych konstrukcjach mammografów cyfrowych, z wielkopowierzchniowym detektorem bezpośredniej mammografii DR, najniższe położenie detektora dostosowane jest do pozycji pacjentki stojącej i siedzącej na wózku (np. wózku inwalidzkim) lub leżącej na blacie mammotomu. Aby nie doszło do kolizji panelu detektora z przeszkodą w postaci poręczy wózka lub nóg siedzącej pacjentki, stosowana jest najniższa pozycja detektora 80 cm od podłogi. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie 80 cm najniższego położenia detektora od podłoża.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Zamawiający w Załączniku do SIWZ „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” w pozycji 25 wymaga „*Dwa rozmiary płytki dociskowej z automatycznym rozpoznawaniem rozmiaru płytki*”. Z tej funkcji nie wynika u niego żadna korzyść diagnostyczna bo wielkość pola ekspozycji dekretuje i ustawia obsługa. W nowoczesnych konstrukcjach mammografów cyfrowych, z wielkopowierzchniowym detektorem bezpośredniej mammografii DR, można wykorzystywać oba rozmiary płytki dociskowej na dużym i małym polu obrazowania, co jest rozwiązaniem lepszym diagnostycznie. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie tego rozwiązania i zmianę opisu parametru na: „*Dwa rozmiary płytki dociskowej z automatycznym rozpoznawaniem lub ręcznym dekretowaniem rozmiaru płytki*”.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Zamawiający w Załączniku do SIWZ „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” w pozycji 28 wymaga „*Konsola technika dedykowana do oferowanego modelu mammografu wraz z serwerem PACS/RIS*”, którego parametry podano w dalszym opisie parametru. Taki opis wskazuje na jeden produkt jednego producenta General Electric. Wymaganie serwera w komplecie mammografu cyfrowego jest funkcjonalnie i kosztowo nieuzasadnione ponieważ Zamawiający posiada już system PACS/RIS w Zakładzie Radiologii przez to, że wymaga *Podłączenia aparatu mammograficznego, konsoli technika wraz z*

serwerem do systemu PACS/RIS Zakładu Radiologii – licencje, wdrożenie, uruchomienie". Do tego wystarcza wymagany w pozycji 27 „*Interfejs sieciowy mammografu cyfrowego w standardzie DICOM 3.0 w pełnej opcji*". Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie w/w rozwiązania i zmianę opisu parametru na: „*Konsola technika dedykowana do oferowanego modelu mammografu, z interfejsem sieciowym mammografu cyfrowego w standardzie DICOM 3.0 oraz z kompletnymi procedurami DICOM 3.0 do integracji z istniejącym systemem PACS/RIS Zakładu Radiologii Zamawiającego lub wraz z serwerem PACS/RIS.*

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga aby serwer PACS/RIS był fizycznie zintegrowany z konsolą technika. Zakład Radiologii posiada serwer parametrami nieprzystosowanymi do podłączenia mammografu w związku z tym Zamawiający wprowadził wymóg dostarczenia serwera PACS/RIS o parametrach opisanych w pkt. 28.

Pytanie:

Zamawiający w Załączniku do SIWZ „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” w pozycji 2 UWAGA napisał „*Wykonawca zobowiązany jest do zadeklarowania w tabeli w kolumnie „Wartość oferowana” (tam gdzie jest to wymagane) konkretnych wartości liczbowych umożliwiających dokonanie oceny, co oznacza, że niedopuszczalne jest podawanie wartości w przedziałach liczbowych (od...do) jak również poprzez wskazanie „>” lub „<”*”. Nigdzie w w/w Załączniku do SIWZ nie występują wskazane znaki nierówności. Jedynie w pozycji 16 o treści „*Wielkość pixela detektora $\leq 100 \mu\text{m}$* ” występuje znak „<”. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i poprawienie oczywistego błędu maszynowego przez zastąpienie znaków „>” i „<” znakami „>” i „ \geq ”.

Wyjaśnienie:

Zamawiający w kolumnie „nazwa parametru” określił wymagania co do wielkości pixela detektora, natomiast w kolumnie „wartość oferowana” wymaga podania wartości wielkości pixela detektora oferowanego mammografu. Zgodnie z SIWZ wielkość pixela detektora $\leq 100 \mu\text{m}$.

Pytanie:

Zamawiający nigdzie w SIWZ nie zawarł wymagania wykonania instalacji podanych w Załączniku „*Opis wykonania instalacji elektrycznych dla gabinetu zdjęć stomatologicznych i mammograficznych i sterowni*”. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i podanie czy w cenę oferty należy wliczyć koszt wykonania wskazanych instalacji elektrycznych.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Zamawiający wymaga „*Termin realizacji zamówienia - w ciągu 35 (trzydziestu pięciu) dni licząc od daty podpisania umowy*”. Jest to wymaganie zbyt rygorystyczne gdyż mammografy cyfrowe są produkowane dla konkretnego użytkownika po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie terminu realizacji zamówienia - w ciągu 40 dni roboczych.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Zamawiający wymaga udokumentowania realizacji dwóch dostaw aparatu mammograficznego cyfrowego. Najnowocześniejsze konstrukcje mammografów cyfrowych, z

wielkopowierzchniowym detektorem bezpośredniej mammografii DR, są instalowane od końca ubiegłego roku. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie legitymowania się jedną dostawą aparatu mammograficznego cyfrowego lub dwoma dostawami aparatów cyfrowych z płaskim detektorem bezpośredniej radiografii DR, a w tym jednego mammografu w takiej konfiguracji.

Wyjaśnienie:

Informujemy, że zmianie ulega warunek udziału w postępowaniu dot. posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek podany w pkt. 2 na str. 4 i 5 SIWZ o treści: „2. - muszą wykazać w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizację dwóch dostaw aparatu mammograficznego cyfrowego o wartości dostaw co najmniej na poziomie 1.000.000,- złotych polskich każda” po zmianie otrzymuje brzmienie: **„2. - muszą wykazać w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizację dwóch dostaw aparatury do diagnostyki obrazowej o wartości dostaw co najmniej na poziomie 1.000.000,- złotych polskich każda”.**

W związku z powyższym ulega również zmianie zapis dot. dokumentów wymaganych celem potwierdzenia spełniania warunku określonego w punkcie II. 2 i otrzymuje brzmienie: **„Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Zamawiający wymaga udokumentowania realizacji dwóch dostaw aparatury do diagnostyki obrazowej o wartości dostaw co najmniej na poziomie 1.000.000,- złotych polskich każda. Wszystkie wymienione w przedmiotowym wykazie dostawy muszą być potwierdzone dokumentami świadczącymi o ich należytnym wykonaniu”.**

Pytanie:

Zamawiający wymaga w pozycji 2 rozdziału *„Dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom, oraz informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta”*: *„Oferta cenowa przygotowana w sposób podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia str. 10 i zawierająca wszystkie elementy, o których w nim mowa”*. Tymczasem takiego dokumentu nie ma w SIWZ. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i usunięcie tej nieścisłości.

Wyjaśnienie:

Informujemy, że wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego przygotowania oferty cenowej w sposób podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia str. 10 i zawierającej wszystkie elementy, o których w nim mowa.

Pytanie dot. punktu 38:

Rozumiemy, iż Zamawiający w tym punkcie ma na myśli zakup przez Wykonawcę pełnych licencji za podłączenie sprzętu opisanego w tym punkcie.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający ma na myśli pełne i bezterminowe licencje.

Pytanie dot. punktu 1:

Czy Zamawiający ma na myśli wartości wielkości ognisk podane na tabliczce znamionowej lampy? Wartości podane na tabliczce znamionowej są rzeczywistymi wielkościami a nie parametrami marketingowymi.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. punktu 6:

Czy Zamawiający ma na myśli ręczny dobór kV, mAs oraz położenie komór pomiarowych? Ręczny dobór parametrów umożliwia pełną kontrolę ekspozycji w trudnych przypadkach np. piersi z implantami.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. punktu 10:

Rozumiemy, że Zamawiający ma na myśli kontrolę ruchami przy pomocy przycisków ręcznych lub nożnych? Ruch obrotowy jest zwyczajowo realizowany przy pomocy tylko przycisków ręcznych.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. punktu 20, 21, 22:

Rozumiemy, że Zamawiający wymaga tu dostarczenia generatora zintegrowanego wewnątrz kolumny mammografu. W przypadku generatorów stosowanych w mammografii nie ma potrzeby zabudowywania ich w osobnych obudowach. Wymagałoby to dodatkowej przestrzeni w pracowni.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. punktu 15:

Rozumiemy, że Zamawiający wymaga dostarczenia detektora chłodzonego powietrzem. W starszych rozwiązaniach do chłodzenia używano wody. Wymagało to budowy specjalnej dodatkowej instalacji chłodzącej.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. punktu 28:

Prosimy o wyjaśnienie czy pod pojęciem konsoli należy rozumieć wolnostojący element (niezależny od kolumny z ramieniem). Takie rozwiązanie umożliwia zmniejszenie dawki promieniowania rozproszonego w miejscu pracy technika RTG.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. punktu Lp. 1:

Rozumiemy, że lampa i detektor mają być zawieszane na konstrukcji typu ramię „C” o izocentrycznym ruchu obrotowym. Tylko takie rozwiązanie, stosowane przez większość producentów zapewnia wysoką ergonomię aparatu.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Rozumiemy, że Zamawiający uwzględni dni robocze w czasie przewidzianym na usunięcie uszkodzenia, nie dłuższym niż 14 dni?

Wyjaśnienie:

Nie, dni kalendarzowe.

Pytanie:

W nawiązaniu do ust. 5 § 9 wzoru umowy, prosimy o odstąpienie od wymogu ewentualnej wymiany całego urządzenia na nowy i ograniczenie wymogu oraz zobowiązanie Wykonawcy do wymiany na nowy element, podzespół lub zespół aparatu mammograficznego cyfrowego i jego wyposażenia, który był poddany wcześniejszym naprawom.

Wymiana całego urządzenia mammograficznego cyfrowego, które wcześniej było poddane naprawom gwarancyjnym, jest bezzasadne. W przypadku awarii/ uszkodzeń elementów, podzespołów lub zespołów aparatu mammograficznego cyfrowego, uszkodzone elementy czy podzespoły poddawane są bezpośrednio na nowe. Gwarantuje to pełną sprawność i funkcjonalność aparatu mammograficznego cyfrowego. Nie ma więc podstaw do wymiany całego aparatu mammograficznego cyfrowego na nowy, zwłaszcza, że wymianie mogą podlegać tak drobne elementy urządzenia jak np. klawisze konsoli sterującej, których wymiana nie wpływa na jakość diagnozowania. W związku z powyższym prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez uwzględnienie zaproponowanego przez nas poniższego zapisu ust. 5 § 9 wzoru umowy:

"Wykonawca wymieni na nowy, taki element, podzespół lub zespół aparatu mammograficznego cyfrowego i jego wyposażenia, który był poddany naprawom gwarancyjnym".

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

W nawiązaniu do ustępu 2 § 6 wzoru umowy, mając na względzie tzw. równe traktowanie stron, prosimy również o określenie kary umownej dla Zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający odstąpi od żądania wykazania się przez wykonawcę dwoma dostawami aparatu mammograficznego cyfrowego o wartości dostaw co najmniej na poziomie 1 mln zł. a zachowa proporcję poprzez żądanie wykazania się dwoma dostawami aparatury do diagnostyki obrazowej o wartości co najmniej na poziomie 1 mln każda?

Wyjaśnienie:

Informujemy, że zmianie ulega warunek udziału w postępowaniu dot. posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek podany w pkt. 2 na str. 4 i 5 SIWZ o treści: „2. - muszą wykazać w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizację dwóch dostaw aparatu mammograficznego cyfrowego o wartości dostaw co najmniej na poziomie 1.000.000,- złotych polskich każda” po zmianie otrzymuje brzmienie: „**2. - muszą wykazać w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizację dwóch dostaw aparatury do diagnostyki obrazowej o wartości dostaw co najmniej na poziomie 1.000.000,- złotych polskich każda**”.

W związku z powyższym ulega również zmianie zapis dot. dokumentów wymaganych celem potwierdzenia spełniania warunku określonego w punkcie II. 2 i otrzymuje brzmienie: „**Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Zamawiający wymaga udokumentowania realizacji dwóch dostaw aparatury do diagnostyki obrazowej o**

wartości dostaw co najmniej na poziomie 1.000.000,- złotych polskich każda. Wszystkie wymienione w przedmiotowym wykazie dostawy muszą być potwierdzone dokumentami świadczącymi o ich należyтым wykonaniu”.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie w celu wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, dwóch informacji z Placówek, gdzie zrealizowane zostały dostawy na aparaturę RTG zbieżne z przedmiotem zamówienia na kwotę 1.000.000,00 każda?

Wyjaśnienie:

W celu wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Zamawiający wymaga udokumentowania realizacji dwóch dostaw aparatury do diagnostyki obrazowej o wartości dostaw co najmniej na poziomie 1.000.000,- złotych polskich każda. Wszystkie wymienione w przedmiotowym wykazie dostawy muszą być potwierdzone dokumentami świadczącymi o ich należyтым wykonaniu.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści fabrycznie nowy produkt z roku 2009?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. Zestawienia wymaganych parametrów technicznych i użytkowych – punkt 2.

Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności oferowania filtrów melibdenowego i rodowego, dopuszczając rozwiązania z dwoma filtrami np. srebro i rod dedykowanymi do rodzaju anody i zastosowanego detektora?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z dwoma filtrami zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zarządzenia nr 81/2008/DSOZ Prezesa NFZ.

Pytanie dot. Zestawienia wymaganych parametrów technicznych i użytkowych – punkt 30.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania osłony przeciwradiacyjnej stanowiska technika (szyby ochronnej) z materiału o ekwiwalencie co najmniej 0,5 mm Pb?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania osłony przeciwradiacyjnej, przezroczystej stanowiska technika z materiału o ekwiwalencie co najmniej 0,5 mm Pb.

Pytanie dot. §3 ust. 3 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie ustępu 3 i wyrazi zgodę naępujący zapis „W razie zmiany stawki podatku VAT po zawarciu umowy, dla Stron wiążąca będzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury, a zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. §5 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi na wykreślenie z niniejszego paragrafu słów „ani też przelać swych wierzytelności wynikających z umowy na inną osobę lub jednostkę”.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. §6 ust. 1 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do ustępu 1 następującego sformułowania „nie więcej niż 10% w/w kwoty”?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. §6 ust. 2 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do ust. 2 po słowach „przez wykonawcę” następującego sformułowania „z przyczyn od niego zawinionych”?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. §6 ust. 3 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do ustępu 3 następującego sformułowania „nie więcej niż 10% w/w kwoty”?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. §6 ust. 4 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do ustępu 4 następującego sformułowania „limit nie więcej niż 10% w/w kwoty”?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. §6 ust. 5 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do ustępu 5 następującego sformułowania „do wysokości stary rzeczywistej”?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. §6 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do paragrafu 6 ustępu 6 o poniższym brzmieniu: „Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do 15 % wynagrodzenia brutto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom“

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. §7 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w niniejszym paragrafie na: „W razie zwłoki w wykonaniu umowy przekraczającej 7 dni Zamawiający ma prawo po uprzednim pisemnym wezwaniu do wykonania umowy, rozwiązać umowę”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. §8 ust. 2 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do ustępu 2 następującego sformułowania „limit nie więcej niż 10% w/w kwoty”?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. §9 ust. 4 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do ustępu 4 następującego sformułowania: „Wszelkie naprawy/wymiany gwarancyjne skutkują wyłącznie przedłużeniem gwarancji o czas niesprawności urządzenia”?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. §9 ust. 5 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące brzmienie niniejszego ustępu:

„Wykonawca wymieni na nowy taki element, podzespół lub zespół aparatu mammograficznego cyfrowego i jego wyposażenia, który był poddany naprawom gwarancyjnym”?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. §9 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 9 ustępu 11 o poniższym brzmieniu:

Gwarancją nie są objęte:

a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek: eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady, samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)

c. materiały eksploatacyjne,

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. §9 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 9 ustępu 12 o poniższym brzmieniu: „Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wyjątkiem prawa odstąpienia od umowy”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. §10 ust. 2 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skreślenie słów od „pod warunkiem”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. Zestawienia wymaganych parametrów technicznych i użytkowych pkt 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego mammograf wyposażony w lampę

o wielkości nominalnej małego ogniska 0,15 mierzonej metodą szczelinową? Obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 sierpnia 2009 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych dopuszcza w mammograficznej diagnostyce pogłębionej małe ognisko o wielkości 0,15.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga aby mammograf spełniał wymagania Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Zarządzenie nr 81/2008/DSOZ.

Pytanie dot. Zestawienia wymaganych parametrów technicznych i użytkowych pkt 18

Czy Zamawiający w punkcie 18 ma na myśli min. 2 formaty odpowiadające 23 x 29 cm oraz 18 x 23 cm +/- 1 cm? Producenci oferujący detektory o wymiarach 24 x 30 cm zazwyczaj oferują maksymalny możliwy format 24 x 30.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga dwa formaty pola obserwacyjnego min. 23 x 29 cm oraz 18 x 23 cm zgodnie z wymaganiami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia załącznik nr 4 do Zarządzenie nr 81/2008/DSOZ.

Pytanie dot. Zestawienia wymaganych parametrów technicznych i użytkowych pkt 26

Czy Zamawiający w punkcie 26 wymaga łącznie 500 igieł o zróżnicowanej średnicy G14 oraz G16, których długość jest wartością z zakresu 9-15 cm?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający wymaga łącznie min. 500 szt. igieł jednorazowych (po 250 szt. każdego rodzaju) tego samego producenta średnicy 14G i 16G długości 9 – 15 cm.

Pytanie dot. Zestawienia wymaganych parametrów technicznych i użytkowych pkt 34

U wielu producentów oprogramowanie CAD pracuje na osobnym komputerze natomiast stacje lekarskie są wyposażone w licencje umożliwiające wyświetlanie na zdjęciach mammograficznych przysyłanych do nich znaczników CAD. Czy Zamawiający w punkcie 34 wymaga dostarczenia oprogramowania CAD pracującego na osobnej stacji lub na stacjach opisowo obrazowych oraz możliwości wyświetlania znaczników CADa na obu stacjach?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany mammograf ze względu na przyszłe możliwości rozwoju placówki był w chwili dostawy przygotowany na upgrade do nowoczesnej technologii tomosyntezy bez konieczności wymiany statywu mammografu?

Wyjaśnienie:

Nie.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiany opisu przedmiotu zamówienia określonego w „Zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” dotyczą pkt. 10, 28, 33, 34, 35, 37, 38 i 40, wyłącza się z przedmiotu zamówienia System podtrzymania i stabilizacji zasilania UPS konsoli technika opisany w pkt. 29 oraz wprowadza się nowy zapis do wzoru umowy w §9. §9 otrzymuje ust. 11 o brzmieniu: „Pracownicy serwisujący sprzęt medyczny zawierający dane o pacjentach będą je uznawali jako informacje poufne”.

Zmiany wynikające z udzielonych niniejszym pismem wyjaśnień oraz wprowadzone przez Zamawiającego na mocy art. 38 ust. 4 odzwierciedla załączone do niniejszego pisma „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”.

Zmianie ulega również termin otwarcia i składania ofert oraz wniesienia wadium:

- Nowy termin składania ofert to: **25 października 2010 r. godz. 11:00.**
- Nowy termin wniesienia wadium to: **25 października 2010 r. godz. 11:00.**
- Nowy termin otwarcia ofert to: **25 października 2010 r. godz. 12:00.**

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec