



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość dnia 12 października 2010 r.



AZP.3320/71/ /10

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późn. zm., że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek do intensywnej terapii, szpitalnych łóżek elektrycznych, stołu zabiegowego i znormalizowanego wózka (stolika) anestetycznego w ramach projektu pt. „Podniesienie sprawności działania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu – Etap I”. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:



1. Czy Zamawiający wymaga aby łóżko było wyposażone w bezwysiłkową, elektrycznie regulowaną funkcją anty i Trendelenburga ? Oferowany parametr jest parametrem lepszym od wymaganego.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.



2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko posiadające centralną blokadę kół ? oferowany parametr jest parametrem lepszym.

Wyjaśnienie: Tak. Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga blokady minimum 2 (dwóch) kół.



3. Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjenta Zamawiający wymaga (co wydaje się oczywiste) aby łóżko posiadało maksymalne obciążenie robocze na poziomie 230 kg. W sytuacjach zagrożenia życia (np. reanimacja) lub też wielu dziennych sytuacjach kiedy personel lub goście wspierają (opierają się o leże lub), siadają na leżu pacjenta wymagane jest by wytrzymałość była zagwarantowana na wystarczającym poziomie.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.
szpital.zam.pl

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii o szerokości całkowitej 1030 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii z odejmowanym wypełnieniem szczytów łóżka oraz górną poprzeczką oraz pionowymi słupkami zintegrowanymi z łóżkiem ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii tylko z mechanicznym CPR ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Projekt Podniesienie sprawności działania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu
Etap I współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



REGON
006050134

KRS
0000021024

Nordea Bank Polska S.A.
O/Gdynia
38 1440 1101 0000
0000 1121 6037

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –
Wyjaśnienie treści SIWZ – AZP 3320/71/10

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii bez możliwości wykonywania zdjęć RTG ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii z barierkami bocznymi nie poruszającymi się wraz z segmentami leża ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne elektryczne o szerokości całkowitej 1080 mm, co nieznacznie odbiega od parametru oczekiwanego ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii wyposażone w pilot przewodowy zamiast panelu centralnego ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

11. Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy (wózek) z regulacją wysokości w zakresie 600 –900 mm ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

12. Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy (wózek) o wymiarach zewnętrznych 2050 x 730 mm i adekwatnym do tego leżu ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

13. Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy (wózek) z pozycją Trendelenburga 20° i anty – Trendelenburga 12° ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

14. Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy (wózek) 3 – segmentowy?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

15. Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy (wózek) bez blatów-podnóżków ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

16. Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy (wózek) bez szyn do mocowania wyposażenia dodatkowego ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

17. Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy (wózek) z elementami metalowymi wykonanymi ze stali węglowej pokrytej chromem ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

18. Czy Zamawiający podzieli przedmiot zamówienia na poszczególne pakiety ?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SIWZ.

19. Czy Zamawiający dopuści wózek (stolik) anestetyczny – 1 szt. – wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 ? Oferowany wózek posiada blat m.in. odporny na środki dezynfekcyjne.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

20. Łóżko do intensywnej terapii – 2 szt.: Czy Zamawiający dopuści całkowitą szerokość łóżka 979 mm ?

Wyjaśnienie: Tak.

21. Łóżko szpitalne elektryczne 2 szt.: Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości łóżka w zakresie 465 – 765 mm ?

Wyjaśnienie: Tak.

22. Łóżko do intensywnej terapii – 2 szt. Czy zamawiający dopuści łóżko z zasilaniem 230V, 50 Hz bez sygnalizacji włączenia do sieci ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

23. Łóżko do intensywnej terapii – 2 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości zewnętrznej 2 250 mm ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

24. Łóżko do intensywnej terapii – 2 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 980 mm ? Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego.

Wyjaśnienie: Tak.

25. Łóżko do intensywnej terapii – 2 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 460 - 860 mm ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

26. Łóżko do intensywnej terapii – 2 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko o regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 17° ?

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga regulacji elektrycznej pozycji Trendelenburga i anty minimum 15°.

27. Łóżko do intensywnej terapii – 2 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez zabezpieczenia przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

28. Łóżko do intensywnej terapii – 2 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko z jednoczesnymi barierkami bocznymi zapewniającymi ochronę na $\frac{3}{4}$ długości leża ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

29. Łóżko szpitalne elektryczne – 2 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2.060 mm ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

30. Łóżko szpitalne elektryczne – 2 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 460 - 860 mm ?

Wyjaśnienie: Tak.

31. Łóżko szpitalne elektryczne – 2 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko o regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 17° ?

Wyjaśnienie: Tak, zgodnie z SIWZ.

32. Łóżko szpitalne elektryczne – 2 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną sekcji oparcia pleców od 0° do 75° ?

Wyjaśnienie: Tak, zgodnie z SIWZ.

33. Łóżko szpitalne elektryczne – 2 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną sekcji oparcia uda od 0° do 45° ?

Wyjaśnienie: Tak, zgodnie z SIWZ.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Administracyjnych
mgr inż. Bernarda Petryk