



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 20 października 2010 r.



AZP.3320/ 75/ / 10

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę respiratora stacjonarnego. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:



Pytanie:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia instrukcji serwisowej w języku polskim.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.



Pytanie dot. 6:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie respiratora nie zasilanego powietrzem z centralnego źródła gazów jednakże z cichą i wydajną turbiną wewnętrzną?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.



tel. centrala
084 6773333

Pytanie dot. 18:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie respiratora z regulacją objętości oddechowej w zakresie 40 – 2500 ml?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

Pytanie dot. 19:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie respiratora bez regulacji szczytowego przepływu wdechowego?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.p

NIP
922-22-92-491

Pytanie dot. 21:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie respiratora z regulacją ciśnienia wdechowego z zakresie 3 – 55 cm H₂O?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

REGON
006050134

KRS
0000021024

Pytanie dot. 24:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie respiratora z regulacją ciśnienia wspomagania z zakresie 3 – 55 cm H₂O?

Nordea Bank Polska S.A.
O/Gdynia
38 1440 1101 0000
0000 1121 6037

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
AZP.3320/ 75/ 10 – wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy §8 ust. 1:

Prosimy o zmianę zapisu na „W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych w ciągu 48 godzin
- wad jakościowych w ciągu 14 dni.”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy §9 ust. 5:

Prosimy o zmianę zapisu na „Sprzedawca wymieni sprzęt na nowy w przypadku 3-krotnej naprawy tego samego istotnego elementu urządzenia np. płyty głównej”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek