



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość dnia 19 października 2010 r.



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Nordea Bank Polska S.A.
O/Gdynia
38 1440 1101 0000
0000 1121 6037

AZP.3320/76/ /10

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę głowic usg convex – 2 sztuki do ultrasonografu MyLab 60 i MyLab 70 XVG firmy Esaote Biomedica. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga zaoferowania fabrycznie nowych – rok produkcji 2010, 2 sztuk głowic convex do ultrasonografu MyLab 60 i MyLab 70 VG.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z wzorem umowy - § 9, pkt. 7, integralną częścią SIWZ.

2. Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej jakości sprzętu pochodzącego z wiadomego źródła i tym samym spełniającego wszelkie wymagane normy, w tym min. normy bezpieczeństwa dla użytkowników sprzętu oraz dla ich pacjentów oferowane głowice powinny pochodzić od dostawcy posiadającego autoryzację producenta na terenie Polski.

Prosimy zatem o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby instalacja oferowanego przedmiotu zamówienia wraz ze szkoleniem personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi były dokonane przez autoryzowanego dystrybutora i autoryzowany serwis producenta oraz wymaga aby Wykonawca załączył do oferty dokument autoryzacji na terenie Polski.

Wyjaśnienie:

Nie.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Lek. med. Andrzej Mielcarek