



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 30 listopada 2010 r.



AZP.3320/ 81/ /10



dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych i preparatu wiskoelastycznego. Poniżej przedstawiamy ich treść i wyjaśnienia:

Pytanie dot. wzoru umowy nr 1 i 2:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów wzorów umowy wg poniższej propozycji: „*Wymienione wyżej ceny netto nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy. Podwyższenie cen w stosunku do oferty upoważnia kupującego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania rzecz Sprzedającego.*”

„- *zmiany stawki VAT pod warunkiem, że nie będzie ona powodowała podwyższenia ceny netto*”.

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzorów umów nr 1 i nr 2 integralnych części SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji soczewki o zakresie mocy optycznej +5 D do +30,0 D przy zachowaniu pozostałych parametrów soczewki ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji soczewek o zakresie mocy optycznej od – 5,0 D do +33,0 D (co 1,0 D) bez konieczności oferowania w zakresie + 10,0 D do + 30,0D mocy połówkowych, przy zachowaniu pozostałych parametrów ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji soczewek o zakresie mocy

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.p

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Nordea Bank Polska S.A.
O/Gdynia
38 1440 1101 0000
0000 1121 6037

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Wyjaśnienia treści SIWZ – postępowanie AZP.3320/81/10

strona 1 z 2

optycznej od $-5,0\text{ D}$ do $+33,0\text{ D}$ (gdzie soczewki o mocy optycznej = od $+10,00\text{ D}$ do $+30,0\text{ D}$ co $0,5\text{ D}$ posiadają parametry: część haptyczna = $12,00\text{ mm}$; część optyczna = $5,5\text{ mm}$) ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadanie 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tym zadaniu preparatu wiskoelastycznego o 1% stężeniu soli sodowej hialuronianu, lepkości $25\ 000\text{ mPa/s}$, w ampułkostrzykawkach o objętości $0,85\text{ ml}$ przy zachowaniu pozostałych parametrów ? Jeśli tak, to prosimy o podanie wymaganej ilości ampułkostrzykawek.

Wyjaśnienie:

Nie.

Zastępca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec