

Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych”

Zadanie 1 - Bronchofiberoskop –1szt.

Lp	PARAMETR / WARUNEK	WARUNEK GRANICZNY	PARAMETR OFEROWANY
1.	Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji - 2010	TAK	
2.	Średnica zewnętrzna wziernika – max 5,6 mm	TAK	
3.	Kanał roboczy – min. 2,6 mm	TAK	
4.	Wygięcie końcówki dystalnej: górze min. 130°, dół min. 90°	TAK	
5.	Pole widzenia min. 90°	TAK	
6.	Możliwość pełnego zanurzenia w środku dezynfekcyjnym	TAK	
7.	Źródło światła wbudowane lub podłączane bezpośrednio do bronchofiberoskopu (bez użycia światłowodu)	TAK	
	Wyposażenie		
8.	Szczoteczka do czyszczenia kanału roboczego – min. 5 szt.	TAK	
9.	Ustnik - min. 3 szt.	TAK	
10.	Tester szczelności – 1 szt.	TAK	
11.	Olej konserwujący – 1 szt.	TAK	
12.	Kuweta do sterylizacji gazowej – 1 szt.		
13.	Walizka do przechowywania bronchofiberoskopu – 1 szt.	TAK	

Warunki gwarancji:

Gwarancja minimum 24 miesiące

Zadanie 2 - Inhalator pneumatyczny – 1 szt.

Lp.	Parametr/warunek	Warunek graniczny	Parametr oferowany
1.	Inhalator pneumatyczny przeznaczony do zabiegów inhalacyjnych aerozolem wytwarzanym z ciekłych środków czynnych	TAK	
2.	Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2010	TAK	
3.	Zastosowanie w leczeniu schorzeń górnych i dolnych dróg oddechowych	TAK	
4.	Inhalator przystosowany do pracy ciągłej	TAK	
5.	Aparat przenośny, przyłózkowy	TAK	
6.	Średnia wielkość cząsteczek MMAD poniżej 1,5 µm	TAK	
7.	Zakres średnic rozpylanych cząsteczek: 0,5 do 5 µm	TAK	
8.	Wydajność aerozolu: min. 0,48 ml/min	TAK	

9.	Wydajność sprężarki: min. 15 l/min	TAK	
10.	Maksymalna pojemność naczynia na lek nie mniejsza niż 7 ml	TAK	
11.	Możliwość wytwarzania aerozolu pulsującego - wibroaerozolu	TAK	
12.	Sterowanie mikroprocesorowe – klawiatura wodoodporna	TAK	
13.	Możliwość zaprogramowania czasu trwania inhalacji	TAK	
14.	Automatyczne wyłączenie urządzenia po skończonym zabiegu	TAK	
15.	Zasilanie 230V, 50 Hz	TAK	
16.	Komora nebulizacyjna do inhalacji standardowych wraz z kompletem akcesoriów dla dorosłych i dzieci (nebulizator, ustnik, maseczki, końcówki donosowe, dreny) – 1 kpl.	TAK	
17.	Komora nebulizacyjna do inhalacji wibroaerozolem wraz z kompletem akcesoriów (nebulizator, końcówka nosowa, dreny powietrza i wibracji) – 1 kpl.	TAK	
18.	Akcesoria przystosowane do sterylizacji/dezynfekcji	TAK	

Gwarancja min 24 miesiące