



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 7 maja 2010 r.

AZP.3320/ 9/ / 10

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę stymulatorów jedno- i dwujamowych wraz z elektrodami i osprzętem dla potrzeb Pracowni Wszczepiania Stymulatorów Oddziału Kardiologii. Poniżej podajemy treść pytania i wyjaśnienie:

**Pytanie:
dot. pakietu 4:**

Czy Zamawiający dopuści stymulator z automatyką do stymulacji 1-jamowej SSIR nie posiadający funkcji Auto Capture?

Wyjaśnienie:

Tak. W związku z tym z katalogu parametrów wymaganych dla zadania 4 - Stymulator z automatyką do stymulacji jednojamowej SSI-R – 100 szt. funkcja auto capture zostaje wykreślona.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Administracyjnych
mgr inż. Bernarda Petryk

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000