



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Zamość, dnia 09 lutego 2010 r.

AZP 3320/95/09 / /10

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników do oznaczeń immunologicznych wraz z dzierżawą analizatora**. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnień.

Pytanie dot. pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści używany analizator, rok produkcji 2008 po kompleksowym przeglądzie technicznym, z bezpłatną gwarancją na cały okres trwania umowy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści analizatora używanego.

Pytanie dot. pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści analizator używający kalibratorów dostarczanych w formie liofilizatów?.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści kalibratorów w formie liofilizatów.

lek. med. Andrzej Mielcarek
Dyrektor Naczelny