



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 28 grudnia 2010 r.

AZP.3320/ 95/ / 10

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę kamery do wydruku filmów ogólnodiagnostycznych i mammograficznych. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie:

W pkt. 5 zestawienia wymaganych parametrów technicznych Zamawiający wymaga, aby współczynnik zaciemnienia Dmax dla badań ogólnodiagnostycznych wynosił min. 3,3. Normy obowiązujące na świecie określają, że dla badań ogólnodiagnostycznych powinien on wynosić min. 3,0. Czy Zamawiający dopuści, aby współczynnik zaciemnienia dla badań ogólnodiagnostycznych wynosił >3,2? Wartość współczynnika zaciemnienia Dmax >3,2 nie wiąże się w żadnym stopniu z obniżeniem jakości diagnostyki albowiem Ustawodawca nakazuje dokonywanie diagnostyki z użyciem monitorów diagnostycznych, a nie z błon. Mimo to, nawet traktując film jako nośnik informacji diagnostycznej parametr Dmax $\geq 3,2$ znacznie przekracza minimalne wymagania określone dla badań ogólnodiagnostycznych.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza Dmax $\geq 3,2$ dla badań ogólnodiagnostycznych.

Pytanie:

W pkt. 14 zestawienia wymaganych parametrów technicznych Zamawiający wymaga m.in. integracji z sieciami PACS i RIS Zakładu Radiologii. Czy Zamawiający zapewnia wymagane dla integracji licencje systemu PACS i RIS oraz wsparcie związane z konfiguracją systemów PACS i RIS? Jeśli nie prosimy o podanie producentów systemów PACS i RIS, których dotyczy integracja z oferowaną kamerą, ilości i rodzaju licencji jakie należy zaoferować oraz listy stanowisk, które mają zostać skonfigurowane do pracy z oferowaną kamerą.

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Nordea Bank Polska S.A.
O/Gdynia
38 1440 1101 0000
0000 1121 6037

Projekt – Wdrożenie systemu zapisu i archiwizacji medycznych danych obrazowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w Zamościu, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie zapewnia licencji systemu PACS/ RIS i wsparcia związanego z jego konfiguracją. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia licencji do podłączenia kamery do systemu PACS/ RIS firmy Alteris.

Kamera będzie współpracować m.in. z:

- aparat mammograficzny Amulet FDR – MS 1000 firmy Fujifilm,
- aparat do zdjęć kostnych Definium 6000 firmy GE,
- rezonans magnetyczny Achieva Nova Duel firmy Philips,
- tomograf komputerowy LightSpeed VCT firmy GE wraz ze stacjami diagnostycznymi,
- czytnik płyt obrazowych,
- aparat rentgenowski fluoroskopowy.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Technicznych
mgr Mirosław Brzozowski