



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, 02-09-2011 r.



AZ.2150-4/2/2011  
(numer sprawy)

Certyfikat nr 0019/2011  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011  
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011  
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011  
HACCP



KOMITET  
UPOWSZECHNIANIA  
KARMienia  
PIERSIA

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.  
szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

Dotyczy: odpowiedź na pytanie

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, koncentratów i środka dezynfekcyjnego dla Stacji Dializ** wpłynęło pytanie.

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź.

Pytanie:

Dotyczy pozycji nr 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dializatorów niskoprzepływowe z błoną polysulfonową, sterylizowanych parą wodną, charakteryzujące się klirensami (przy przepływie krwi 300 ml/min.) mocznik 259 ml/min, fosforany 208 ml/min, wit. B12 131 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w załącznik Nr 2 (pozycja 3) zaproszenia do złożenia oferty na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, koncentratów i środka dezynfekcyjnego dla Stacji Dializ.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu

61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524