



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 7.04.2011r.



AZ.2150-23/1/2011



Dotyczy: odpowiedzi na pytanie.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę sprzętu dla Zakładu Rehabilitacji wpłynęły pytania:



Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.



Pytanie nr 1:

Dot. Lasera ze skanerem



Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje dobrej jakości laser ze skanerem posiadający parametry: sonda 808nm/400mW, dawka energii 1-140mA, czas zabiegu 1-60min krok co 1 min, zakres częstotliwości 1-5000Hz, kod zabezpieczający (bez kluczyka)?



Odpowiedź:

**TAK**

Pytanie nr 2:

tel. centrala  
084 6773333

Dot. Zadanie 1 - Aparat do terapii ultradźwiękowej

tel. sekretariat  
084 6773300

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z głowicą wieloczęstotliwościową 1/3 MHz?

fax  
084 6386669

Odpowiedź:

**TAK**

www.  
szpital.zam.pl

Pytanie nr 3:

e mail:

szpital@szpital.zam.pl

Dot. Zadanie 3 – Laser ze skanerem

NIP  
922-22-92-491

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w sondę o długości promieniowania 808nm z elektroniczną blokadą włączenia zamiast stacyjki z kluczykiem?

REGON  
006050134

Odpowiedź:

**TAK**

KRS  
0000021024

Nordea Bank Polska S.A.  
O/Gdynia  
38 1440 1101 0000  
0000 1121 6037

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Szpitala  
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu  
Lek. med. Andrzej Mielcarek