



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, 21-09-2011 r.



AZ.2150-4/3/2011

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Dotyczy: odpowiedź na pytanie

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia na **dostawę dializatora niskoprzepływowego dla Stacji Dializ** wpłynęło pytanie.

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź.

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dializatorów niskoprzepływowe z błoną polysulfonową, sterylizowanych parą wodną, charakteryzujące się klirensami (przy przepływie krwi 300 ml/min.) mocznik 259 ml/min, fosforany 208 ml/min, wit. B12 131 ml/ min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania dializatora o w/w parametrach.

*Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa*

Lek. med. Marek Lipiec

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524