



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość dnia 14 stycznia 2011 r.



AZP.3320/1/ /11



Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu rentgenowskiego jezdnego przyłóżkowego z wyposażeniem uzupełniającym. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienia:



1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w ciągu 45 dni od dnia zawarcia umowy. Prosimy o wydłużenie czasu na dostawę i uruchomienie do 60 dni. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi dedykowany sprzęt medyczny i komputerowy, którego czas dostawy przez producenta wynosi kilka tygodni. Po dostawie sprzętu komputerowego przez producenta należy wykonać instalację systemów operacyjnych, bazy danych oraz całego oprogramowania medycznego i przetestować konfigurację. Dopiero po tym procesie system może być dostarczony do Zamawiającego oraz może rozpocząć się właściwa instalacja i uruchomienie systemu. Końcowym elementem zajmującym również bardzo dużo czasu są kilkuetapowe szkolenia użytkowników końcowych trwające zgodnie z wymaganiami Zamawiającego min. 5 dni.



KOMITET  
UPOWSZECZNIANIA  
KARMIEŃIA  
PIERSIĄ

tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.  
szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

Nordea Bank Polska S.A.  
O/Gdynia  
38 1440 1101 0000  
0000 1121 6037

## Wyjaśnienie:

Nie, zgodnie z SIWZ.

2. Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. wdrażającą Dyrektywę 2007/47/EC wszelkie systemy zapisu (urządzenia, oprogramowanie) przeznaczone do rejestrowania (zapisywania, utrwalania) diagnostycznych obrazów rentgenowskich winny być rejestrowane w klasie IIa. Czy zamawiający zamierza wykorzystywać oferowany czytnik płyt obrazowych, kasety z płytami obrazowymi i konsolę technika do wykonywania badań radiologicznych? Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany czytnik płyt obrazowych, kasety z płytami obrazowymi i oprogramowanie medyczne konsoli technika były zarejestrowane w rejestrze wyrobów medycznych w klasie min. IIa lub posiadały certyfikat CE właściwy dla urządzeń medycznych w klasie min. IIa ?



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt – Wdrożenie systemu zapisu i archiwizacji medycznych danych obrazowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w Zamościu, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

**Wyjaśnienie:**

Czytnik płyt obrazowych, kasety z płytami obrazowymi i konsola technika będzie przeznaczona do utrwalania badań radiologicznych. Zgodnie z SIWZ zamawiający wymaga oświadczenia wykonawcy, że wszystkie elementy dostawy klasyfikowane jako wyroby medyczne posiadają deklarację wytwórcy (deklaracja zgodności CE) o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat jednostki notyfikowanej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych dla oferowanego przedmiotu zamówienia.

3. W zakresie zadania 1 Zamawiający wymaga, aby szkolenie obsługowe dla techników odbywało się przez 5 dni po 5 godzin. Z naszego doświadczenia wynika, że dla zaoferowanej konfiguracji – skaner wraz zez stacją technika – wystarczające jest szkolenie w wymiarze 2 dni po 5 godzin. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę czasu trwania szkolenia ?

**Wyjaśnienie:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

Z-ca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Administracyjnych  
mgr inż. Bernarda Petryk