



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 11 lutego 2011 r.



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

Nordea Bank Polska S.A.
O/Gdynia
38 1440 1101 0000
0000 1121 6037

AZP 3320/11/ /11

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników do oznaczeń immunologicznych wraz z dzierżawą analizatora dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.** Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień.

Pytanie 1

Ze względu na posiadanie w ofercie różnych rodzajów testów do oznaczania beta – HCG o różnych zastosowaniach diagnostycznych prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test beta – HCG wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker nowotworowy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający zamierza stosować test beta – HCG również jako marker nowotworowy.

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby Oferent zapewnił dostarczenie dla wszystkich oferowanych parametrów wartości referencyjnych producenta odczynników, umożliwiających prawidłową interpretację wyników, czy też Zamawiający będzie przygotowywał takie wartości referencyjne samodzielnie?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga, aby oferent dostarczył dla wszystkich parametrów wartości referencyjne producenta przy dostawie aparatu.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przez okres przejściowy kilku miesięcy odczynnika do oznaczania anty-HCV, który zawiera komponenty w formie liofilizatu, do szybkiej i jednorazowej rekonstrukcji? Po rekonstrukcji odczynnik jest już w formie płynnej i gotowej do ciągłego użycia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie odczynników w formie liofilizatów.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Wyjaśnienie treści SIWZ
Postępowanie AZP 3320/11/ /10

1 z 2

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na BNP lub NT - proBNP? Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i międzynarodowych towarzystw kardiologicznych zarówno i BNP jak i NT – proBNP są równocenne w diagnostyce kardiologicznej i dają lekarzowi analogiczną informację diagnostyczną i kliniczną. Zdecydowana większość producentów oferuje testy do oznaczenia NT-proBNP, a więc zgoda Zamawiającego pozwoli na większą konkurencyjność postępowania.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na BNP lub NT-proBNP.

Pytanie 5

Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający wymaga, aby jakość oferowanego testu do oznaczania troponiny była zgodna i nie gorsza niż zalecenia i wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (błąd precyzji dla 99 percentyla stężeń u osób zdrowych nie większy niż 10% CV), czy też dopuszcza złożenie oferty na odczynniki troponinowe gorszej jakości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie stawia takich wymagań.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do wzoru umowy paragrafu o brzmieniu: „W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych umową doliczany będzie podatek VAT według nowej stawki. Zmiana, o której mowa w zadaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu?”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

lek. med. Andrzej Mielcarek
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża
Jana Pawła II 10 w Zamościu