



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 16 lutego 2011 r.

AZP 3320/11/ /11

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników do oznaczeń immunologicznych wraz z dzierżawą analizatora dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.** Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga aby analizator automatycznie wykonywał powtórzenia testów bez konieczności ponownego wstawienia do aparatu materiału badanego?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający wymaga, aby analizator automatycznie wykonywał powtórzenia testów bez konieczności ponownego wstawienia do aparatu materiału badanego.

Pytanie 2

Ze względu na dużą ilość wykonywanych oznaczeń, czy Zamawiający wymaga aby z analizatorem głównym został dostarczony aparat zastępczy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza, aby z analizatorem głównym został dostarczony aparat zastępczy pod warunkiem, że oba aparaty będą pracowały w oparciu o takie same odczynniki. Nie jest to wymóg.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści analizator immunochemiczny, do którego operator wstawia próbki umieszczone w statywie na próbki? Statywy na próbki oznakowane są kodem paskowym w celu ich identyfikacji i mieszczą pięć probówek (podstawowe, wtórne, kubeczki, itp.), które można wstawić do statywu w dowolnej kolejności. Każdy statyw posiada wskaźnik poziomu próbki, umożliwiającą kontrolę poziomu próbki w probówce.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza analizator, do którego wstawia się próbki w statywach.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora immunochemicznego o wydajności 98 oznaczeń na godzinę?

Wyjaśnienie:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który oferuje możliwość zaprogramowania od 5 do 35 pozycji dla próbek badań pilnych?



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

Nordea Bank Polska S.A.
O/Gdynia
38 1440 1101 0000
0000 1121 6037

Wyjaśnienie:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści analizator, dla którego jedynie na czas ładowania/rozładowania odczynników należy wprowadzić w stan pauzy ? Należy podkreślić, że ładowanie/rozładowanie badanych próbek tego nie wymaga.

Wyjaśnienie:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza takiego analizatora.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który posiada 25 chłodzonych pozycji odczynnikowych w karuzeli odczynnikowej ? Ponieważ jeden z odczynników wyspecyfikowanych przez Zamawiającego wymaga zajęcia dwóch pozycji odczynnikowych, Zamawiający nie miałby możliwości wykonania wszystkich wyspecyfikowanych parametrów w jednej serii.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie określił w SIWZ ilości miejsc chłodzonych.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy analizatora z 14 na 21 dni ?

Wyjaśnienie:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

Prosimy o dopuszczenie możliwości zmian w umowie w zakresie zmiany stawki VAT, w przypadku zmiany stawki VAT wprowadzonej ustawowo (ceny netto pozostają niezmienione, do cen brutto naliczać się będzie należny podatek VAT).

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę odczynników w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia ?

Wyjaśnienie:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie do witaminy B12, gdzie odczynnik podstawowy jest gotowy do użycia, odczynnika pomocniczego, wymagającego wymieszania 2 składników ?

Wyjaśnienie:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Lek. med. Andrzej Mielcarek