



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 14 kwietnia 2011 r.



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

Nordea Bank Polska S.A.
O/Gdynia
38 1440 1101 0000
0000 1121 6037

AZP 3320/14/ /11

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników do wykonania 30.000 oznaczeń rocznie gazometrii i elektrolitów wraz z dzierżawą sześciu analizatorów i odczynników do analizatora AVL 995 – S dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień.

Pytanie dot. zadania 2

Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym parametr hemoglobiny jest parametrem wyliczanym?

Wyjaśnienie:

Nie

Pytanie dot. Projektu umowy – wzór 2 § 2 pkt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę dostawy odczynników z 2 dni roboczych na 5 dni roboczych?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie dot. zadania 2

Czy w związku z przeznaczeniem analizatorów do pracy w warunkach oddziałowych, tj. poza laboratorium centralnym i co za tym idzie koniecznością zapewnienia niezawodnej, gwarantującej najwyższą jakość pomiaru kontroli Zamawiający wymaga aby kontrola jakości była wykonywana przez analizator w sposób w pełni automatyczny w czasie rzeczywistym bez udziału użytkownika? Takie rozwiązanie pozwoli również uniknąć dodatkowych czynności obsługowych.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie dot. zadania 2

Czy w związku z przeznaczeniem analizatorów do pracy w warunkach Oddziału gdzie czynnik czasowy odgrywa kluczową rolę Zamawiający wymaga aby wymiana wszystkich odczynników, sensorów, płynów płuczących, kalibracyjnych, kontrolnych oraz pojemnika na ścieki następowała jednocześnie, tak aby ograniczyć czynności obsługowe analizatora przez personel oddziałowy do minimum?,

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ

Pytanie dot. zadania 2

Czy Zamawiający dopuści najnowocześniejszy System Kontroli Jakości iQM™ zastosowany w oferowanych przez nas analizatorach, który zastępuje tradycyjne systemy kontrolne oparte na zewnętrznych materiałach kontrolnych?

Wyjaśnienie:

Dopuszczamy system kontroli jakości iQM™.

Pytanie dot. zadania 2

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia aparatów które posiadają fabrycznie nowe elektrody?

Wyjaśnienie:

Tak

*Lek. med. Marek lipiec
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pała II
w Zamościu*