



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 23 lutego 2011r.



AZP 3320/15/ /11



Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do analityki ogólnej. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienie:



Dotyczy zadania 2 – Testy do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora:

Czy Zamawiający nie pomylił się w udzieleniu dnia 21 lutego odpowiedzi na pytanie 3 „Prosimy o doprecyzowanie czy pod pojęciem automatycznej kalibracji Zamawiający rozumie aparat kalibrujący się w pełni automatycznie bez użycia zewnętrznych pasków kalibrujących lub standardowych ? Odpowiedź - Pojęcie automatycznej kalibracji oznacza kalibrację bez użycia zewnętrznych pasków kalibracyjnych lub standardowych.” Pragniemy zauważyć, że Zamawiający postawił jedynie warunek – automatycznej kalibracji. Nigdzie w warunkach granicznych ani w SIWZ nie było dodatkowego warunku czy automatyczna kalibracja ma być wykonana przy użyciu wewnętrznego czy zewnętrznego paska kalibracyjnego. Dlatego udzielona odpowiedź zmienia przedmiot zamówienia i ogranicza złożenie oferty innym wykonawcom.

Wyjaśnienie:

Wyjaśnienie Zamawiającego jest wiążące, nie nastąpiła pomyłka. Zgodnie z wnioskiem Zamawiający wyjaśnił pojęcie „automatycznej kalibracji”- parametru technicznego aparatu do badania moczu określonego SIWZ w części „Opis przedmiotu zamówienia”.

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Nordea Bank Polska S.A.
O/Gdynia
38 1440 1101 0000
0000 1121 6037

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek