



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 28 lutego 2011 r.



AZP 3320/18/ /11



Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę zastawek mechanicznych i biologicznych, pierścieni do plastyki zastawki trójdzielnej oraz protez aortalnych dla Oddziału Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.** Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień.

#### **Pytanie nr 1 (Zadanie nr 1)**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 – zastawka mechaniczna dopuści do przetargu zastawkę mitralną o rozmiarach od 19 mm do 33 mm?.

#### **Wyjaśnienie:**

Tak

#### **Pytanie nr 2 (Zadanie nr 4)**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 – pierścienie do plastyki zastawki trójdzielnej dopuści do przetargu pierścienie o wymiarach od 28 mm do 36 mm?

#### **Wyjaśnienie:**

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ

tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.  
szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

Nordea Bank Polska S.A.  
O/Gdynia  
38 1440 1101 0000  
0000 1121 6037

*lek. med. Andrzej Mielcarek  
Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Szpitala  
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II  
W Zamościu*