



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 18 kwietnia 2011r.



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

AZP 3320/21/ /11

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu diagnostycznego dla Pracowni Hemodynamicznej. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1 Dotyczy zadania nr 3: - w trosce o uczciwą konkurencję, a tym samym możliwość większego wyboru spośród produktów najwyższej jakości zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 3 zestawów wprowadzających bez oplotu metalowego. Pozostałe wymagania SIWZ są wypełnione.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ

2. Dotyczy zadania nr 4: - zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w zadaniu nr 4 zestawów wprowadzających długich o długości 23 cm. Pozostałe wymagania SIWZ są wypełnione.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza złożenia oferty w zadaniu 4 na zestawy wprowadzające o długości 23 cm.

3. Dotyczy zadania nr 7: - zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w zadaniu nr 7 ramp wysokociśnieniowych dwudrożnych 600 psi. Pozostałe wymagania SIWZ są wypełnione.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

4. Dotyczy zadania nr 9: - zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w zadaniu nr 9 poz. 2 przewodniki diagnostyczne typu Y o średnicy 0,038 lub 0,035", długość 260 cm. Pozostałe wymagania SIWZ są wypełnione.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na przewodnik diagnostyczny typu J o długości 260 cm.

5. Dotyczy zadania 11: - zwracamy się z prośbą o określenie przez Zamawiającego ilości niezbędnych kabli oraz typów monitorów w przypadku zaoferowania przez Oferenta innego zestawu z przetwornikiem aniżeli wymienionego w opisie SIWZ „Abott”, kompatybilnego z systemami Prucka oraz Vitt Biomedical. Również prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w opisie miał na myśli zestawy z przetwornikiem –

Nordea Bank Polska S.A.
O/Gdynia
38 1440 1101 0000
0000 1121 6037

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –
Wyjaśnienia SIWZ – AZP 3320/21/11

pojedyncze czy podwójne ?

Wyjaśnienie: Zestawy z przetwornikiem pojedyncze. Przetwornik ma być kompatybilny z: 1/ Systemem TRAM RAC 4A 1 kabel; 2/ Systemem Vit Biomedical 1 kabel; 3/ Pompą do kontrapulsacji firmy Promed 1 kabel; 4/ Monitorami Philips, które są wyposażone w moduły HP M1006A 1 kabel.

6. Czy Zamawiający, w ramach zadania 13: Wkłady do strzykawki automatycznej 150 ml ma na myśli materiały eksploatacyjne charakteryzujące się wysoką jakością, znane i atestowane przez producenta urządzeń lub/i przez jego autoryzowanego przedstawiciela/serwis, czyli takie, które są – w sposób potwierdzony stosownym oświadczeniem tych podmiotów – w pełni kompatybilne z eksploatowanymi przez Zamawiającego wstrzykiwaczami Medrad Mark V Plus oraz Mark V ProVis i nie spowodują usterek w ich działaniu, ani ich uszkodzenia ?

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga wkładów do strzykawki automatycznej 150 ml pasujących do strzykawki automatycznej Marc V ProVis producent Medrad, i pasujących do strzykawki automatycznej Marc V Plus producent Medrad.

7. W nawiązaniu do opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania 13, prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na zestaw składający się z wkładu o pojemności 150 ml wraz z łącznikiem rurkowym (szybkozłącze), kompatybilny ze strzykawkami automatycznymi Mark V Plus i Mark V ProVis, producent Medrad ?

Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że wkład do strzykawki automatycznej to: wkład o pojemności 150 ml oraz łącznik umożliwiający pobranie kontrastu z butelki do wkładu.

8. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 dopuści do złożenia oferty z cewnikiem MPA o średnicach 4; 5 i 6 Fr ?

Wyjaśnienie: Wiązący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

9. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 dopuści do złożenia oferty z koszulkami bez zbrojenia metalowym opłotem ?

Wyjaśnienie: Wiązący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

10. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 dopuści do złożenia oferty z zestawami zawierającymi prosty miniprowadnik ?

Wyjaśnienie: Wiązący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

11. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 dopuści do złożenia oferty z zestawami zawierającymi prosty miniprowadnik ?

Wyjaśnienie: Wiązący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

12. Dotyczy: Zadania nr 8 przedłużacze wysokociśnieniowe. Czy Zamawiający dopuści przedłużacze wysokociśnieniowe o długości 122 cm?

Wyjaśnienie: Wiązący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

13. Dotyczy: Zadania nr 9 prowadniki diagnostyczne typu J. Czy Zamawiający dopuści prowadniki o długości 150 (+-5) i 260 cm ?

Wyjaśnienie: Tak.

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 2 igły o długości 7 cm; pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie: Tak.

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 3 koszulki bez oplotu metalowego o długości 11 cm; pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie: Nie.

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 4 koszulki bez oplotu metalowego, o długości 23 cm; pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga koszulki z oplotem metalowym, dopuszcza długość 23 cm.

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 5 koszulki bez pokrycia hydrofilnego, o długości 11 cm oraz 23 cm; pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 6 koszulki o długości 11 cm; pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie: Tak.

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 9 przewodnika diagnostycznego o długości 150 cm oraz 260 cm; pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie: Tak.

20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 10 przewodnika diagnostycznego o średnicy 0,035", o długości 150 oraz 260 cm; pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie: Tak.

21. Dot. Zadania 18: Czy Zamawiający ww. zadaniu zaakceptuje balon tnący o dostępnych średnicach 2,0, 2,5, 3,0 3,5 mm, w którym cewnik balonowy wyposażony jest w 3 elastyczne nitynolowe ostrza oplatające balon ? Konstrukcja zapewnia bardzo dobrą stabilizację cewnika podczas zabiegu, zapobiega jego ześlizgiwaniu.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

22. Dotyczy zapisów we wzorze umowy: Czy Zamawiający w § 2 pkt. 4 umowy może wyjaśnić co rozumie przez określenie „przyjęte zasady” przechowywania na wypadek kradzieży sprzętu ?

Wyjaśnienie: Oznacza to, że sprzęt jest przechowywany w miejscu niedostępnym dla osób postronny, do którego mają dostęp tylko osoby uprawnione.

23. Dotyczy zapisów we wzorze umowy: Z jakim wyprzedzeniem Zamawiający poinformuje wykonawcę o „braku środków finansowych” i o ograniczeniu ilości dostaw według zapisu § 12 umowy ? W jaki sposób Wykonawca będzie mógł zweryfikować wskazany w tym paragrafie brak środków finansowych ?

Wyjaśnienie: Zamawiający poinformuje wykonawcę o „braku środków finansowych” i ograniczeniu ilości dostaw bezpośrednio po stwierdzeniu braku środków finansowych na swoim rachunku bankowym. Wykonawca będzie mógł zweryfikować brak środków poprzez przedstawienie przez zamawiającego wyciągu z rachunku bankowego.

24. Dotyczy zapisów we wzorze umowy: Czy Zamawiający zmieni treść zapisu § 5 pkt.

2 na następujący zapis: ...”Ceny jednostkowe netto nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

25. Dotyczy zapisu we wzorze umowy: Czy Zamawiający zmieni treść zapisu § 11 pkt. 2: „Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w następujących przypadkach ... „w przypadku zmiany stawki podatku VAT pod warunkiem, że nie będzie ona powodowała podwyższenia ceny jednostkowej brutto.” Na proponowany zapis: ... „Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej brutto przedmiotu umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT nieznaną przy podpisywaniu umowy w stosunku do niezrealizowanej części umowy.” ?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

26. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 – Cewniki diagnostyczne – zezwoli na zaoferowanie cewników diagnostycznych MPA w rozmiarze do 6 F ?

Wyjaśnienie: Nie.

27. Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 – Rampy wysokociśnieniowe dwudrożne – dopuści zaoferowanie ramp wysokociśnieniowych o ciśnieniu 1000 PSI ?

Wyjaśnienie: Nie.

28. Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 – Prowadniki diagnostyczne typu J – zezwoli na zaoferowanie prowadników diagnostycznych o długości 260 cm \pm 5 cm o wskazanych średnicach ?

Wyjaśnienie: Tak.

29. Dotyczy wzoru umowy: Prosimy o rezygnację z wymogu utworzenia banku w zadaniu 3.

Wyjaśnienie: Postanowienia dotyczące utworzenia banku są wiążące.

30. Dotyczy wzoru umowy: Prosimy o rezygnację z wymogu utworzenia banku w zadaniu 4.

Wyjaśnienie: Postanowienia dotyczące utworzenia banku są wiążące.

31. Dotyczy wzoru umowy: Prosimy o rezygnację z wymogu utworzenia banku w zadaniu 6.

Wyjaśnienie: Postanowienia dotyczące utworzenia banku są wiążące.

32. Dotyczy wzoru umowy: Prosimy o rezygnację z wymogu utworzenia banku w zadaniu 11.

Wyjaśnienie: Postanowienia dotyczące utworzenia banku są wiążące.

33. Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację umowy § 8 ust. 1 na: „w przypadku niedotrzymania terminu utworzenia Banku w wysokości 0,2% wartości niedostarczonego sprzętu za każdy dzień zwłoki”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

34. Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu umowy § ust. 2 na: „Wymienione ceny brutto nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy. Podwyższenie cen w stosunku do oferty upoważnia

Kupującego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego. Ceny brutto mogą ulec zmianie wyłącznie w przypadku zmiany urzędowych stawek podatku VAT, przy czym ceny netto pozostają bez zmian”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

35. Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu wzoru umowy § 9 na: „W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo rozwiązać umowę bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kary umownej określonej w § 8 ust. 1. Zapis ten nie dotyczy sytuacji, w której Zamawiający zalega wobec Wykonawcy z płatnościami powyżej terminu wyznaczonego w umowie.”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

lek. med. Andrzej Mielcarek
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu