



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 12 kwietnia 2011r.

AZP 3320/23/ /11

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę materiału szewnego. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienie:

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o połączenie materiałów hemostatycznych z pakietu nr 14 oraz pakietu nr 29B w jedną całość. W przypadku braku zgody prosimy o możliwość złożenia oferty na zadanie 29B jako oddzielne zadanie.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

2. Dot. Zadania nr 1 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści długość igły 26 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

3. Dot. Zadania nr 2 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści długość igły 30 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

4. Dot. Zadania nr 2 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści długość igły 37 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

5. Dot. Zadania nr 2, poz. 9. Czy Zamawiający dopuści długość igły 16 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

6. Dot. Zadania nr 3, Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, jednowłóknowe, wchłaniające z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktanu, o okresie wchłaniania 90 – 120 dni ?

Wyjaśnienie:

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Nordea Bank Polska S.A. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
O/Gdynia Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –
38 1440 1101 0000 Wyjaśnienie treści SIWZ – AZP 3320/23/11
0000 1121 6037 Dostawa materiału szewnego

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

7. Dot. Zadania nr 3. Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienia:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

8. Dot. Zadania nr 4. Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, plecione, wchłaniające, jednobarwne, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, (100% kwas poliglikolowy), o okresie wchłaniania do 90 dni ? Uzasadnienie: nie spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego a powleczenie zapewnia ten sam efekt (łatwość przechodzenia przez tkanki, pewny i bezpieczny węzeł). W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o uzasadnienie medyczne.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ. Zamawiający zna swoje potrzeby i określił je w opisie przedmiotu zamówienia. Określenie przedmiotu zamówienia nie jest jednoznaczne z koniecznością zdolności realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży. Potwierdza to orzecznictwo. Wymagany jest materiał szewny wysokiej jakości, gdyż od jego jakości zależy bezpieczeństwo, zdrowie i życie pacjentów, zależy także bezpieczeństwo personelu wykonującego zabiegi i operacje. Informujemy także, iż o zastosowaniu danej nitki decydują lekarze specjaliści w danej dziedzinie.

9. Dot. Zadania nr 6, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści długość igły 36 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

10. Dot. Zadania nr 19, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści długość igły 25 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

11. Dot. Zadania nr 28. Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, plecione, wchłaniające, jednobarwne, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia (100% kwas poliglikolowy), o okresie wchłaniania do 90 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach ok. 80%, po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach ok. 25% ? Uzasadnienie: nie spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego jako oferta równoważna o właściwościach nie gorszych lecz lepszych. Nieznacznie większe wartości podtrzymywania tkankowego nie zmieniają Zamawiającemu przeznaczenia nici a jedynie zapewniają większe bezpieczeństwo. Powleczenie zapewnia ten sam efekt (łatwość przechodzenia przez tkanki, pewny i bezpieczny węzeł). W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o uzasadnienie medyczne.

Wyjaśnienie: Nie. Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ. Zamawiający zna swoje potrzeby i określił je w opisie przedmiotu zamówienia. Wymagany jest materiał szewny wysokiej jakości, gdyż od jego jakości zależy bezpieczeństwo, zdrowie i życie pacjentów, zależy także bezpieczeństwo personelu wykonującego zabiegi i operacje. Informujemy także, iż o zastosowaniu danej nitki decydują lekarze specjaliści w danej dziedzinie. Określenie przedmiotu zamówienia nie

jest jednoznaczne z koniecznością zdolności realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży. Potwierdza to orzecznictwo.

12. Dot. Zadania nr 33. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie opisu rodzaju igły w taki sposób, aby był on jasny dla wszystkich potencjalnych wykonawców np. igła szpatuła zamiast symbolu igły „NU-1” ?

Wyjaśnienie: W poz. 1 igła szpatułkowa, w poz. 2 igła odwrotnie tnąca, w poz. 3 igła odwrotnie tnąca, w poz. 4 igła tnąca, poz. 5 igła szpatułkowa, w poz. 6 igła odwrotnie tnąca, w poz. 7 igła odwrotnie tnąca.

13. Dot. Zadania nr 34, poz. 3. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie opisu rodzaju igły w taki sposób, aby był on jasny dla wszystkich potencjalnych wykonawców np. igła szpatuła zamiast symbolu igły „I-2” ?

Wyjaśnienie: W poz. 3 igła szpatułkowa, w poz. 4 igła okrągła.

14. Zadanie 18 - systemy do reparacji przepony moczowo – płciowej w zabiegach ginekologicznych. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 18 w pozycji 1 i 2 systemy z igłą wielorazową ?

Wyjaśnienie: Tak.

15. Czy w zadaniu 33 pozycja 1 Zamawiający dopuści szew 10/0 z 2 igłami typu szpatułka o dł. 6 mm i średnicy 0,14 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie: Tak.

16. Czy w Zadaniu 33 pozycja 2 Zamawiający dopuści szew 7/0 z 2 igłami typu szpatułka o dł. 6,5 mm i średnicy 0,20 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie: Tak.

17. Czy w zadaniu 33 pozycja 3 Zamawiający dopuści szew 6/0 z 2 igłami odwrotnie tnącymi o dł. 11,0mm i średnicy 0,33mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie: Tak.

18. Czy w zadaniu 33 pozycja 4. Zamawiający dopuści szew 6/0 z 1 igłą odwrotnie tnącą o dł. 11,00mm i średnicy 0,33mm, pozostałe parametry bez zmian lub szew o długości 60 cm, z igłą okrągłą o dł. 14,00 mm i średnicy 0,38 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie: Tak dla obu propozycji.

19. Czy w zadaniu 33 pozycja 5 Zamawiający dopuści szew 5/0 nie powlekany z 2 igłami typu szpatułka o dł. 8,0mm i średnicy 0,33mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie: Tak.

20. Czy w zadaniu 33 pozycja 6 Zamawiający dopuści szew 4/0 z okrągłą igłą o dł. 13,0 mm i średnicy 0,38mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie: Tak.

21. Czy w zadaniu 33 pozycja 7 Zamawiający dopuści szew 4/0 o długości 50 cm, z 2 igłami odwrotnie tnącymi o dł. 13,00mm i średnicy 0,43mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie: Tak.

22. Paragraf 2 ust. 1 Prosimy o dokonanie zmiany terminu z 2 dni na 3 dni ?

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu z 2 na 3 dni.

23. Dotyczy § 9 ust. 2 projektu umowy: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę ww. paragrafu wg. poniższej propozycji: „... w przypadku zmiany stawki podatku VAT pod warunkiem, że nie będzie ona powodowała podwyższenia ceny jednostkowej netto”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

24. Dot. Rozdziału II. pkt. 2 SIWZ: Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli Wykonawca, składając ofertę w zakresie Zadania nr 33 – materiał szewny okulistyczny, przedstawi wykaz dostaw na realizację trzech dostaw mikrochirurgicznego, okulistycznego materiału szewnego, bez podziału na jego rodzaj ? W naszym mniemaniu, zgoda na powyższą propozycję, nie niesie za sobą niekorzystnych zmian dla Zamawiającego, ponadto jest wystarczająca do oceny posiadanych uprawnień:

Wyjaśnienie: Wiążące są postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Lek. med. Andrzej Mielcarek