



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 14 kwietnia 2011r.

AZP 3320/23/ /11

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę materiału szewnego. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienie:

1. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 1 pozycji 1 rozmiar igły również 36 mm oraz długość nici również 90 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 1 pozycji 2 i 3 rozmiar igły również 36 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 1 pozycji 4 rozmiar igły również 26 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 1 pozycji 5 i 6 igłę normalną pozostałe parametry bez zmian. Uzasadnienie: Jest to produkt tej samej jakości co opisany przez Państwa w SIWZ mający to samo przeznaczenie, może być stosowany wszędzie tam gdzie preferowany przez Państwa szew.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ. Zamawiającemu jest potrzebny szew z igłą okrągłą cienką.

5. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 4 nić powlekaną stearynianem wapnia i polikaprolaktonem? Pozostałe parametry zmian. Uzasadnienie: Jest to produkt tej samej jakości co opisywany przez Państwa w SIWZ mający to samo przeznaczenie, może być stosowany wszędzie tam gdzie preferowany przez Państwa szew.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ. Zamawiający zna swoje potrzeby i określił je w opisie przedmiotu zamówienia.



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

Nordea Bank Polska S.A. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
O/Gdynia Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –
38 1440 1101 0000 Wyjaśnienie treści SIWZ- 1 – AZP 3320/23/11
0000 1121 6037 Dostawa materiału szewnego

6. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 4 pozycji od 1 do 3 rozmiar igły również 36 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

7. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 4 pozycji 4 i 5 długość nici również 90 cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienia:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ. W pozycji 4 wymagana długość nici to 90 cm, w pozycji 5 to 70 cm.

8. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 33 pozycji 1 rozmiar igły również 6 mm lub 6,4 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza rozmiar igły 6,4 mm.

9. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 33 pozycji 2 rozmiar igły również 8 mm oraz krzywiznie ½ koła ? Pozostałe parametry bez zmian

Wyjaśnienie: Nie.

10. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 33 pozycji 2 igłę 8/0 o rozmiarze 6,4 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Nie.

11. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 33 pozycji 3 rozmiar igły również 12 mm? Pozostałe parametry bez zmian

Wyjaśnienie: Tak.

12. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 33 pozycji 4 rozmiar igły również 12 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.?

Wyjaśnienie: Tak.

13. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 33 pozycji 5 rozmiar igły również 8 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Tak.

14. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 33 pozycji 6 rozmiar igły również 13 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Tak.

15. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 33 pozycji 7 rozmiar igły również 12 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Tak.

16. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 34 pozycji 1 rozmiar igły również 6,4 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Tak.

17. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 34 pozycji 2 rozmiar igły również 6,4 mm oraz długość nici również 45 cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Tak.

18. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 34 pozycji 3 rozmiar igły również 8 mm ?
Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Tak

19. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 34 pozycji 4 rozmiar igły również 16 mm
oraz długość nici również 45 cm ? Pozostałe parametry bez zmian.?

Wyjaśnienie: Tak.

20. Zamawiający nie określił jakiego rodzaju mają być narzędzia służące do zakładania siatki. W związku z tym mając na uwadze fakt, iż wdrażana jest reforma przepisów dotyczących przeciwdziałaniu i zwalczaniu zakażeń u ludzi dotycząca m.in. określania szczegółowych procedur sterylizacji sprzętu medycznego co w znacznym stopniu podniesie koszty użytkowania narzędzi wielorazowego użytku m.in. do zakładania siatek stosowanych w reparacji przepony moczowo – płciowej zwracamy się z zapytaniem:

Czy Zamawiający zastosuje w zadaniu nr 18 wymóg igieł jednorazowego użytku, wykluczając tym samym igły wielorazowe ? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

Uzasadnienie: Ministerstwo Zdrowia opublikowało właśnie projekt zmian w ustawie o przeciwdziałaniu i zwalczaniu zakażeń u ludzi. Nowy projekt ustawy narzuca na ZOZ-y i praktyki lekarskie szereg nowych, uciążliwych obowiązków i warunków dla procesu sterylizacji sprzętu wielokrotnego użytku np. kontrolowanie skuteczności sterylizacji, dokumentowanie przeprowadzonej sterylizacji, dokumentowanie kontroli jej skuteczności, przechowywania tej dokumentacji przez odpowiedni okres, odpowiednie warunki transportowania i przechowywania przedmiotów poddanych sterylizacji. Igły jednorazowe są mniej kłopotliwe w użyciu przez Szpital, nie podlegają nowej ustawie, ich używanie jest oszczędnością czasu i pieniędzy, a ich użycie nie musi spełniać zaporowych warunków dla procesu sterylizacji sprzętu opisanego w projekcie ustawy. Ponadto igły jednorazowe mają szerokie zastosowanie na oddziałach chirurgii, gdzie zarówno personel jak i pacjenci są szczególnie narażeni na zakażenia szpitalne.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie zastosuje takiego wymagania. W wyjaśnieniach z dnia 12 kwietnia 2011 r, Zamawiający w odpowiedzi na pytanie: „Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 18 w pozycji 1 i 2 systemy z igłą wielorazową ?” udzielił wyjaśnienia cyt. „Tak”. Jest ono wiążące. Informujemy także, że procedury sterylizacji w naszym szpitalu są zgodne z obowiązującymi przepisami. Odpowiadają również wymaganiom przywołanym w uzasadnieniu zapytania.

Jednocześnie informujemy, że na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ulega zmianie opis przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 3 Nici syntetyczne, jednowłóknowe, wchłaniające z mieszaniny glikonatu, o okresie wchłaniania do 90 dni w pozycji nr 3 w zakresie wielkości igły. Jest 26 mm, powinno być 24 mm. Wymagana wielkość igły to **24 mm**.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Ds. Lecznictwa
Lek. med. Marek Lipiec