



Zamość, dnia 19 maja 2011 r.



AZP 3320/24/ /11



Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



KOMITET  
UPOWAŻNIENIA  
KARDIOLOGIA  
PIERŚNIA

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę materiału opatrunkowego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień.

**Pytanie dot. zadania 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w wyżej wymienionej pozycji opatrunku w rozmiarze 5,8 cm x 8 cm z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ.

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania nr 13 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w wyżej wymienionej pozycji serwety z nitką RTG i tasiemką?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania nr 13 pozycja 4**

Czy Zamawiający może sprecyzować jakiej serwety – sterylnej czy niejałowej, w wyżej wymienionej pozycji wymaga?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wymaga serwety niejałowej.

**Pytanie dot. zadania nr 15 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie setonów pakowanych a'200 z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie setonów pakowanych a' 200 z przeliczeniem zamawianych ilości.

tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.  
szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

Nordea Bank Polska S.A.  
O/Gdynia  
38 1440 1101 0000  
0000 1121 6037

**Pytanie dot. zadania nr 15 pozycja 2**

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie setonów pakowanych a'120 z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie setonów pakowanych a' 120 z przeliczeniem zamawianych ilości.

**Pytanie dot. zadania nr 15 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie setonów pakowanych a'20 szt. bez nitki Rtg lub z nitką Rtg pakowanych a' 2 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania nr 16 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tupferów pakowanych po 250 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tupferów pakowanych po 250 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości.

**Pytanie dot. zadania nr 3**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z jedną ciągłą warstwą kleju, posiadający wycięcie, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania nr 6**

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną zawierającą elastil lub poliamid, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania nr 9**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania certyfikatu jednostki notyfikowanej z uwagi na to, że oferowany produkt jest niesterylny?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania certyfikatu jednostki notyfikowanej.

**Pytanie dot. zadania nr 10 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści bandaż gipsowy szybkowiązący (5-6 minut)?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania nr 11**

Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową 100 m w składce?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza gazę opatrunkową 100 m w składce.

**Pytanie dot. zadania nr 13 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną niejałową, gazową 4W 17 N 45 x 45 z nitką Rtg i tasiemką?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania nr 13 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną niejałową, gazową 4W 17N 45x 45 z nitką RTG?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania nr 13 pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną sterylną, gazową 4W 17 N 75 x 90 z nitką Rtg pakowana a'2 szt.?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wymaga serwety niejałowej.

**Pytanie dot. zadania nr 14 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w wymiarze 45 x 45 cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania nr 14 pozycja 2**

Czy Zamawiający nie popełnił pomyłki w wymiarze serwety operacyjnej i nie powinno być 100 x 100 cm?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie popełnił omyłki w wymiarze serwety operacyjnej. Obowiązuje opis podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania nr 14**

Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne sterylizowane tlenkiem etylenu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wymaga serwet sterylizowanych parą wodną zgodnie z wymogiem zawartym w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania nr 16 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści tupfer gazowy w kształcie orzecha włoskiego pakowany a'250 szt. z przeliczeniem ilości, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania nr 16 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści tupper gazowy w kształcie śliwki, pakowany a'250 szt. z przeliczeniem ilości, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania nr 16 pozycja 3-4**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 3-4 z pakietu 16 i utworzy z nich odrębne zadanie. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 3 i 4 z pakietu 16.

**Pytanie dot. zadania nr 17**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek składający się z hydrofilnej karboksymetylocelulozy (CMC) i granulek hydrokoloidowych, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania nr 18**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek zawierający alginian wapnia + karboksymetylocelulozę (CMC) + srebro jonowe w rozmiarze 11 x 11 cm?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis podany w SIWZ.

*lek. med. Andrzej Mielcarek  
Dyrektor Szpitala*