



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 21 kwietnia 2011 r.

AZP.3320/ 26/ / 11

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę opakowań i testów do sterylizacji oraz akcesoriów do sterylizatorów. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zad. 4 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści torebki o wymiarach 205 mm x 400 mm lub 270 mm x 440 mm?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zad. 4:

Czy Zamawiający dopuści torebki ze wskaźnikami umieszczonymi w obrębie zgrzewu na włókninie pod folią?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zad. 4, 6, 7 (poz. 5):

Czy jako jednostkę miary należy przyjąć jedno opakowanie handlowe przeliczając wymagane ilości do pełnych opakowań w górę?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza przyjęcie jako jednostkę miary opakowanie handlowe. W takim przypadku należy przeliczyć wymagane ilości na pełne opakowania (z zaokrągleniem w górę) oraz podać ilość sztuk w jednym opakowaniu.

Pytanie dot. zad. 2:

Czy ze względów higienicznych oraz w celu zapobiegania zmian właściwości papieru pod wpływem wilgoci, Zamawiający wymaga rękawów nawiniętych folią na zewnątrz?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zad. 2 – rękawy papierowo - foliowe:

Czy Zamawiający w poz. 8 dopuści do oceny rękawy foliowo – papierowe o szerokości zakładki 35 mm zamiast 25 mm?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Nordea Bank Polska S.A.
O/Gdynia
38 1440 1101 0000
0000 1121 6037

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
AZP.3320/26/ 11 - Wyjaśnienie treści SIWZ

Pytanie dot. zad. 2 – rękawy papierowo - foliowe:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo - foliowe o przenikalności powietrza $6,6 \mu/\text{Pa}\cdot\text{s}$?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zad. 2 – rękawy papierowo - foliowe:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo - foliowe o wytrzymałości na przepuklenie na mokro 70 kPa?

Pytanie dot. zad. 2 – rękawy papierowo - foliowe:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo - foliowe o wytrzymałości na przepuklenie na sucho 350 kPa?

Pytanie dot. zad. 2 – rękawy papierowo - foliowe:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo - foliowe o wytrzymałości na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania 1.3 kN/ m , w kierunku poprzecznym 0.7 kN/ m ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ. Przedmiot zamówienia został określony w sposób jednoznaczny i wyczerpujący zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i faktycznymi potrzebami Zamawiającego. Stawiane wymagania techniczne dotyczące rękawów papier – folia przeznaczonych do sterylizacji podyktowane są warunkami odbioru i przechowywania materiału wysterylizowanego z Centralnej Sterylizatorni na blok operacyjny, oddziały szpitalne oraz poradnie. Materiał podawany jest windą towarową, co wiąże się z załadunkiem i rozładunkiem (w przypadku bloku operacyjnego); przez innych użytkowników odbierany nie zawsze w sztywnych opakowaniach, co naraża narzędzia na rozerwania i przekłucia narzędzi.

Zamawiający ma prawo sprecyzować przedmiot zamówienia o określonych standardach jakościowych i technicznych. Informujemy także, że z posiadanej przez Zamawiającego wiedzy wynika, iż co najmniej trzech wykonawców posiada w swojej ofercie handlowej przedmiot zamówienia odpowiadający wymaganiom postawionym w SIWZ.

Pytanie dot. zad. 2 – rękawy papierowo - foliowe:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo - foliowe o niezwilżaności wodą 25s?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zad. 1:

Czy Zamawiający dopuści papier do sterylizacji o wytrzymałości na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania $2,1 \text{ kN/ m}$, w kierunku poprzecznym $1,3 \text{ kN/ m}$, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania $0,7 \text{ kN/ m}$, w kierunku poprzecznym $0,4 \text{ kN/ m}$, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zad. 2:

Czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo – foliowe z 3 wskaźnikami: para wodna, tlenek etylenu oraz formaldehyd?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zad. 2:

Czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo – foliowe o wytrzymałości na sucho w kierunku walcowania 7,2 kN/ m, w kierunku poprzecznym 3,8 kN/ m?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zad. 2:

Czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo – foliowe z folią 4 warstwową o grubości 40,3 μm , temperatura uszczelniania 134 °C, wytrzymałość na rozciągania 24 N/ mm², wydłużenie przy przerwaniu 752%?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany (aneksowanie) umowy w zakresie ceny lub jej rozwiązania na zasadzie porozumienia i bez konsekwencji dla stron – w sytuacji nadzwyczajnej zmiany stosunków niezależnej do woli którejkolwiek ze stron, i której strony nie przewidywały w chwili składania oferty, lub w dacie podpisania umowy?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek