



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 02 maja 2011 r.

AZP.3320/28/ /11

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Kardiochirurgii. Poniżej przedstawiamy ich treść i wyjaśnienia:

Pytanie dot. zadania 32:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w zadaniu nr 32 zestawu do drenażu klatki piersiowej o pojemności 2300 ml, spełniającego pozostałe parametry wymienione w siwz.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 7:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 z zadania nr 7 i utworzenie zadania 7a, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 7:

Czy Zamawiający dopuści powierzchnię efektywną błony hemofiltra 1,4 m² ?

Wyjaśnienie:

Wymagana w SIWZ powierzchnia efektywna błony hemofiltra wynosi max. 1,5 m². Zatem wielkość 1,4 m² mieści się w granicach wymaganej powierzchni efektywnej błony hemofiltra.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 złożenie oferty z oksygenatorem ze stalowym wymiennikiem ciepła i twardym kardiotomem żylnym o poniższych parametrach:

- powierzchnia wymiennika ciepła 0,2 m² wykonanego ze stali nierdzewnej, posiadającego bardzo wysoką sprawność powyżej 60% przy przepływie krwi 4,0 litrów i przepływie wody 15 l/min wody przez termowymiennik;
- konektory łączące kardiotomu i oksygenatora:
 - wlot żylny 1/2 cala;
 - wylot krwi 3/8 cala;
 - ssakowe 6 x 1/4 cala (w tym 2 x 3/8" poprzez łącznik 1/4" x 3/8")
 - 3 x konektory typu luer (filtrowane);
 - 1 x konektor typu luer (niefiltrowany);
 - wlot i wylot krwi z oksygenatora 3/8 cala;

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Nordea Bank Polska S.A.
O/Gdynia
38 1440 1101 0000
0000 1121 6037

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
AZP.3320/ 28/ 11 – wyjaśnienie treści SIWZ

- konektor połączenia kardioplegii luer 1/4"

Dodatkowo:

- 2 x konektory luer lock na wejściu żylnym;
- 1 x konektor szybkiego primingu 1/4"
- 1 x konektor pomocniczy 1/4" - 3/8", pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 złożenie oferty z zestawem drenów wg schematu nr 1 ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie oksygenatora:

- z powłoką biokompatybilną o wyższym standardzie od heparyny, ponieważ nie uwalniająca się podczas krążenia pozaustrojowego?

- którego minimalny poziom operacyjny wynosi 250 ml i jest bezpieczniejszy od poziomu 200 ml, ponieważ w praktyce i tak nie stosuje się minimalnych poziomów operacyjnych 200 ml na pełnym rzucie, gdyż każdy spadek poziomu podczas krążenia u dorosłych na pełnym rzucie poniżej poziomu 200 ml, zagraża życiu pacjenta. Przy przepływie w trakcie KPU około 4 litrów/min, stosowanym przeciętnie u dorosłych, przy poziomie 200 ml, tworzy się wir skierowany ku wylotowi ze zbiornika żylnego, który zasysa ze sobą także cząsteczki powietrza. Stosowane zabezpieczenie w postaci czujnika poziomu nie zabezpiecza przed tym zjawiskiem, ponieważ jest czujnikiem poziomu, a nie czujnikiem mikropęcherzyków. Jednocześnie informujemy Zamawiającego, że minimalny poziom primingu jest czy innym niż minimalny poziom operacyjny zapewniający utrzymanie pełnego zakresu przepływu krwi przez oksygenator. Tak więc, oferowany przez nas oksygenator może mieć minimalny poziom primingu, czyli wypełnienia wstępnego 200 ml, ale podczas krążenia pozaustrojowego minimalny poziom operacyjny gwarantujący bezpieczeństwo pacjenta powinien wynosić 250 ml. Nasza firma oferuje sprzęt bezpieczny dla pacjenta, Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na powyższe.

- w którym: port do pomiaru temperatury krwi żyłnej na wejściu krwi do oksygenatora, port do pomiaru temperatury krwi tętniczej na wyjściu krwi z oksygenatora. Takie rozwiązanie pozwala na dokładniejszy pomiar wymiany cieplnej w oksygenatorze, poprzez bezpośredni pomiar krwi za i przed oksygenatorem.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie oksygenatora, którego port do podłączenia kardioplegii krwistej ma końcówkę Din lock z opcją zmiany na luer lock co zapewnia możliwość bezproblemowego odłączenia zestawu do kardioplegii w każdym momencie krążenia pozaustrojowego, gdyby zaszła taka potrzeba.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie oksygenatora, którego porty ssakowe są 6 x 1/4" oraz 1 x 3/8" ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu drenów według załączonego schematu nr 1. Prosimy o wyrażenie zgody, ponieważ zestaw ten nieznacznie różni się od wymagań Zamawiającego.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu osobno zestawu drenów i osobno cewek pomiarowych do urządzenia Data Master, którego producentem jest wyłącznie firma Sorin i tylko ona może dostarczyć dreny do krążenia z wbudowanymi cewkami. Aktualne żądanie Zamawiającego dostarczenia zestawu drenów wraz z cewnikami eliminuje z udziału w tym zadaniu firmy konkurencyjne co jest niezgodne z art. 7 ustawy PZP.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie:

Zamawiający w sposób jednoznaczny określił w zadaniu 2 wymaganą objętość wypełnienia statycznego oksygenatora, która ma wynosić 250 ml. Informujemy Zamawiającego, że oferowany przez nas oksygenator ma korzystniejszy w tym zakresie parametr i wynosi on 220 ml. Żądanie Zamawiającego zaprzecza stosowaniu dobrej praktyki medycznej i świadczy o złym rozpoznaniu rynku. Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania oksygenatora, którego objętość wypełnienia statycznego wynosi 220 ml.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody w zadaniu nr 2 na możliwość zaoferowania oksygenatora, w którym:

- port do pomiaru temperatury krwi żyłnej jest na wejściu krwi do oksygenatora, a port do pomiaru temperatury krwi tętnicznej na wyjściu krwi z oksygenatora. Takie rozwiązanie pozwala na dokładniejszy pomiar wymiany cieplnej w oksygenatorze poprzez bezpośredni pomiar krwi za i przed oksygenatorem
- porty ssawkowe są 6 x 1/4" oraz 1 x 3/8", a konektory typu luer filtrowane 3 sztuki ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie do przetargu zestawu drenów według załączonego schematu nr 1, który nie zawiera cewek pomiarowych i nieznacznie też różni się od wymagań Zamawiającego.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 31:

Czy Zamawiający wymaga by w zadaniu 31 wkłady wyposażone były w króciec obrotowy, schodkowy z możliwością jego zamknięcia po wypełnieniu wkładu ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 31:

Czy Zamawiający wymaga by w zadaniu 31 podczas wymiany wkładów nie było potrzeby odłączania źródła ssania od pojemnika?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 34:

Czy Zamawiający wymaga by w zadaniu 34 posiadały wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie klipsa zabezpieczające przed spadnięciem z naczynia oraz z klipsownicy?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. §7 wzoru umowy:

W/w ust. zawiera informacje: „W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielenia dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kar umownych określonych w § 6”. Zapis taki sprawia, że strony nie są równoprawne. Zdarzyć się może, że Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy, w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe regulowanie płatności z jednoczesnym naliczeniem Dostawcy wysokich kar umownych i równoczesnym odstąpieniu od umowy. Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie w/w ppkt ze wzoru umowy.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. zapisów w SIWZ – charakterystyki techniczno - jakościowej:

Ponieważ przedmiotem zamówienia w zadaniu 31, 32 jak również 34 jest wyrób medyczny, prosimy o potwierdzenie, iż dla spełnienia wymogu pktu 3 (charakterystyki techniczno – jakościowej) wystarczające dla Zamawiającego będzie dołączenie do oferty instrukcji użycia wraz z kartami katalogowymi. Zgodnie z ustawą karty charakterystyki są to dokumenty dla produktów chemicznych i chemikaliów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż obowiązuje wymóg złożenia w ofercie charakterystyki techniczno – jakościowej dla oferowanych wyrobów medycznych, oddzielnie dla każdego zadania. (Pkt. 3 str.21 - 22 SIWZ). Może mieć ona formę przygotowanego przez Wykonawcę opisu zawierającego co najmniej informacje na temat cech i parametrów technicznych wymaganych określonych w opisie przedmiotu zamówienia, może to być również instrukcja użycia pod warunkiem, iż będzie zawierać dane o oferowanym wyrobie na temat cech i parametrów technicznych wymaganych określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Karty katalogowe, zgodnie z pkt. 4 str. 22 SIWZ, należy dołączyć do oferty niezależnie od dokumentu, o którym mowa powyżej.

Pytanie dotyczy zadania 29:

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu 29 poz. 1 Łaty naczyniowe filcowe o rozmiarach 1,2 cm x 10,2 cm ?

Wyjaśnienie: Tak.**Pytanie dotyczy zadania 3:**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 – zestaw do podawania kardiopleginy krwistej 4:1 z metalową spiralą, może przedstawić schematyczny rysunek zestawu w celu jednoznacznego określenia oczekiwanych parametrów technicznych ?

Wyjaśnienie:

Schemat zestawu do podawania kardiopleginy 4:1 w załączeniu do niniejszego pisma.

Pytanie dotyczy zadania 16:

Czy Zamawiający w zadaniu 16 dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń z jednoświatłowym cewnikiem 20Ga/10 cm ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zestaw do kaniulacji dużych naczyń z jednoświatłowym cewnikiem 20Ga/10 cm spełniający pozostałe wymagania siwz.

Pytanie dotyczy zadania 17:

Czy Zamawiający w zadaniu 17 dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń z trójświatłowym cewnikiem 7F/16 cm ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zestaw do kaniulacji dużych naczyń z trójświatłowym cewnikiem 7F/16 cm spełniający pozostałe wymagania siwz.

Pytanie dotyczy zadania 24:

Czy Zamawiający w zadaniu 24 dopuści dren do klatki piersiowej z atraumatycznym uchwytem do kleszczy zamiast ścięcia pod skosem ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie dotyczy zadania 32:

Czy Zamawiający w zadaniu 32 dopuści zestaw do drenażu klatki piersiowej i jam opłucnowych o pojemności 2200 ml ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie dotyczy zadania 28:

Czy Zamawiający dopuści cewniki producenta pompy w rozmiarze jedynie 7,5 F ? Cewnik o takim rozmiarze jest zalecany przez producenta pompy Datascope i zastąpił technologicznie przestarzały cewnik 8F. Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dotyczy zadania 11:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 introduktor 8,5 F reszta zapisów bez zmian ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza w pozycji 2 introduktor 8,5. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie dotyczy zadania 16:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń jednoświatłowy 20Ga/12 cm co jest odpowiednikiem 3F posiadający w swoim składzie igłę o długości 5,08 cm przy zachowaniu reszty zapisów bez zmian ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zestaw do kaniulacji dużych naczyń jednoświatłowy 20Ga/12 cm. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie dotyczy zadania 17:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń trójświatłowy 7F/16 cm posiadający w swoim składzie igłę o długości 6,35 cm przy zachowaniu reszty zapisów bez zmian ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zestaw do kaniulacji dużych naczyń trójświatłowy 7F/16 cm. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie dotyczy zadania 28:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wewnątrzaoortalny cewnik do kontrapulsacji w rozmiarze 8Fr i 7,5 Fr firmy Arrow, dostępny z balonem o pojemności 30 i 40 cc do każdego rozmiaru, o budowie cewnika, która dzięki zbrojeniu shaftu meatlowym opłotem zapewnia najwyższe parametry odczytu ciśnienia tętniczego bez konieczności częstego płukania kanału, o średnicy kanału centralnego 0,032" dla 8Fr i 0,027" dla 7,5 Fr, z możliwością założenia przez 1 z 2 koszulek znajdujących się standardowo w każdym

zestawie, współpracujący z pompą Datascope, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o modyfikację § 9 ust. 2b) wzoru umowy na:

„w przypadku zmiany stawki podatku VAT pod warunkiem, że nie będzie ona powodowała podwyższenia ceny jednostkowej netto.”

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

Jednocześnie, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ulega zmianie treść SIWZ w części wzór umowy - § 2 ust. 5 i otrzymuje brzmienie: „Sprzedający będzie uwzględniał reklamacje ilościowe i jakościowe dotyczące dostawy przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.”

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie i są wiążące.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek