



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 17 maja 2011 r.



AZP.3320/28/ /11



dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Kardiochirurgii. Poniżej przedstawiamy ich treść i wyjaśnienia:



### Pytanie dot. zadania 36:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stabilizatora serca wieńcowego bez zbrojenia na linii ssącej za to wyposażonego w sztywny dren uniemożliwiający jego przypadkowe zgięcie.

**Wyjaśnienie:** Tak.



### Pytanie dot. zadania 36:

Czy Zamawiający dopuszcza stabilizator koniuszkowy w kształcie lejka, który umożliwia użycie go na ścianie serca i na koniuszku dzięki pracy części ssącej w trzech wymiarach.

**Wyjaśnienie:** Tak.

tel. centrala  
084 6773333

### Pytanie dot. zadania 36:

tel. sekretariat  
084 6773300

Czy Zamawiający wymaga aby stabilizator koniuszkowy był wyposażony w część ssącą poruszającą się w trzech wymiarach ?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

fax  
084 6386669

### Pytanie dot. zadania 20 poz. 1:

www.  
szpital.zam.pl

Czy Zamawiający dopuści drena ciśnieniowe o długości 145 cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

**Wyjaśnienie:** Tak.

e mail:

szpital@szpital.zam.pl

### Pytanie dot. zadania 24 pozycja a, b, c, d:

NIP  
922-22-92-491

Czy Zamawiający dopuści dren do klatki piersiowej z 5 otworami bocznymi, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

**Wyjaśnienie:** Tak.

REGON  
006050134

### Pytanie dot. zadania 27 pozycja 1:

KRS  
0000021024

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o grubości warstwy żeluz 0,6 mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

**Wyjaśnienie:** Tak.

Nordea Bank Polska S.A.  
O/Gdynia  
38 1440 1101 0000  
0000 1121 6037

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
AZP.3320/ 28/ 11 – wyjaśnienie treści SIWZ

**Pytanie dot. dokumentów wymagane celem potwierdzenia spełniania warunku określonego w punkcie II.2:**

Na podstawie art. 25 Prawa Zamówień Publicznych oraz par.1.1.pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz.U. nr zamawiający ma prawo żądać następujących dokumentów: „Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.” Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający nie ma prawa żądać od Wykonawców udokumentowania realizacji dostaw sprzętu medycznego używanego konkretnie w Kardiochirurgii. Wyżej wymieniony fragment Rozporządzenia wymaga podania odbiorcy, a nie oddziału szpitalnego, gdzie ma być przeznaczony przedmiot postępowania przetargowego. Na listach referencyjnych uzyskiwanych ze szpitali w związku z wygranymi przetargami nie określa się na jaki oddział towar będzie przeznaczony, gdyż akcesoria elektrochirurgiczne są używane na wielu oddziałach, blokach operacyjnych, gabinetach zabiegowych itd. Wykonawca prosi zatem o usunięcie zapisu dotyczącego udokumentowania dostaw sprzętu medycznego jednorazowego użytku używanego w kardiochirurgii a umieszczenie wpisu udokumentowania realizacji co najmniej trzech dostaw sprzętu medycznego jednorazowego użytku o łącznej wartości dostaw co najmniej równej wartości oferowanego przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu. W przeciwnym przypadku zgodnie z art. 93 Pzp postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są wymagania określone w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 19:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w zadaniu nr 19 jako najkorzystniejsza dostarczył na okres trwania umowy płytki z możliwością szeregowego umocowania dwóch przetworników w dwa razy większej ilości – 20 szt. oraz pozostałe elementy wymienione w SIWZ.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są wymagania zawarte w SIWZ.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek