



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 26 kwietnia 2011r.



AZP 3320/31/ /11



Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:



1. Zadanie 1, pozycja 6. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową skalowaną co 0,5 ml, spełniającą pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza strzykawkę trzyczęściową skalowaną co 0,5 ml, spełniającą pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.

tel. centrala
084 6773333

2. Zadanie 4 pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści kaniule w następujących rozmiarach 14G(2,0x45), 16G(1,7x45), 17G(1,5x45), 18G(1,3x45), 20G(1,1x32), 22G(0,9x25), 24G(0,7x19), 26G(0,6x19) spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

Wyjaśnienie: Obowiązuje opis podany w SIWZ.

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

3. Zadanie 6, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrze chirurgiczne pakowane pojedynczo w folię aluminiową z wytłoczonym rozmiarem, z oznaczeniem rozmiaru i kształtu ostrza na opakowaniu zbiorczym ?

Wyjaśnienie: Obowiązuje opis podany w SIWZ.

www.
szpital.zam.pl

4. Zadanie 8. Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne nitrylowe bezpudrowe, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne nitrylowe bezpudrowe, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

5. Zadanie 14, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya z balonem o pojemności 5 – 10 ml, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

Wyjaśnienia: Obowiązuje opis podany w SIWZ.

REGON
006050134

KRS
0000021024

6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany (aneksowania) umowy w zakresie

ceny, lub jej rozwiązania na zasadzie porozumienia i bez konsekwencji dla stron – w sytuacji nadzwyczajnej zmiany stosunków niezależnej od woli którejkolwiek ze stron i której strony nie przewidywały w chwili składania oferty, lub w dacie podpisania umowy.
Wyjaśnienie: Wiążącą są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

7. Zadanie nr 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 8 strzykawkę 100 ml z zakończeniem cewnikowym oraz z dołączonym reduktorem luer ?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza w poz. 8 strzykawkę 100ml z zakończeniem cewnikowym oraz z dołączonym reduktorem luer przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

**Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Lek. med. Andrzej Mielcarek**