



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 28 kwietnia 2011 r.



AZP.3320/31/ /11



dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęło pytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Poniżej przedstawiamy jego treść i wyjaśnienie:



Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji 8 strzykawkę 100 ml typu Żaneta bez zatyczki do końcówki cylindra ?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza w pozycji 8 strzykawkę 100 ml typu Żaneta bez zatyczki do końcówki cylindra.



Jednocześnie, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, **ulega zmianie opis przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 1 – poz. 7, 8, 10.**

Obowiązujący po zmianie opis przedmiotu zamówienia w w/w pozycjach ma brzmienie:

Poz. 7 :

Strzykawki typu „Żaneta” 50/60 ml sterylne, jednorazowego użytku, nietoksyczne, szczelne, apirogenne, zakończenie cylindra cewnikowe, wykonane z polipropylenu, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna niezmywalna skala, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, zatyczka do końcówki cylindra – 3 000 sztuk.

Poz. 8:

Strzykawki typu „Żaneta” 100 ml sterylne, jednorazowego użytku, nietoksyczne, szczelne, apirogenne, zakończenie cylindra cewnikowe + reduktor typu luer, wykonane z polipropylenu, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna niezmywalna skala, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka – 500 sztuk.

Poz. 10:

Strzykawka do tuberkuliny TBC z igłą nr 0,6 x 16mm sterylne, jednorazowego użytku, szczelne, trzyczęściowe, z gumowym tłoczkiem, zakończenie cylindra typu luer, podziałka ze skalowaniem 0,05ml lub 0,01ml, wykonane z polipropylenu lub mieszane (polipropyleń + polietylen), czytelna skala (igła nie może być zamontowana na stałe ze strzykawką), przezroczysty cylinder – 10 opak. (1 op = 100 szt.)

tel. centrala
084 677 3333

tel. sekretariat
084 677 3300

fax
084 6386 669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Zamawiający informuje ponadto, iż **ulegają zmianie:**

- **termin składania ofert**, który wyznacza się **na dzień 04 maja 2011r. godz. 11.00,**
- **termin otwarcia ofert**, który wyznacza się **na dzień 04 maja 2011r. godz. 12.00.**

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek