



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 12 maja 2011 r.



AZP.3320/33/ /11



dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych. Poniżej przedstawiamy ich treść i wyjaśnienia:



### Pytanie dot. zadania 35:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 35 w pozycji nr 2 nóż o szerokości 2,65 mm, pozostałe wymagania bez zmian.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza nóż o szerokości 2,65 mm z zachowaniem pozostałych wymagań.



### Pytanie dot. zadania nr 7:

Czy Zamawiający wymaga oryginalnych igieł do pistoletu MAGNUM firmy Bard ?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający wymaga igieł pasujących do pistoletu MAGNUM firmy Bard.



tel. centrala  
084 6773333

### Pytanie dot. zadania 102 poz.1:

Czy Zamawiający dopuści folię wykonaną z polietylenu o powierzchni klejącej 19cm x 25 cm, pozostałe wymagania zgodne z siwz ?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza folię o powierzchni klejącej 19 cm x 25 cm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

### Pytanie dot. zadania 102 poz.2:

Czy Zamawiający dopuści folię o rozmiarze całkowitym 15cm x 20 cm i rozmiarze powierzchni klejącej 10 cm x 20 cm ?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza folię o rozmiarze całkowitym 15cm x 20 cm i rozmiarze powierzchni klejącej 10 cm x 20 cm

www.  
szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

### Pytanie dot. zadania 102 poz.3:

Czy Zamawiający dopuści folie o rozmiarach powierzchni klejącej:

1. 28 cm x 25 cm,
2. 28 cm x 41 cm,
3. 50 cm x 41 cm.

**Wyjaśnienie:** Obowiązuje opis podany w SIWZ.

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

### Pytanie dot. zadania 101:

Nordea Bank Polska S.A.  
O/Gdynia  
38 1440 1101 0000  
0000 1121 6037

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
Wyjaśnienie treści SIWZ – AZP.3320/33/11

Czy Zamawiający dopuści drenaż z jamy opłucnej jednorazowego użytku pakowany sterylnie, 3 – komorowy, komora kolekcyjna 2500 ml, precyzyjna podziałka w zakresie małych objętości – skala podziałki 1 cm<sup>3</sup> w przedziale 10 cm<sup>3</sup>, skala podziałki 2,5 cm<sup>3</sup> w przedziale 10 – 280 cm<sup>3</sup>, wydzielona i wyskalowana zastawka podwodna, uszczelnienie podwodne w przypadku wysokiego ujemnego ciśnienia, automatyczna zastawka nadciśnienia, normalna zastawka podciśnienia, wodna komora regulacji ciśnienia, półprzeźroczysty elastyczny dren, zestaw przystosowany do zawieszania na łóżku i postawienia na podłodze, port dostępowy do zastawki wody umożliwiający łatwą korektę poziomu płynu, zawiera barwnik umożliwiający łatwy odczyt płynów.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza wyżej opisany drenaż jamy opłucnej.

**Pytanie dot. zadania 95 poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy uchwyt monopolarny z kablem o długości 3 m ?  
Pozostałe parametry bez zmian.

**Wyjaśnienie:** Obowiązuje opis podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 95 poz. 1:**

Czy Zamawiający posiada aparaty ERBE wyposażone w gniazda umożliwiające podłączenie kabla z wtyczką 3-pinową ?

**Wyjaśnienie:** Wyposażenie zamawiającego umożliwia podłączenie kabla z wtyczką 3-pinową.

**Pytanie dot. zadania 8:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły sterylnej, półautomatycznej do biopsji tkanek miękkich w rozmiarach:

- a) poz. 4: 14G x 7-15 cm
- b) poz. 5: 14G x 15- 25 cm
- c) poz. 6: 16G x 7- 15 cm
- d) poz. 7: 16G x 15-25 cm

**Wyjaśnienie:** Zamawiający wymaga rozmiarów igieł podanych w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 44:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do lokalizacji o długości 10 cm i 15 cm.  
Prosimy o sprecyzowanie czy haczyk ma być typu Z czy X ?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza igły do lokalizacji guza o długości 10 cm i 15 cm.  
Haczyk ma być typu X.

**Pytanie dot. zadania 51, poz. 1, 2:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów typu pigtail w rozmiarze 4.7F/24/2 zamiast 5F/24/2. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Wyjaśnienie:** Obowiązuje opis podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 51, poz. 3:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do przezskórnej nefrostomii o składzie:

- cewnik pigtail, wykonany z najwyższej jakości poliuretanu alifatycznego, gwarantującego drenaż do 6 miesięcy, w rozmiarze 9F, 12 F, 14 F
- jednodrożny kranik lub zacisk regulujące przepływ moczu
- kołnierz mocujący cewnik
- 2-u częściowa igła punkcyjna 18G wykonana ze stali medycznej, widoczna w

USG

- prowadnik Lunderquista typu J, 0,035", 80 cm z giętym, elastycznym końcem
- rozszerzadła atraumatyczne (1 lub 2 w zależności od rozmiaru cewnika)
- łącznik do worka na mocz

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza opisany wyżej zestaw.

**Pytanie dot. zadania 51, poz. 4:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do cystostomii w składzie:

- Cewnik poliuretanowy typu J w rozmiarze F 8.5, F12, F14 znakowany dla dokładnego umiejscowienia,
- igła punkcyjna rozrywalna ze stali medycznej, dł. 12 cm
- zacisk regulujący przepływ moczu
- skalpel
- zatyczka

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza opisany wyżej zestaw.

**Pytanie dot. zadania 27 poz. 1:**

Czy Zamawiający w zadaniu 27 poz.1 „Szczoteczka sterylna jednorazowego użycia(....)” wymaga przedstawienia wykazu badań klinicznych oraz rekomendacji instytucji i towarzystw specjalistycznych dla szczoteczek do wymazów cytologicznych, co jest wymagane przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne ?

**Wyjaśnienie:** Wymagania zamawiającego odnośnie szczoteczek zostały określone w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 27 poz. 1:**

Czy Zamawiający w zadaniu 27 poz.1 „Szczoteczka sterylna jednorazowego użycia(....)” wymaga oryginalnych szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych zgodnie z zaleceniami Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy ?

**Wyjaśnienie:** Wymagania zamawiającego odnośnie szczoteczek zostały określone w SIWZ.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, zgodnie z oficjalnym stanowiskiem jego organizatorów (Ministerstwo Zdrowia/ Centralny Ośrodek Koordynujący) zaprezentowanym m.in. w opisie tego programu złożonym do Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki Macicy i zastosować się do Dyrektywy Europejskiej, wymaga szczoteczek cytologicznych wymienionych w tej Dyrektywie ?

**Wyjaśnienie:** Wymagania zamawiającego odnośnie szczoteczek zostały określone w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 7:**

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 Zadania 7 dopuści złożenie oferty na igły o długości 15 cm ?

**Wyjaśnienie:** Obowiązuje opis podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 8:**

Czy Zamawiający w pozycji 3 Zadania 8 dopuści złożenie oferty na igły o średnicy 16G i długości 73 mm z zakresem regulacji 35/60 mm oraz igły o średnicy 16G i długości 60

mm z zakresem regulacji 22-47 mm.

**Wyjaśnienie:** Obowiązuje opis podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 41:**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na zestawy PULL PEG pakowane pojedynczo ?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na zestawy PULL PEG pakowane pojedynczo z przeliczeniem na ogólną ilość określoną w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 51**

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na pozycję 1 i 2 zadania 51 oraz pozycję 3 i 4 zadania 51 osobno ?

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest podział na zadania przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w paragrafie 3 ust. 2 obecnego zapisu na: „Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

- a. istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszt dostawy,
- b. istotnej zmiany stawek celnych, stawek podatkowych lub innych obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych - w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę bez konieczności sporządzania aneksu do umowy,
- c. zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności nawet przy zachowaniu należytej ostrożności.
- d. Istotnej zmiany cen przez producenta” ?

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy zawarte we wzorze umowy – integralnej części SIWZ.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w § 4 ust. 1 zapisu „otrzymania” na „wystawienia” ?

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy zawarte we wzorze umowy – integralnej części SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 95 poz.1:**

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania jednorazowy uchwyt monopolarny z elektrodą szpatułkową i przyciskami cięcie/koagulacja z kablem o długości 3,2 m, kompatybilny z aparatami ERBE ICC/VIO ?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza jednorazowy uchwyt monopolarny z elektrodą szpatułkową i przyciskami cięcie/koagulacja z kablem o długości 3,2 m, kompatybilny z aparatami ERBE ICC/VIO.

**Pytanie dot. zadania 95 poz.2:**

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną, jednorazową, dzieloną, wyposażoną w pas bezpieczeństwa, który tak jak pierścień ekwipotencjalny (określenie

firmy Erbe), gwarantuje równomiernie rozproszczenie prądu na elektrodzie, niezależnie od kierunku jej aplikacji ?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający wymaga elektrody z rozwiązaniem zapewniającym jednolity rozkład prądu na całej powierzchni elektrody i współpracującej z aparatami ERBE ICC/VIO.

**Pytanie dot. zadania 74 poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści koce do ogrzewania pacjenta pakowane w opakowanie zbiorcze 12 szt ? Czyli najmniejsze zamówienie dla tej pozycji to jest dwanaście sztuk lub wielokrotność tej liczby.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający wymaga ilości kocy podanych w SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie i są wiążące.

Zastępca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds Lecznictwa  
lek. med. Marek Lipiec