



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 16 maja 2011 r.



AZP.3320/33/ /11



dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania i wniosek dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych. Poniżej przedstawiamy ich treść i wyjaśnienia:



Pytanie dot. zadania 46 poz. 1, 2 i 4:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie cewników Foleya w całości z silikonu spełniającego pozostałe wymagania SIWZ ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie cewników Foleya w całości z silikonu spełniających pozostałe wymagania SIWZ

tel. centrala
084 6773333

Wniosek dot. zadania 51:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 1 i 2 do osobnego pakietu.

tel. sekretariat
084 6773300

Wyjaśnienie:

Wiążący jest podział na zadania określony w SIWZ.

fax
084 6386669

Pytanie dot. zadania 44:

Czy Zamawiający dopuści igły o długości 10 i 12 cm lub 12 i 16 cm innego producenta ?

www.
szpital.zam.pl

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zamiast długości 11 cm igłę o długości 10 cm lub 12 cm, zamiast długości 15 cm igłę o o długości 16 cm, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie stawiał wymogu odnośnie producenta.

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

Pytanie dot. zadania 84 poz. 1, 2, 5:

Czy Zamawiający dopuści dreny o średnicy 7 mm ?

REGON
006050134

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

KRS
0000021024

Pytanie dot. zadania 86:

Czy Zamawiający dopuści klipsy pakowane po 120 szt. ?

Nordea Bank Polska S.A.
O/Gdynia
38 1440 1101 0000
0000 1121 6037

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Wyjaśnienie treści SIWZ – AZP.3320/33/11

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 86:

Czy Zamawiający wymaga aby klipsy posiadały wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie ?

Wyjaśnienie:

Obowiązują wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 96:

Czy Zamawiający dopuści stapler okrężny bez łamanego kowadełka ?

Wyjaśnienie:

Obowiązuje opis podany w SIWZ.

Zastępca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec