



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 25 maja 2011 r.



AZP.3320/33/ /11



dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych. Poniżej przedstawiamy ich treść i wyjaśnienia:



Pytanie dot. zadania nr 8 poz. 4, 5, 6, 7:

Prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający rozumie określenie długości igieł półautomatycznych 8 – 12 cm, 18 – 22 cm. Czy określenie długość „8-12 cm” oznacza, że długość oferowanych igieł ma być 8, 9, 10, 11, 12 cm czy długość oferowanych igieł ma zawierać się w przedziale od 8 do 12 cm np. 10 cm ?

Wyjaśnienie: Określenie długość 8-12 cm oznacza, że długość oferowanych igieł ma zawierać się w przedziale od 8 do 12 cm.

tel. centrala
084 6773333

Pytanie dot. zadania 9 poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby koreczek Luer Lock posiadał trzpień poniżej krawędzi korka, co zwiększa jego aseptyczność ?

Wyjaśnienie: Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

Pytanie dot. zadania 9 poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby kaniule posiadały samo domykający się port górny zapobiegający przypadkowemu otwarciu ?

Wyjaśnienie: Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

Pytanie dot. zadania 9 poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby kaniule posiadały filtr hydrofobowy zapobiegający niekontrolowanemu wypływowi krwi poza kaniulę ?

Wyjaśnienie: Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

Pytanie dot. zadania 9 poz. 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby koreczek Luer Lock posiadał trzpień poniżej krawędzi korka, co zwiększa jego aseptyczność ?

Wyjaśnienie: Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

KRS
0000021024

Nordea Bank Polska S.A.
O/Gdynia
38 1440 1101 0000
0000 1121 6037

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
AZP.3320/ 28/ 11 – wyjaśnienie treści SIWZ

Pytanie dot. zadania 10 poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby kaniule dożylnie dla noworodków były widoczne w promieniach RTG ?

Wyjaśnienie: Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 13 poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych był pozbawiony PVC, co ma być potwierdzone oświadczeniem producenta ?

Wyjaśnienie: Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 13 poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych był sterylizowany radiacyjnie ?

Wyjaśnienie: Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 13 poz. 2:

Czy Zamawiający wymaga przyrząd do przetaczania krwi był pozbawiony szkodliwych ftalanów co ma być potwierdzone oświadczeniem producenta ?

Wyjaśnienie: Niezbędne wymagania zostały określone w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 35 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści nóż o szerokości 1,7 mm nie posiadający znacznika ?

Wyjaśnienie: Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 24:

Czy Zamawiający w zadaniu 24 wymaga aby zestaw do gmnastyki oddechowej port do jednoczesnego podawania tlenu ?

Wyjaśnienie: Niezbędne wymogi zostały określone w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 37:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 37 dopuści cewnik Thorax jałowy w rozmiarach: nr 24, nr 28, nr 30, nr 32, nr 36 ?

Wyjaśnienie: Obowiązują rozmiary podane w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 63:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 63 dopuści rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym wykonaną z niesilikowanego PCV ?

Wyjaśnienie: Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 66:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 66 dopuści rurkę intubacyjną z mankietem niskociśnieniowym o kształcie odwróconej gruszki, stopniowo zwężającym się ku dołowi?

Wyjaśnienie: Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 67 poz. 1:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 67 w pozycji 1 dopuści zamknięty zestaw do odsysania z drzewa oskrzelowego dla dorosłych do rurki intubacyjnej o długości cewnika 57 cm ?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza zamknięty zestaw do odsysania z drzewa oskrzelowego dla dorosłych do rurki intubacyjnej o długości 57 cm. Jednocześnie

zamawiający informuje, iż **ulega zmianie treść opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ - formularzu cenowym zadania nr 67 poz.1.**

Zapis: „.....o długości cewnika min. 5 cm” zmienia się na: „.....o długości cewnika min. 50 cm”.

Pytanie dot. zadania 70 poz. 2:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 70 w pozycji 2 dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Selingera, z dwuświatłowym cewnikiem w rozmiarze 8,5 F ?

Wyjaśnienie: Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 70 poz. 3:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 70 w pozycji 3 dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Selingera, z dwuświatłowym cewnikiem w rozmiarze 5,5 F ?

Wyjaśnienie: Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 70 poz. 4:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 70 w pozycji 4 dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Selingera, z dwuświatłowym cewnikiem w rozmiarze 4 F ?

Wyjaśnienie: Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 70 poz. 3 i 4:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 70 w pozycjach 3 i 4 dopuści zestawy bez łącznika Y ?

Wyjaśnienie: Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 101:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 101 dopuści drenaż jamy opłucnej z komorą kolekcyjną o pojemności 2200 ml ?

Wyjaśnienie: Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 97 poz. 2:

Czy można zaoferować sterylną osłonę foliową na mikroskop w rozmiarach 50 cm x 100 cm ?

Wyjaśnienie: Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 30:

Czy Zamawiający, w ramach Zadania 30 Zestaw do strzykawki automatycznej Medrad, ma na myśli materiały eksploatacyjne charakteryzujące się wysoką jakością, znane i atestowane przez producenta urządzeń lub/i przez jego autoryzowanego przedstawiciela/serwis, czyli takie, które są - w sposób potwierdzony oświadczeniem tych podmiotów – w pełni kompatybilne z eksploatowanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem Medrad Spectris Solaris EP MR (nr seryjny 44823) i nie spowodują usterek w jego działaniu, ani jego uszkodzenia oraz nie będą miały wpływu na utratę praw gwarancyjnych ?

Uzasadnienie: Zwracamy uwagę na fakt, iż Zamawiający w ramach zadania nr 30: Zestaw do strzykawki automatycznej Medrad będzie nabywał wkłady/zestawy do eksploatacji automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Spectris Solaris EP MR (nr seryjny 44823) zainstalowanego w Pracowni Rezonansu Magnetycznego Zamawiającego w dniu 09.03.2010r. i objętego 36-miesięczną pełną gwarancją serwisową. Jednym z kryteriów utrzymania praw gwarancyjnych jest eksploatacja urządzenia zgodnie z warunkami określonymi w Instrukcji Obsługi, m.in. stosowanie materiałów eksploatacyjnych

znanych i atestowanych przez producenta urządzenia lub/i przez jego autoryzowanego przedstawiciela/serwis (w załączeniu kopia protokołu Instalacji z 09.03.2010).

Stosowanie podczas eksploatacji przedmiotowego urządzenia sprzętu jednorazowego, który nie posiada potwierdzenia producenta wstrzykiwacza – firmy Medrad Inc. lub/i jego autoryzowanego przedstawiciela.serwisu skutkować będzie utratą praw gwarancyjnych (obecnie: gwarancja do dnia 09.03.2013r.).

Wyjaśnienie: Zamawiającemu chodzi o zestawy które są w pełni kompatybilne z eksploatowanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem Medrad Spectris Solaris EP MR (nr seryjny 44823) i nie spowodują usterek w jego działaniu, ani jego uszkodzenia oraz nie będą miały wpływu na utratę praw gwarancyjnych.

W związku z powyższym zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych **wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie dotyczącym dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym przez zamawiającego wymaganiom oraz informacji i oświadczeń, które musi zawierać oferta – str. 8 SIWZ. Zmiana polega na rozszerzeniu katalogu tych dokumentów o pkt. 6 o treści: „Oświadczenie firmy MEDRAD – producenta strzykawki automatycznej Medrad Spectris Solaris EP MR lub jej autoryzowanego przedstawiciela/serwisu potwierdzające, że zestawy oferowane w zadaniu nr 30 są kompatybilne z wstrzykiwaczem Medrad Spectris Solaris EP MR i nie spowodują usterek w jego działaniu, ani jego uszkodzenia oraz nie będą miały wpływu na utratę praw gwarancyjnych.”**

Zmianie ulega również treść zdania zamieszczonego pod pkt. 5 str. 8 SIWZ i otrzymuje brzmienie: „Zamawiający informuje, że niezłożenie dokumentów, oświadczeń, informacji określonych w pkt. 1 – 6 spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku dokumentów wskazanych w pkt.3, 4 i 6 zamawiający uprzednio zastosuje art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.”

Pytanie:

W nawiązaniu do opisu przedmiotu zamówienia wg formularza cenowego kolumna „nazwa, numer katalogowy”), prosimy o odpowiedź czy Zamawiający ma na myśli Zestaw do wstrzykiwacza kontrastu składający się z: dwóch wkładów o pojemności 115 ml i 65 ml, łącznika niskociśnieniowego z trójnikiem o długości 250 cm z zaworkiem antyzwrotnym oraz dwóch ostrzy typu „spike” - w 100% kompatybilny ze wstrzykiwaczem kontrastu Medrad Spektris Solaris EP do MRI – którego pełna kompatybilność z w/w urządzeniem i brak wpływu ew. utratę udzielonych praw gwarancyjnych potwierdzony będzie załączonym do oferty i wymaganym przez Zamawiającego dokumentem wystawionym przez producenta urządzenia lub/i jego przedstawiciela/ serwis ?

Uzasadnienie: Wstrzykiwacz Medrad Spectris Solaris EP MR o numerze seryjnym 44823, do którego nabywane są obecnie w/w artykuły jednorazowego użytku jest urządzeniem nowym, objętym trzyletnią gwarancją serwisową – której utrzymanie uwarunkowane jest jednak faktem prowadzenia właściwej eksploatacji, tj. eksploatacji zgodnej z zaleceniami producenta urządzenia lub/i jego lokalnej organizacji serwisowej.

Wyjaśnienie: Tak, wiążące są wyjaśnienia udzielone powyżej.

Pytanie dot. zadania 31:

Czy Zamawiający w zakresie pozycji 4 Zadania nr 31 dopuści złożenie oferty na złącze do podawania kontrastu 35 cm z zaworem, sterylne, wytrzymałość ciśnieniowa 350 PS. Kompatybilne z wstrzykiwaczem automatycznym NEMOTO DUAL SHOT ?

Uzasadnienie: Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie zapewni Zamawiającemu

dostawy sprzętu do eksploatacji wstrzykiwacza kontrastu Nemoto Dual Shot wysokiej jakości, w zakresie pozycji 4 charakteryzujące się parametrami technicznymi lepszymi, niż obecnie rozpisane. Artykuły te oferowane są też po bardzo atrakcyjnych cenach, co będzie korzystne ze względu na dbałość o finanse publiczne Zamawiającego.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 95 poz. 1:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy jednorazowy uchwyt monopolarny z elektrodą szkatułkową i przyciskami cięcia/koagulacja z kablem o długości min. 4 m, kompatybilny z aparatami ERBE ICC/VIO ma być jedno czy trzybolcowy ?

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga uchwytu jednopinowego, ale ze względu na posiadanie adaptera dopuszcza również uchwyt trzypinowy.

Pytanie dot. zadania 95 poz. 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowego uchwytu monopolarnego z elektrodą szkatułkową i przyciskami cięcia/koagulacja z kablem o długości min. 3 m, kompatybilny z aparatami ERBE ICC/VIO, zaproponowana długość kabla nie zmieni wartości użytkowej produktu, a umożliwi przystąpienie do przetargu większej ilości oferentom.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania uchwytu monopolarnego z elektrodą szkatułkową i przyciskami cięcia/koagulacja z kablem o długości min. 3 m.

Pytanie dot. zadania 95 poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych elektrod neutralnych dzielonych, składających się z dwóch symetrycznych części, których powierzchnia wynosi 107 cm² a pętla sprzężenia zwrotnego niweluje ryzyko oparzeń. Taka zmiana nie wpłynie w żaden sposób na poprawne i bezpieczne użytkowanie sprzętu elektrochirurgicznego (posiadamy wszystkie certyfikaty bezpieczeństwa) a zapewni możliwość wyboru spośród szerszej gamy konkurencyjnych cenowo i jakościowo elektrod. Nasze elektrody są obecnie użytkowane z generatorami EMED, Valleylab i Erbe w wielu szpitalach na terenie całej Polski, w tym również na blokach operacyjnych kardiologii, torakochirurgii, ortopedii i chirurgii ogólnej i cieszą się one bardzo dobrą opinią wśród naszych odbiorców.

Wyjaśnienie: Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 86:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie klipsownicy równoważnej do klipsownicy firmy Johnson pod warunkiem użyczenia na czas trwania umowy klipsownicy kompatybilnej z oferowanymi klipsami naczyniowymi tytanowymi jałowymi Medium/Large ?

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga klipsów do klipsownicy określonej w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 86:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu klipsy naczyniowe tytanowe jałowe Medium/Large w opakowaniu 120 szt. ?

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga ilości klipsów w opakowaniu zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 88:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie klipsownicy równoważnej do klipsownicy firmy Beryl pod warunkiem użyczenia na czas trwania umowy klipsownicy kompatybilnej z oferowanymi klipsami naczyniowymi tytanowymi jałowymi

Medium/Large ?

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga klipsów do klipsownicy określonej w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 70 poz. 2:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do przetargu zestaw do cewnikowania żył centralnych metoda Selingera dwuświatłowy 7F dł. 16 cm (+/- 1 cm), jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny nie zawierający lateksu (z dodatkowym niezintegrowanym łącznikiem Y z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą bezpieczne, bezkrwawe wprowadzenie prowadnicy Seldingera bez konieczności rozłączania strzykawki) ?

Wyjaśnienie: Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 70 poz. 3:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do przetargu zestaw do cewnikowania żył centralnych metoda Selingera dwuświatłowy 7F dł. 16 cm (+/- 1 cm), jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny nie zawierający lateksu (z dodatkowym niezintegrowanym łącznikiem Y z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą bezpieczne, bezkrwawe wprowadzenie prowadnicy Seldingera bez konieczności rozłączania strzykawki) ?

Wyjaśnienie: Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 95:

Prosimy o sprecyzowanie, czy elektrody z pierścieniem ekwipotencjalnym mają być z jednorazowym kablem , czy też bez kabla ? Prosimy o podanie nazwy i typu generatora.

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga elektrody z pierścieniem ekwipotencjalnym bez kabla współpracującej z aparatem Erbe ICC/VIO.

Pytanie dot. zadania 96 pozycja 1:

Ze względu na możliwość przedłożenia oferty konkurencyjnej jakościowo i cenowo, prosimy o dopuszczenie rozmiaru staplera okrężnego 24 mm (wymagane 25 mm). Tak nieznaczna różnica rozmiarów w żaden sposób nie wpłynie ma wartość użytkową ani komfort pracy Zespołu operacyjnego a poszerzy grono oferentów, z pewną korzyścią ekonomiczną dla Szpitala.

Wyjaśnienie: Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 96 poz. 2:

Ze względu na możliwość przedłożenia oferty konkurencyjnej jakościowo i cenowo, prosimy o dopuszczenie rozmiaru staplera okrężnego 32 lub 34 mm do dowolnego wyboru przez zamawiającego w trakcie trwania umowy (wymagane 33 mm). Tak nieznaczna różnica rozmiarów w żaden sposób nie wpłynie ma wartość użytkową ani komfort pracy Zespołu operacyjnego a poszerzy grono oferentów, z pewną korzyścią ekonomiczną dla Szpitala.

Wyjaśnienie: Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 35 poz.2:

Czy w zadaniu nr 35 pozycja 2 zamawiający dopuści nóż o szerokości 2,65 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza nóż o szerokości 2,65 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie dot. zadania 35:

Czy Zamawiający mógłby wydzielić z zadania 35 pozycje nr 3 do odrębnego zadania ?

Wyjaśnienie: Wiążący jest podział na zadania zawarty w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 35 poz.3:

Czy w zadaniu nr 35 pozycja nr 3 Zamawiający dopuści nóż o kalibracji 2,8 mm z 2 znacznikami głębokości: 1,5 mm i 2,0 mm ?

Wyjaśnienie: Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 50:

Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 50:

- 50 szt. taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, materiał: polipropylen, monofilament, plastikowa osłonka na taśmie , długość taśmy 45 cm, szerokość 1,1 cm, grubości 0,54 mm, porowatości 76,6 %, gramaturze 127 g/m² oraz
- 2 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w taśm ?

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga zestawu zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 80:

Czy Zamawiający dopuści przetworniki do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą krwawą posiadające możliwość podłączenia do kabla innego typu niż Edwards jeśli oferent dostarczy kable niezbędne do połączenia z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami ? Prosimy o określenie typu i ilości posiadanych monitorów z modułem krwawego pomiaru ciśnienia.

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga przetworników zgodnie z określeniem w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 70 poz. 1, 2, 3 i 4:

Czy Zamawiający dopuści zestawy do cewnikowania żył centralnych, metodą Selinger z osobno pakowaną strzykawką z otworem w tłoku posiadającą membranę uszczelniającą umożliwiającą bezpieczne, bezkrwawe wprowadzenie prowadnicy Seldingera bez konieczności rozłączania strzykawki ?

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga zestawów zgodnie z opisem podanym w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 70 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z cewnikiem 8Fr/20 cm ?

Wyjaśnienie: Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 70 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z cewnikiem 16 Ga ?

Wyjaśnienie: Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 70 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z cewnikiem 14 Ga ?

Wyjaśnienie: Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 25:

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do podawania tlenu (wasy) o długości drenu 180 cm wewnątrz gwiazdkowy nie załamujący się ?

Wyjaśnienie: Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 64:

Czy Zamawiający dopuści rurka ustno-gardłowa nr 2, minimum 80 mm ?

Wyjaśnienie: Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 64:

Czy Zamawiający dopuści rurka ustno-gardłowa nr 3, minimum 900 mm ?

Wyjaśnienie: Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 71:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 układy oddechowe jednorazowego użytku dla dorosłych do respiratora Bear 1000 z drenem ciśnieniowym dostosowanym do takiego układu, biologicznie czystego pakowanym folia – folia pojedynczo w oddzielnym zestawie, spełniającym wszystkie inne wymagane parametry ?

Wyjaśnienie: Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie:

Prosimy o modyfikację § 9 ust. 2b/ wzoru umowy na:

„w przypadku zmiany stawki podatku VAT pod warunkiem, że nie będzie ona powodowała podwyższenia ceny jednostkowej netto.”

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe wykonane z polipropylenu ze skalą co 0,2 ml ? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe wykonane z polipropylenu ? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1 poz. 11:

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny z igłą 0,5x16 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza strzykawki do tuberkuliny z igłą 0,5x16 mm z zachowaniem pozostałych parametry bez zmian.

Pytanie dot. zadania 13 poz. 1, 2:

Czy Zamawiający wymaga aby przyrządy do infuzji oraz transfuzji posiadały komorę wolną od PCV oraz pozbawione były ftalanów ? Ftalany są substancjami groźnymi dla człowieka – zaburzą rozwój komórek, wywołują zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz są podejrzewane o działanie rakotwórcze. Zatem wszystkie wyroby medyczne, w których stosowane jest PCV, stwarzają ryzyko skażenia organizmu pacjenta przez ftalany (DEHP). W związku z tym, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, należy zastępować ftalany innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację.

Wyjaśnienie: Niezbędne wymagania zamawiającego zostały określone w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 20 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane ?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 46 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z balonem o pojemności 30 ml ? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 103 poz. 1:

W związku z faktem, iż na rynku istnieje kilka typów glukometrów, które mogą być używane wyłącznie u osób dorosłych lub zarówno u osób dorosłych jak i u noworodków, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane glukometry mogły być stosowane także do badania glikemii we krwi noworodków ?

Wyjaśnienie: Niezbędne wymagania zamawiający określił w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 103 poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby zakres pomiaru glukozy mieścił się w granicach 10 – 600 mg/dl ?

Wyjaśnienie: Niezbędne wymagania zamawiający określił w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 35 poz. 1, 2:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z zadania 35 poz. 1, 2 do innego pakietu lub umożliwi składanie ofert na poszczególne pozycje w ramach zadania 35.

Wyjaśnienie: Obowiązuje podział na zadania określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 35:

W związku z faktem, iż Zamawiający składa zapotrzebowanie na noże w ilości, która nie jest wielokrotnością liczby 6, natomiast noże oferowane w zadaniu 35 są sprzedawane przez producenta w opakowaniach handlowych zawierających 6 sztuk i nie istnieje możliwość sprzedaży pojedynczych sztuk noży, prosimy o sprecyzowanie, w jaki sposób określić ofertę do wyżej wymienionych zadań. Czy dokonać zaokrąglenia ilości asortymentu stanowiącego wielokrotność liczby 6 w górę lub w dół ?

Wyjaśnienie: W przypadku, gdy liczba noży w opakowaniu handlowym nie pozwala na zaoferowanie wymaganej ilości sztuk noży należy dokonać zaokrąglenia liczby oferowanych opakowań w górę.

Pytanie dot. § 9 ust. 2b) wzoru umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji: „ - w przypadku zmiany stawki podatku VAT pod warunkiem, że nie będzie ona powodowała podwyższenia ceny jednostkowej netto.”

Wyjaśnienie: Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. § 6 ust. 1) wzoru umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji: „ Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną (...) w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy, za każdy roboczy dzień zwłoki”

Wyjaśnienie: Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. przedmiotu zamówienia w zadaniu 102:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 1 folii operacyjnej w rozmiarze całkowitym 30 x 27 cm, pow. lepna 30 x 21 cm ?

Wyjaśnienie: Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ i wyjaśnieniach jej treści.

Pytanie dot. przedmiotu zamówienia w zadaniu 102:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 2 folii operacyjnej w rozmiarze całkowitym 10 x 14 cm, pow. lepna 15 x 21 cm ?

Wyjaśnienie: Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ i wyjaśnieniach jej treści.

Pytanie dot. przedmiotu zamówienia w zadaniu 102:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 3 folii operacyjnej o wymiarze: 30x21 cm, 40x35 cm, 45x49 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.

Zamawiający informuje jednocześnie, iż **ulegają zmianie:**

- **termin składania ofert i wniesienia wadium**, który wyznacza się na dzień **17 czerwca 2011r. do godz. 11.00**,
- **termin otwarcia ofert**, który wyznacza się na dzień **17 czerwca 2011r. godz. 12.00**.

Zastępca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec