



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 27 maja 2011 r.

AZP.3320/ 34/ / 11

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów i części zamiennych do aparatury medycznej. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania nr 31 – Dozownik tlenu oraz 32 – Reduktor próżni:

Czy Zamawiający dopuści dozowniki tlenu oraz reduktory próżni bez bolca stabilizującego w pozycji pionowej? W momencie przypadkowego uderzenia w dozownik lub reduktor bez bolca stabilizującego przez kogoś z obsługi, urządzenie obróci się w gnieździe gazowym. Gdy dozownik lub reduktor będzie z bolcem stabilizującym i będzie zamontowany na sztywno w momencie uderzenia może zostać uszkodzony (np. kopułka obracająca rotometr dozownika).

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza dozowników tlenu oraz reduktorów próżni bez bolca stabilizującego w pozycji pionowej.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 30 dni roboczych?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie dot. zadania 22:

Czy w poz. 2 nastąpiła omyłka pisarska: zamiast numeru katalogowego 27850 DD powinien być 27850 AD?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka w określeniu numeru katalogowego poz. 2 zad. 22 - filtry bakteryjne. Prawidłowy numer katalogowy to 27850 AD.

Pytanie dot. zadania 10 pkt 1 i 2:

Czy Zamawiający dopuści uchwyt elektrody monopolarnej 4 mm, szeroki, z dwoma przyciskami z kablem przytwierdzonym na stałe?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 10 pkt 3:

Czy Zamawiający dopuści przedłużkę do elektrody monopolarnej o dł. roboczej 13,7 mm?

Wyjaśnienie:

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Nordea Bank Polska S.A.
O/Gdynia
38 1440 1101 0000
0000 1121 6037

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
AZP.3320/ 34/ 11 – wyjaśnienie treści SIWZ

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 10 pkt 5:

Czy Zamawiający dopuści pęsetę bipolarną prostą, dł. 27 cm z prowadnicą? Reszta parametrów bez zmian.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 10 pkt 6:

Czy Zamawiający dopuści pęsetę bipolarną prostą z prowadnicą? Reszta parametrów bez zmian.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 3 pkt 6:

Zwracamy się z prośbą o podanie modelu urządzenia, z którym ma współpracować kabel połączeniowy do czujników saturacji lub ewentualnie podanie numeru referencyjnego tego przewodu.

Wyjaśnienie:

Współpraca z kardiomonitorami Propaq 102 prod. Protocol.

Pytanie dot. zadania 4 pkt 5:

Zwracamy się z prośbą o podanie typów monitorów, z którymi ma współpracować przewód powietrzny NIPB.

Wyjaśnienie:

Współpraca z kardiomonitorami prod. Philip Viridia M3, Viridia 24C.

Pytanie dot. zadania 4 pkt 5:

Czy Zamawiający dopuści przewód powietrzny o długości 3 m?

Wyjaśnienie:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1 pkt 1 - 5:

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany (aneksowania) umowy w zakresie ceny, lub jej rozwiązania na zasadzie porozumienia i bez konsekwencji dla stron – w sytuacji nadzwyczajnej zmiany stosunków niezależnej od woli którejkolwiek ze stron i której strony nie przewidywały w chwili składania ofert, lub w dacie podpisania umowy?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ. Informujemy, że dopuszczalne zmiany umowy zostały określone w §9 ust. 2.

Pytanie dot. zadania 2:

Prosimy o wskazanie czy w pozycjach 1, 3, 5 i 7 Zamawiający oczekuje wyceny samych kabli (bez przewodów pacjenta)?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający oczekuje wyceny samych kabli głównych.

Pytanie dot. zadania 2:

Prosimy o rozważenie wydzielenia poz. 7 i 8 do osobnego zadania. Pozwoli to na złożenie ofert większej liczbie wykonawców i co za tym idzie wpłynie na zwiększenie konkurencyjności postępowania.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 2:

Prosimy o wskazanie, czy w pozycji 1 chodzi o kabel z rezystorem 1 k Ω , czy o kabel bez rezystora?

Wyjaśnienie:

Kabel z rezystorem 1 k Ω .

Pytanie dot. zadania 2:

Prosimy o wskazanie, czy w pozycji 1 chodzi o kabel ze złączem typu VS, z wyprowadzonym ekranem, czy ze zwykłym złączem DIN?

Wyjaśnienie:

Kabel ze złączem z wyprowadzonym ekranem.

Pytanie dot. zadania 2:

Prosimy o podanie oczekiwanej długości przewodów pacjenta w poz. 2 i 4.

Wyjaśnienie:

Długość przewodów pacjenta – 1 m +/- 25%.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Prosimy o wydłużenie terminu załatwienia reklamacji jakościowych z 3 do 7 (min. 5) dni.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zostaje wydłużony termin załatwienia reklamacji jakościowych i ilościowych z 3 do 5 dni. W związku z tym zmianie ulega treść § 2 ust. 5 i otrzymuje on brzmienie: „Sprzedający będzie uwzględniał na swój koszt reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostawy przedmiotu umowy w terminie 5 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji”.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Prosimy o rozważenie dopuszczenia zmiany cen brutto obowiązujących strony umowy także w przypadku wzrostu stawki podatku VAT.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy:

W kontekście zapisu zawartego w §10, prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do którego realizacji Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść § 10, który otrzymuje brzmienie: „W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw, o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie, jednakże

ograniczenie to nie może przekroczyć 20% przedmiotu umowy. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy”.

Pytanie dot. zad. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 6 poz. 4 i utworzenie samodzielnego zadania 6a obejmującego wyłącznie wyżej wspomnianą pozycję

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie dot. zad. 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji pojedynczych dostaw w zadaniu nr 12 do 30 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w związku z koniecznością sprowadzenia asortymentu objętego zamówieniem z zagranicy?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy SIWZ.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek