



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 09 czerwca 2011 r.

AZP 3320/36/ /11

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników do wykonania 21.000 oznaczeń rocznie gazometrii i elektrolitów wraz z dzierżawą trzech analizatorów dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz dla Oddziału Kardiochirurgii.** Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień.

Pytanie dot. zadania 1

Czy Zamawiający w zadaniu 1, parametry analizatora, pkt. 12 dopuści analizator z oprogramowaniem w języku angielskim z jednoczesnym dostarczeniem dokładnej instrukcji obsługi aparatu w języku polskim oraz przetłumaczeniem komend podawanych przez aparat na język polski?

Wyjaśnienie:

Nie dopuszczamy

Pytanie dot. zadania 2

Czy Zamawiający w zadaniu 2, parametry analizatora, pkt. 8 dopuści analizator z oprogramowaniem w języku angielskim z jednoczesnym dostarczeniem dokładnej instrukcji obsługi aparatu w języku polskim oraz przetłumaczeniem komend podawanych przez aparat na język polski?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na oprogramowanie w języku innym niż polski.

Pytanie dot. zadania 2

Czy adekwatnie do odpowiedzi do zadania 1, Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu 2 części elektrod w pełni bezmembranowych z minimalną obsługą polegającą na sezonowym uzupełnieniu płynu?.

Wyjaśnienie:

Nie wyrażamy zgody



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

Nordea Bank Polska S.A.
O/Gdynia
38 1440 1101 0000
0000 1121 6037

lek. med. Marek Lipiec
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa