



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 15 czerwca 2011 r.



AZP 3320/40/ /11



Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późn. zm., że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sześciu kardiomonitorów, dwóch kardiomonitorów transportowych i centrali intensywnego nadzoru. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienie:



1. Pytanie do p. 6, p. 60, p. 107 formularza „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor stacjonarno transportowy spełniający wymogi zawarte w tabeli składający się z części transportowej i stacjonarnej współpracujących ze sobą. Część stacjonarna zasilana jest tylko z sieci zasilającej natomiast część transportowa zasilana jest przy pomocy akumulatorów z własnym wyświetlaczem mogąca pracować niezależnie od części stacjonarnej ?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Nordea Bank Polska S.A.
O/Gdynia
38 1440 1101 0000
0000 1121 6037