



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 12 lipca 2011 r.



AZP.3320/43/ /11



dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, koncentratów i środków dezynfekcyjnych do Stacji Dializ. Poniżej przedstawiamy ich treść i wyjaśnienia:



Pytanie 1:

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 1 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi przy użyciu wiązki elektronów, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.



Pytanie 2:

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 2 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi przy użyciu wiązki elektronów, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.

tel. centrala
084 6773333

Pytanie 3:

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 3 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi przy użyciu wiązki elektronów, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.
szpital.zam.pl

Pytanie 4:

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 4 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi przy użyciu wiązki elektronów, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

Pytanie 5:

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 5 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi przy użyciu wiązki elektronów, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.

REGON
006050134

KRS
0000021024

Nordea Bank Polska S.A.

O/Gdynia
38 1440 1101 0000
0000 1121 6037

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Wyjaśnienie treści SIWZ – AZP.3320/43/11

Pytanie 6:

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 6 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi przy użyciu wiązki elektronów, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 7 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi przy użyciu wiązki elektronów, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 8 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi przy użyciu wiązki elektronów, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 9:

Czy z uwagi na to, że aktualny opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 10 sugeruje, iż zestawy (tj. linie tętnicza i żylna, worek oraz komplet igieł do HD) mają zostać zaoferowane w postaci kompletu, tzn. pakowane w jedno sterylne opakowanie, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie linii tętniczej i żylniej wraz z workiem pakowanych w oddzielnym opakowaniu sterylnym i igieł do hemodializy pakowanych osobno i wycenianych jako osobne pozycje w w/w zadaniu (poz. 1 linie tętnicze i żyłne z workiem – 10 000 szt. i igły do HD 20 000 szt.) ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 10:

Czy z uwagi na to, że aktualny opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 11 sugeruje, iż zestawy (tj. linie tętnicza i żylna, worek oraz komplet igieł do HD) mają zostać zaoferowane w postaci kompletu, tzn. pakowane w jedno sterylne opakowanie, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie linii tętniczej i żylniej wraz z workiem pakowanych w oddzielnym opakowaniu sterylnym i igieł do hemodializy pakowanych osobno i wycenianych jako osobne pozycje w w/w zadaniu (poz. 1 linie tętnicze i żyłne z workiem – 3 000 szt. i igły do HD 6 000 szt.) ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 10 dopuści złożenie oferty z igłami do HD w rozmiarach 14, 15, 16 i 17G, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 11 dopuści złożenie oferty z igłami do HD w rozmiarach 14, 15, 16 i 17G, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 13:

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 15 dopuści złożenie oferty z igłami do HD w

rozmiarach 14, 15, 16 i 17G, spełniającymi wszystkie pozostałe wymagania z SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 14:

Czy Zamawiający, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi, dopuści w zakresie pakietu nr 26 złożenie oferty z preparatem służącym do zabezpieczania cewników dializacyjnych opartym na Taurlidynie, którego szczegółową charakterystykę przedstawiamy w załączonych dokumentach ?

Wyjaśnienie: Tak.

Jednocześnie informujemy, że w użytej w opisie przedmiotu zamówienia zawartym na str.. 7 SIWZ nazwie środka sterylizacyjnego została popełniona omyłka pisarska - jest „Taurol”, winno być „TauroLock”.

Pytanie 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w paragrafie 3 ust. 2 zapisu: „Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

- a. istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszt dostawy,
- b. istotnej zmiany stawek celnych, stawek podatkowych lub innych obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych - w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę bez konieczności sporządzania aneksu do umowy,
- c. zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności nawet przy zachowaniu należytej ostrożności.
- d. Istotnej zmiany cen przez producenta” ?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy zawarte we wzorze umowy – integralnej części SIWZ.

Pytanie 16:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w paragrafie 4 ust. 1 zapisu „otrzymania” na „wystawienia” ?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy zawarte we wzorze umowy – integralnej części SIWZ.

Pytanie 17 dotyczy zadań 1 - 8:

Czy Zamawiający dopuści dializatory z błoną poliethersulfonową ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 18 dotyczy zadania 21:

Czy - wobec nasilającej się inflacji i spodziewanej wyżki cen na surowce i materiały do produkcji koncentratów oraz ciągłego wzrostu cen nośników energii i paliw, skutkujące znacznym zwiększeniem kosztów wytworzenia wyrobu finalnego – Zamawiający dopuści zmianę Zamówienia Publicznego Nr AZP.3320/43/11 w Zadaniu 21 pkt. 1 i 2 w sposób ograniczający czas trwania Umowy na dostawy do 8 miesięcy oraz zmniejszenie ilości kanistrów składnika kwaśnego i zasadowego proporcjonalnie do zapotrzebowania wymaganego na ten okres ?

Wyjaśnienie: Wiążąca jest treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 19 dotyczy zadania 19:

Czy Zamawiający w zadaniu 19 w zestawach do hemodializy dopuści łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez konieczności zdejmowania strzykawki zamiast strzykawki z systemem umożliwiającym wprowadzenie prowadnicy bez konieczności zdejmowania strzykawki ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 20:

Czy w pakiecie 26 i 27 Zamawiający dopuści środek pakowany 20 x 5 ml z odpowiednim przeliczeniem opakowań ?

Wyjaśnienie:

W zadaniu 26 zamawiający dopuszcza środek pakowany 20 x 5 ml z odpowiednim przeliczeniem opakowań, natomiast dla **zadania 27** wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że **ulegają zmianie:**

- **termin składania ofert i wniesienia wadium**, który wyznacza się na dzień **04 sierpnia 2011r. do godz. 11.00**,
- **termin otwarcia ofert**, który wyznacza się na dzień **04 sierpnia 2011r. godz. 12.00**.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek