

**Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, koncentratów i środków dezynfekcyjnych do Stacji Dializ.**

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>**OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE**

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności zamówienia.

**SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA****I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE**

**Oficjalna nazwa:** [Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II](#)

**Adres pocztowy:** [ul. Aleje Jana Pawła II 10](#)

**Miejscowość:** [Zamość](#)

**Kod pocztowy:** [22-400](#)

**Kraj:** [Polska](#)

**Punkt kontaktowy:** [Sekcja zamówień Publicznych](#)

**Tel.:** [+48 846773281](#)

**Osoba do kontaktów:** [inż. Teresa Huk](#)

**E-mail:**

**Faks:** [+48 846386669](#)

**Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)**

OGólny adres instytucji zamawiającej (URL): [www.szpital.zam.pl](http://www.szpital.zam.pl)

Adres profilu nabywcy (URL):

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO**

**Instytucja zamawiająca** (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)

**Podmiot zamawiający** (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia sektorowe)

**Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, koncentratów i środków dezynfekcyjnych do Stacji Dializ.****SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****II.1) OPIS****II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą** (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, koncentratów i środków dezynfekcyjnych do Stacji Dializ.

**II.1.2) Krótki opis** (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, koncentratów i środków dezynfekcyjnych do Stacji Dializ. Ofertę można składać na całość przedmiotu zamówienia lub na poszczególne zadania oddzielnie (oferta częściowa). Przedmiot zamówienia został podzielony na 27 zadań.

**II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)** (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

	<b>Słownik główny</b>	<b>Słownik uzupełniający</b> (jeżeli dotyczy)
<b>Główny przedmiot</b>	33181520	
<b>Dodatkowe przedmioty</b>	33692800	
	33631600	

**Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, koncentratów i środków dezynfekcyjnych do Stacji Dializ.****SEKCJA IV: PROCEDURA****IV.1) RODZAJ PROCEDURY****IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)**

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny

**IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE****IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)**

[AZP.3320/43/11](#)

**IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są znane):**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:

- SIMAP
- OJS eSender

Login: [ENOTICES\\_szpзам](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2011-085637](#) (rok i numer dokumentu)

**IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)**

Numer ogłoszenia w Dz.U.: <a href="#">2011/S</a>	z dnia	(dd/mm/rrrr)
<a href="#">118-194818</a>	<a href="#">22/06/2011</a>	

**IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

[20/06/2011](#) (dd/mm/rrrr)

## Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, koncentratów i środków dezynfekcyjnych do Stacji Dializ.

### SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

#### VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY

(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

#### VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

<input type="radio"/> Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane. <input type="radio"/> Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne. <input type="radio"/> Zamówienia nie udzielono.
<input type="radio"/> Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

#### VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA

(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

##### VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi informacjami.

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- W obu przypadkach

##### VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

##### VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
Informacje na temat części - Część nr 26 zadanie 26. Krótki opis	Środek sterylizacyjny do wypełniania cewników dializacyjnych permanentnych i czasowych (skład środka: heparyna, taurolidyna, cytrynian i/lub urokinaza) Tauro lub równoważny – 1 500 ml.	Środek sterylizacyjny do wypełniania cewników dializacyjnych permanentnych i czasowych (skład środka: heparyna, taurolidyna, cytrynian i/lub urokinaza) TauroLock lub równoważny – 1 500 ml.

##### VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:	Zamiast:		Powinno być:	
	(dd/mm/rrrr)	(gg:mm)	(dd/mm/rrrr)	(gg:mm)
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje	01/08/2011	11:00	04/08/2011	11:00
IV.3.4) Termin składania ofert	01/08/2011	11:00	04/08/2011	11:00
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert, data	01/08/2011	12:00	04/08/2011	12:00

## Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, koncentratów i środków dezynfekcyjnych do Stacji Dializ.

### VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	
<b>Oficjalna nazwa:</b>	
<b>Adres pocztowy:</b>	
Miejscowość:	Kod pocztowy:
Kraj:	
<b>Punkt kontaktowy:</b>	Tel.:
Osoba do kontaktów:	
E-mail:	Faks:
<b>Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)</b>	
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):	
Adres profilu nabywcy (URL):	

### VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst	Tekst do dodania

### VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)

W zadaniach nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 zamawiający dopuszcza złożenie oferty na dializatory polisulfonowe sterylizowane przy użyciu wiązki elektronów spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

W zadaniu 10 dopuszcza się zaoferowanie linii tętnicznych i żylnych z workiem w oddzielnym opakowaniu sterylnym - 10 000 sztuk i igieł do hemodializy pakowanych osobno - 20 000 sztuk.

W zadaniu 11 dopuszcza się zaoferowanie linii tętnicznych i żylnych z workiem w oddzielnym opakowaniu sterylnym - 3 000 sztuk i igieł do hemodializy pakowanych osobno - 6 000 sztuk.

W zadaniu 26 dopuszcza się zaoferowanie preparatu opartego na Tauridynie.

### VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

12/07/2011 (dd/mm/rrrr)