



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 18 lipca 2011 r.



AZP.3320/43/ /11



dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, koncentratów i środków dezynfekcyjnych do Stacji Dializ. Poniżej przedstawiamy ich treść i wyjaśnienia:



#### **Pytanie dot. zadania 6:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie i wycenę w zadaniu 6 dializatorów niskoprzepływowych z błoną polisulfonową o współczynniku ultrafiltracji własnej (Kuf) 13,7 ml/h mmHg i klirensie przy przepływie krwi 300 ml/min i ultrafiltracji 0 obliczonym dla mocznika nie mniejszym niż 258 ml/min, fosforanów 198 ml/min ?

**Wyjaśnienie:** Tak.



tel. centrala  
084 677 3333

tel. sekretariat  
084 677 3300

fax  
084 6386 669

www.  
szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

#### **Pytanie dot. zadania 8:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie i wycenę w zadaniu 8 dializatorów wysokoprzepływowych z błoną polisulfonową o współczynniku ultrafiltracji własnej (Kuf) powyżej 50 ml/h mmHg i klirensie przy przepływie krwi 300 ml/min i ultrafiltracji 0 obliczonym dla mocznika 253 ml/min, fosforanów 229 ml/min, wit.B12 – 168 ml/min ?

**Wyjaśnienie:** Tak.

#### **Pytanie dot. zadania 11:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów oryginalnych drenów do aparatów nerkowych DIALOG wyposażonych w dren tętniczy i żylny oraz worek w komplecie oraz igłę oraz igły do hemodializ żyłne i tętnicze pakowane osobno ?

**Wyjaśnienie:** Tak.

#### **Pytanie dot. rozdz.II pkt. 4 SIWZ (str.8):**

W związku z treścią SIWZ przedstawioną w w/w rozdz. dotyczącym sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy zwracamy się z prośbą o potwierdzenie interpretacji zapisów, iż w stosunku do wykonawcy, którego sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta, przy ocenie sytuacji ekonomiczno – finansowej zastosowanie mają zapisy pkt. b („brak zastrzeżeń biegłego rewidenta co do możliwości kontynuowania działalności w przyszłości – jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta”). Przyjęcie odmiennego stanowiska

Nordea Bank Polska S.A.  
O/Gdynia  
38 1440 1101 0000  
0000 1121 6037

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
Wyjaśnienie treści SIWZ – AZP.3320/43/11

podważałyby nie tylko zasadność stawiania w/w warunku, ale również potwierdzałyby nierówne traktowanie wykonawców w trakcie prowadzonego postępowania, gdyż sprowadzałyby się do stawiania wykonawcy, którego sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta, dodatkowych warunków udziału w postępowaniu.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, iż wykonawcy, których sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta muszą spełniać łącznie warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej określone w pkt. 4 a) i b) str. 8 SIWZ, t.zn. muszą posiadać zobowiązania na poziomie nie wyższym od wartości majątku (aktywów) i brak zastrzeżeń biegłego rewidenta co do możliwości kontynuowania działalności w przyszłości.

**Pytanie dot. zadania 5:**

Zwracamy się prośbą o dopuszczenie dializatorów niskoprzepływowych z błoną polysulfonową, sterylizowanych parą wodną, charakteryzujących się klirensami (przy przepływie krwi 300 ml/min) mocznik 259 ml/min, fosforany 208 ml/min, wit. B12 131 ml/min. ?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 10:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na zestawy drenów do aparatów Fresenius wyposażonych w dren tętniczy i żylny, worek i igłę pakowanych w kompletach i utworzenie z tych pozycji jedno zadanie a drugie zadanie osobno na igły do hemodializ żylnych i tętniczych z klemą obrotową przy skrzydełkach (od 15 do 17G) ?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ i udzielonych dotychczas wyjaśnieniach bez wyodrębniania oddzielnego zadania dla igieł do hemodializ.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek