



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 13 lipca 2011 r.



AZP.3320/ 45/ / 11



Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę respiratorów wielofunkcyjnych i transportowych. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:



### **Pytania dot. zadania 1 – respirator wielofunkcyjny – 6 szt.:**

- pkt 5 – Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości respirator bez możliwości regulowania ekranu niezależnie od obudowy respiratora? Ekran jest zintegrowany z obudową i tylko razem z nią możliwa jest jego regulacja.

- pkt 6 – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator bez możliwości zasilania w powietrze z centralnego źródła sprężonych gazów? Respirator posiada wbudowaną turbinę o wydajności do 250 l/ min. co eliminuje konieczność podgrzewania i nawilżania powietrza pochodzącego z instalacji centralnej oraz uniezależnia pracę jednostki od obecności źródła zasilania w sprężone powietrze.

- pkt 19 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator z objętością pojedynczego oddechu w zakresie 40 – 2500 ml?

- pkt 22 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator z ciśnieniem wdechowym PCV w zakresie 2 – 60 cm H<sub>2</sub>O?

- pkt 24 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator z CPAP w zakresie 4 – 20 cm H<sub>2</sub>O?

- pkt 25 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator z ciśnieniem wspomaganie PSV w zakresie 2 - 60 cm H<sub>2</sub>O?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

### **Pytania dot. zadania 2 – respirator transportowy – 6 szt.:**

- Czy Zamawiający będzie wymagał, aby respirator posiadał możliwość ustawienia dwóch automatycznie przełączanych trybów wentylacji w zależności od przedziałów czasowych

tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.  
szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Nordea Bank Polska S.A.  
O/Gdynia  
38 1440 1101 0000  
0000 1121 6037

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
AZP.3320/ 45/ 11 - Wyjaśnienie treści SIWZ

ustawionych przez użytkownika wraz z osobnymi ustawieniami dotyczącymi głośności oraz jasności ekranu?

- Czy Zamawiający będzie wymagał, aby respirator posiadał trendy mierzonych parametrów?

- Czy Zamawiający będzie wymagał wysokiej klasy respiratora z dotykowym ekranem LCD umożliwiającym wyświetlanie krzywych, pętli i mierzonych parametrów?

- Czy Zamawiający będzie wymagał, aby respirator posiadał możliwość rozbudowy o pakiety diagnostyczne SPO<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

#### **Pytania dot. zadania 1 – respiratory wielofunkcyjne:**

- lp. 5 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator o małej masie własnej dzięki czemu można go swobodnie obracać wraz z podstawą tak aby była optymalna widoczność ekranu, z wbudowanym dotykowym ekranem o przekątnej 12 cali ale bez możliwości regulowania niezależnie od obudowy respiratora?

- lp. 16 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator, w którym ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta regulowany jest w zakresie 0,5 – 20 cm H<sub>2</sub>O?

**Wyjaśnienie:** Nie, zgodnie z SIWZ.

#### **Pytania dot. zadania 2 – respiratory transportowe:**

- lp. 14 – Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy respirator, w którym zastawka wydechowa jest umiejscowiona w obwodzie oddechowym pacjenta i nie ma potrzeby stosowania zastawki w respiratorze?

- lp. 17 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator, w którym ciśnienie PEEP jest w zakresie 3 – 30 cm H<sub>2</sub>O?

- lp. 24 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez alarmu wysokiej częstotliwości oddechów ale z posiadanym dodatkowo alarmem wysokiego i niskiego ciśnienia?

**Wyjaśnienie:**

Lp. 14 - tak, zgodnie z SIWZ.

Lp. 17, 24 - nie, zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie dot. wzoru umowy § 2 ust. 4:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację tego zapisu na: „Kupujący zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem z jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu ponownej dostawy. Termin ponownej dostawy będzie wynosił 3 tygodnie od daty złożenia zamówienia. W takim przypadku będą naliczone kary umowne w wysokości jak za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy”.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy, integralnej części SIWZ.

#### **Pytanie dot. wzoru umowy § 6 ust. 1:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację tego zapisu na: „Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Kupującemu należą się od Sprzedającego kary umowne w wysokości 0,2% wartości towaru dostarczonego ze zwłoką Sprzedającego za każdy dzień zwłoki”.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy, integralnej części SIWZ.

#### **Pytanie dot. wzoru umowy § 6 ust. 3:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację tego zapisu na: „Za zwłokę w usuwaniu wad ukrytych przedmiotu umowy Kupującemu należą się od Sprzedającego kary umowne w wysokości 0,2% wartości towarów wadliwych Sprzedającego wynikającego z umowy

za każdy dzień zwłoki”.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy, integralnej części SIWZ.

**Pytanie dot. wzoru umowy § 7:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację tego zapisu na: „W razie 3 krotnej zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo rozwiązać umowę bez potrzeby udzielenia dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kar umownych określonych w §6”.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy, integralnej części SIWZ.

**Pytanie dot. wzoru umowy § 8 ust. 1:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację tego zapisu na: „Sprzedający będzie uwzględniał reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostawy przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji”.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy, integralnej części SIWZ.

**Pytanie dot. wzoru umowy § 9 ust. 3:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do zapisów „Sprzedający zobowiązuje się podczas trwania gwarancji do zapewnienia normalnej, zgodnej z warunkami technicznymi pracy dostarczonego przedmiotu umowy (naprawiając lub wymieniając na inny taki sam przedmiot umowy do czasu usunięcia usterki) w ciągu 5 dni licząc od daty zgłoszenia awarii przez Kupującego, w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski – do 10 dni. Czas reakcji serwisowej na zgłoszenie awarii wynosi 48 h”.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy, integralnej części SIWZ.

**Pytanie dot. wzoru umowy § 9 ust. 4:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do zapisu „Jakikolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej powyżej 5 dni niezależnie od przyczyn spowoduje przedłużenie okresu gwarancji o całkowity okres niesprawności przedmiotu umowy”.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy, integralnej części SIWZ.

**Pytanie dot. wzoru umowy § 9 ust. 9:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację tego zapisu na „W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązuje się do przeprowadzenia płatnych przez producenta przeglądów (min. jeden przegląd w roku) wraz z zalecaną wymianą części na koszt Kupującego”.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy, integralnej części SIWZ.

Z-ca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Szpitala  
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w  
Zamościu  
ds. Technicznych  
mgr Mirosław Brzozowski