



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 2 sierpnia 2011 r.

AZP.3320/ 52/ / 11

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ, nowego terminu składania i otwarcia ofert, wniesienia wadium

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek do intensywnej terapii. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytania dot. łóżka do intensywnej terapii z wyposażeniem ortopedycznym – 3 szt.:

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości podstawowej 207 cm z możliwością przedłużenia do 237 cm?

Wyjaśnienie: Tak, zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości w zakresie 38 – 86 cm?

Wyjaśnienie: Tak, zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści klamrę Kirschnera sztuk 3 uniwersalne regulowane?

Wyjaśnienie: Tak

4. Czy Zamawiający dopuści by przedmiot zamówienia objęty był 24 – miesięczną gwarancją?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytania dot. łóżko do intensywnej terapii – 3 szt.:

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości podstawowej 207 cm z możliwością przedłużenia do 237 cm?

Wyjaśnienie: Tak, zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości w zakresie 38 – 86 cm?

Wyjaśnienie: Tak, zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści by przedmiot zamówienia objęty był 24 – miesięczną gwarancją?

Wyjaśnienie: Tak.

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:

szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Nordea Bank Polska S.A.
O/Gdynia
38 1440 1101 0000
0000 1121 6037

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
AZP.3320/52/ 11 - Wyjaśnienie treści SIWZ,

Pytania dot. łóżka do intensywnej terapii z wyposażeniem ortopedycznym – 3 szt.:

1. Czy w związku z bardzo szczegółowymi opisami wymaganych funkcji łóżka Zamawiający wymaga aby łóżko współpracowało z ramieniem C w segmencie pleców, siedziska i uda. Opis Zamawiającego określa możliwość współpracy ze standardowym aparatem RTG podczas gdy poziom wymaganych przez Zamawiającego łóżek sugeruje stosowanie w przyszłości nowoczesnych aparatów RTG typu ramie C co skutkuje wymogiem aby konstrukcja łóżka pozwalała na wykonywanie zdjęć ramieniem C.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

2. Czy w odniesieniu do informacji w pkt. 6 dotyczących pozycjonera kabli i rurek do podłączania pacjenta Zamawiający rozumie specjalne uchwyty do kabli i rurek umożliwiających podłączenie pacjenta?

Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje uchwytów umożliwiających poprowadzenie i odprowadzenie kabli i rurek od aparatury medycznej.

3. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko do intensywnej terapii dorosłych o długości regulowanej w zakresie 224 - 236 cm? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i użyteczności oferowanego łóżka.

Wyjaśnienie: Tak.

4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko do intensywnej terapii dorosłych o szerokości 1000 mm przy podniesionych barierkach i 1060 mm przy opuszczonych barierkach? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i użyteczności oferowanego łóżka.

Wyjaśnienie: Tak.

5. Czy w odniesieniu do pkt. 13 Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko wyposażone w cztery podwójne koła z kierunkową blokadą kół umieszczoną w czterech narożnikach łóżka ułatwiająca kontrolę podczas transportu i manewrowania łóżkiem? Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania transport wymaga znacznie mniej siły od operującego łóżkiem.

Wyjaśnienie: Tak.

6. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko do intensywnej opieki dorosłych wyposażone w barierki boczne podwójne, dzielone (po 2 poręczce z każdego boku łóżka), składane niezależnie zapewniające ochronę na całej długości leża oraz w elektroniczne wskaźniki pochyłeń wzdłużnych i bocznych leża oraz segmentu pleców zintegrowane z ramą leża? Zaoferowany parametr jest parametrem lepszym i bardziej zaawansowanym od opisanego.

Wyjaśnienie: Tak.

7. Czy w rozumieniu zapisów pkt. 18 i 19 Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko do intensywnej terapii dorosłych z elektryczną regulacją wysokości leża, oparcia pleców, zgięcia kolanowego, pozycji Trendelburga i anty Trendelburga oraz manualną regulacją długości segmentu nożnego?

Wyjaśnienie: Nie.

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające funkcję przechyłów bocznych wykonywaną przez łóżko (leże) a nie materac terapeutyczny, takie rozwiązanie jest zdecydowanie trwalsze i nie uzależnione od bardzo łatwego przebicia materaca, wobec tego bez możliwości regulacji funkcji materaca powietrznego wbudowanych w barierki?

Wyjaśnienie: Tak.

9. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko do intensywnej terapii dorosłych z elektryczną i mechaniczną (ręczną) regulacją funkcji pozycji reanimacyjnej CPR, elektryczną pozycją anty i Trendelburga sterowaną z panelu centralnego, pilota bez funkcji CPR zintegrowanej z funkcją CPR materaca powietrznego, która w tego rodzaju

łóżek jest zbędna ze względu na funkcje oferowanego m.in. funkcji przechyłów bocznych ramy leża sterowanej z pilota i panelu centralnego? Zaoferowane łóżko posiada elektryczną regulację przechyłów bocznych bez konieczności zastosowania zintegrowanego materaca, w tym przypadku zbędnego. Funkcja ta umożliwi pełną dowolność wyboru materaca w zależności od rodzaju potrzeb pacjenta, nie ograniczając personelu do zastosowania jednego rodzaju materaca, jak to ma miejsce w przypadku materaca zintegrowanego. Materac ze względu na specyfikę ulega zniszczeniu w krótszym okresie niż łóżko, jego wymiana jest dokonywana w krótszym czasie.

Wyjaśnienie: Nie, obowiązuje opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

10. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko do intensywnej terapii wyposażone w transparentne szczyty oraz barierki boczne z wysokiej jakości tworzywa ze stalowym trwałym mechanizmem regulacji barierki, umożliwiającymi personelowi obserwację pacjenta nawet w najwyższym położeniu? Oferowane rozwiązanie jest znacząco nowocześniejsze od opisanego.

Wyjaśnienie: Tak.

11. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko z możliwością regulacji funkcji przechyłów bocznych za pomocą panelu centralnie sterującego dla personelu umieszczonego od strony nóg pacjenta (bez możliwości regulacji tej funkcji przez pacjenta) oraz regulacji funkcji wagi z panelu wbudowanego pod szczytem od strony nóg pacjenta?

Wyjaśnienie: Nie.

12. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko do intensywnej opieki medycznej sterowane elektrycznie za pomocą 2 paneli sterowania wbudowanych w barierki boczne, z przyciskami membranowymi, łatwymi do utrzymania czystości, obsługującymi podstawowe funkcje elektryczne łóżka (regulacja wysokości, oparcia pleców, segmentu nożnego, pozycji fotelowej), bez ryzyka regulacji przez pacjenta funkcji mogących stanowić zagrożenie dla jego zdrowia, lokalizacja paneli pozwala na pozostanie pacjenta w zasięgu ręki personelu w trakcie manipulacji łóżkiem, barierka bez wbudowanego panelu do obsługi funkcji materaca?

Wyjaśnienie: Tak, przy zachowaniu elektrycznego sterowania segmentu podudzia

13. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko do intensywnej terapii dorosłych z ręczną, niezależną od regulacji elektrycznej, regulacją nachylania oparcia pleców i zgięcia kolanowego oraz elektryczną regulacją wysokości, regulacją Trendelenburga i anty Trendelenburga? Oferowany parametr w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i użyteczność łóżka.

Wyjaśnienie: Tak, przy zachowaniu elektrycznego sterowania segmentu podudzia

14. Czy w rozumieniu pkt. 29 Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko do intensywnej opieki wyposażone w układ ważenia pacjenta działający niezależnie od pozycji leża i lokalizacji pacjenta na łóżku z załączoną deklaracją zgodności potwierdzającą spełnianie wytycznych dyrektywy 90/384/EEC oraz wszystkich innych norm i dopuszczeń obowiązujących na terenie Unii Europejskiej i tym samym spełniające wymagania Zamawiającego?

Wyjaśnienie: Tak.

15. Czy Zamawiający dopuści niezintegrowany z łóżkiem wysokiej jakości materac powietrzny terapeutyczny, przeciwdoleżynowy, bez funkcji obracania pacjenta i kompatybilnością z funkcją skracania i wydłużenia leża oraz pompa z możliwością zawieszania na szczybie łóżka?

Wyjaśnienie: Nie.

16. Czy Zamawiający określając wagę oczekuje rozwiązania, iż waga będzie działała po odłączeniu łóżka od zasilania prądu lub chwilowym zaniku zasilania (waga nie posiada

zasilania akumulatorowego)? Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka w którym w skutek chwilowego odłączenia prądu istnieje konieczność zdjęcia pacjenta z łóżka i ponownego skonfigurowania wagi?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytania dot. łóżko do intensywnej terapii – 3 szt.:

17. Czy w związku z bardzo szczegółowymi opisami wymaganych funkcji łóżka Zamawiający wymaga aby łóżko współpracowało z ramieniem C w segmencie pleców, siedziska i uda. Opis Zamawiającego określa możliwość współpracy ze standardowym aparatem RTG podczas gdy poziom wymaganych przez Zamawiającego łożek sugeruje stosowanie w przyszłości nowoczesnych aparatów RTG typu ramię C co skutkuje wymogiem aby konstrukcja łóżka pozwalała na wykonywanie zdjęć ramieniem C.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

18. Czy w odniesieniu do informacji w pkt. 6 dotyczących pozycjonera kabli i rurek do podłączania pacjenta Zamawiający rozumie specjalne uchwyty do kabli i rurek umożliwiających podłączenie pacjenta?

Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje uchwytów umożliwiających poprowadzenie odprowadzeń kabli i rurek od aparatury medycznej.

19. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko do intensywnej terapii dorosłych o długości regulowanej w zakresie 224 - 236 cm? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i użyteczności oferowanego łóżka.

Wyjaśnienie: Tak.

20. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko do intensywnej terapii dorosłych o szerokości 1000 mm przy podniesionych barierkach i 1060 mm przy opuszczonych barierkach? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i użyteczności oferowanego łóżka.

Wyjaśnienie: Tak.

21. Czy w odniesieniu do pkt. 13 Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko wyposażone w cztery podwójne koła z kierunkową blokadą kół umieszczoną w czterech narożnikach łóżka ułatwiająca kontrolę podczas transportu i manewrowania łóżkiem? Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania transport wymaga znacznie mniej siły od operującego łóżkiem

Wyjaśnienie: Tak.

22. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko do intensywnej opieki dorosłych wyposażone w barierki boczne podwójne, dzielone (po 2 poręczce z każdego boku łóżka), składane niezależnie zapewniające ochronę na całej długości leża oraz w elektroniczne wskaźniki pochyłeń wzdłużnych i bocznych leża oraz segmentu pleców zintegrowane z ramą leża? Zaoferowany parametr jest parametrem lepszym i bardziej zaawansowanym od opisanego.

Wyjaśnienie: Tak.

23. Czy w rozumieniu zapisów pkt. 18 i 19 Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko do intensywnej terapii dorosłych z elektryczną regulacją wysokości leża, oparcia pleców, zgięcia kolanowego, pozycji Trendelenburga i anty Trendelenburga oraz manualną regulacją długości segmentu nożnego?

Wyjaśnienie: Nie.

24. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające funkcję przechyłów bocznych wykonywaną przez łóżko (leże) a nie materac terapeutyczny, takie rozwiązanie jest zdecydowanie trwalsze i nie uzależnione od bardzo łatwego przebicia materaca, wobec tego bez możliwości regulacji funkcji materaca powietrznego wbudowanych w barierki?

Wyjaśnienie: Tak.

25. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko do intensywnej terapii dorosłych z elektryczną i mechaniczną (ręczną) regulacją funkcji pozycji reanimacyjnej CPR, elektryczną pozycją anty i Trendelenburga sterowaną z panelu centralnego, pilota bez funkcji CPR zintegrowanej z funkcją CPR materaca powietrznego, która w tego rodzaju łóżek jest zbędna ze względu na funkcje oferowanego m.in. funkcji przechyłów bocznych ramy leża sterowanej z pilota i panelu centralnego? Zaoferowane łóżko posiada elektryczną regulację przechyłów bocznych bez konieczności zastosowania zintegrowanego materaca, w tym przypadku zbędnego. Funkcja ta umożliwi pełną dowolność wyboru materaca w zależności od rodzaju potrzeb pacjenta, nie ograniczając personelu do zastosowania jednego rodzaju materaca, jak to ma miejsce w przypadku materaca zintegrowanego. Materac ze względu na specyfikę ulega zniszczeniu w krótszym okresie niż łóżko, jego wymiana jest dokonywana w krótszym czasie.

Wyjaśnienie: Nie.

26. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko do intensywnej terapii wyposażone w transparentne szczyty oraz barierki boczne z wysokiej jakości tworzywa ze stalowym trwałym mechanizmem regulacji barierki, umożliwiającymi personelowi obserwację pacjenta nawet w najwyższym położeniu? Oferowane rozwiązanie jest znacząco nowocześniejsze od opisanego.

Wyjaśnienie: Tak.

27. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko z możliwością regulacji funkcji przechyłów bocznych za pomocą panelu centralnie sterującego dla personelu umieszczonego od strony nóg pacjenta (bez możliwości regulacji tej funkcji przez pacjenta) oraz regulacji funkcji wagi z panelu wbudowanego pod szczytem od strony nóg pacjenta?

Wyjaśnienie: Nie.

28. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko do intensywnej opieki medycznej sterowane elektrycznie za pomocą 2 paneli sterowania wbudowanych w barierki boczne, z przyciskami membranowymi, łatwymi do utrzymania czystości, obsługującymi podstawowe funkcje elektryczne łóżka (regulacja wysokości, oparcia pleców, segmentu nożnego, pozycji fotelowej), bez ryzyka regulacji przez pacjenta funkcji mogących stanowić zagrożenie dla jego zdrowia, lokalizacja paneli pozwala na pozostanie pacjenta w zasięgu ręki personelu w trakcie manipulacji łóżkiem, barierka bez wbudowanego panelu do obsługi funkcji materaca?

Wyjaśnienie: Tak, przy zachowaniu elektrycznego sterowania segmentu podudzia

29. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko do intensywnej terapii dorosłych z ręczną, niezależną od regulacji elektrycznej, regulacją nachylania oparcia pleców i zgięcia kolanowego oraz elektryczną regulacją wysokości, regulacją Trendelenburga i anty Trendelenburga? Oferowany parametr w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i użyteczność łóżka.

Wyjaśnienie: Tak, przy zachowaniu elektrycznego sterowania podudzia

30. Czy w rozumieniu pkt. 29 Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko do intensywnej opieki wyposażone w układ ważenia pacjenta działający niezależnie od pozycji leża i lokalizacji pacjenta na łóżku z załączoną deklaracją zgodności potwierdzającą spełnianie wytycznych dyrektywy 90/384/EEC oraz wszystkich innych norm i dopuszczeń obowiązujących na terenie Unii Europejskiej i tym samym spełniające wymagania Zamawiającego?

Wyjaśnienie: Tak.

31. Czy Zamawiający dopuści niezintegrowany z łóżkiem wysokiej jakości materac powietrzny terapeutyczny, przeciwdoleżynowy, bez funkcji obracania pacjenta i

kompatybilnością z funkcją skracania i wydłużenia leża oraz pompą z możliwością zawieszania na szczycie łóżka?

Wyjaśnienie: Nie.

16. Czy Zamawiający określając wagę oczekuje rozwiązania, iż waga będzie działała po odłączeniu łóżka od zasilania prądu lub chwilowym zaniku zasilania (waga nie posiada zasilania akumulatorowego)? Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka w którym w skutek chwilowego odłączenia prądu istnieje konieczność zdjęcia pacjenta z łóżka i ponownego skonfigurowania wagi?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego 24-miesięcznej gwarancji oferowanego przedmiotu zamówienia zmianie ulega punkt 3 Dokumentów potwierdzających, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom oraz informacji i oświadczeń, które musi zawierać oferta i otrzymuje brzmienie:

„3. Informacja na temat warunków gwarancji z uwzględnieniem następujących danych:
- okres gwarancji określony w miesiącach - wymagany minimalny okres pełnej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego,
- czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach,
- czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii,
- graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji,
- liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany element/ podzespół/ urządzenie na nowe (max. ilość napraw dopuszczonych przez Zamawiającego - 3),
- serwis, lokalizacja,
- koszty obsługi serwisowej w obsłudze pogwarancyjnej;
wraz z oświadczeniem wykonawcy, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta (min. jeden przegląd w roku) wraz z zalecaną wymianą materiałów i części na koszt Wykonawcy”.

Jednocześnie zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium:

- nowy termin składania ofert to **9 sierpnia 2011 r. godz. 11:00**
- nowy termin wnoszenia wadium to **9 sierpnia 2011 r. godz. 11:00**
- nowy termin otwarcia ofert to **9 sierpnia 2011 r. godz. 12:00.**

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek