



Zamość, dnia 11 sierpnia 2011 r.

AZP.3320/ 53/ / 11

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę **stymulatorów resynchronizujących i defibrylatorów wraz z elektrodami i osprzętem**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania 4:

Czy Zamawiający dopuści urządzenia z rozbudowanymi IEGM o pamięci 17 minut, niewiele różniącej się od parametru wymaganego?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy Zamawiający dopuści urządzenia z funkcją umożliwiającą zmianę konfiguracji polarności ostatniego szoku w danej sekwencji, lub pierwszego szoku z zaprogramowanej polarności a kolejnych szoków w polarności odwrotnej?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy Zamawiający przyzna punkty za stymulację antyarytmiczną przed ładowaniem kondensatora?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 5:

Czy Zamawiający dopuści urządzenia z rozbudowanymi IEGM o pamięci 17 minut, niewiele różniącej się od parametru wymaganego?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 5:

Czy Zamawiający dopuści urządzenia z funkcją umożliwiającą zmianę konfiguracji polarności ostatniego szoku w danej sekwencji, lub pierwszego szoku z zaprogramowanej polarności a kolejnych szoków w polarności odwrotnej?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 5:

Czy Zamawiający przyzna punkty za stymulację antyarytmiczną przed ładowaniem kondensatora?

Wyjaśnienie: Nie.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024