



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 16 sierpnia 2011 r.

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWAŻNIENIA
KARMIENIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

AZP 3320/ 53/ /11

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę stymulatorów resynchronizujących i defibrylatorów wraz z elektrodami i osprzętem. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Zadanie nr 4 – Defibrylatory ICD jednojamowe z elektrodą.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z możliwością zmiany konfiguracji polarności szoków ustawianą dla wszystkich szoków jednocześnie ? Oferowane urządzenie posiada wysoką energię defibrylacji i możliwość innych regulacji impulsu defibrylującego w przypadku pacjentów z wyższym progami defibrylacji.

Wyjaśnienie: Nie.

2. Zadanie nr 5 – Defibrylatory ICD DR z elektrodami RV.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z możliwością zmiany konfiguracji polarności szoków ustawianą dla wszystkich szoków jednocześnie ? Oferowane urządzenie posiada wysoką energię defibrylacji i możliwość innych regulacji impulsu defibrylującego w przypadku pacjentów z wyższym progami defibrylacji.

Wyjaśnienie: Nie.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Lek. med. Andrzej Mielcarek