



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 19 sierpnia 2011 r.

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃLA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

AZP 3320/ 53/ /11

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę stymulatorów resynchronizujących i defibrylatorów wraz z elektrodami i osprzętem. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Dot. wzoru umowy, § 2 ust. 4 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania do umowy zapisu zgodnie z którym, „Zamawiający ponosi ryzyko utraty przedmiotu umowy od chwili jego dostarczenia. Zamawiający zobowiązuje się pobierać sprzęt z Banku w pierwszej kolejności o najkrótszym terminie ważności” ?

Wyjaśnienie: Nie. Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

2. Dot. wzoru umowy. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w § 3 ust. 2 poprzez zapisanie, iż jako wykorzystany wykazywać będzie także sprzęt uszkodzony, zniszczony, zagubiony z naruszonym opakowaniem ?

Wyjaśnienie: Nie. Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

3. Dot. wzoru umowy. § 4 ust. 1 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy poprzez zapisanie, iż zamówienia realizowane będą w terminie 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od momentu złożenia zamówienia.

Wyjaśnienie: Nie. Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

4. Dot. wzoru umowy. § 4 ust. 5 – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy poprzez określenie, iż „sprzedający będzie rozpatrywał reklamacje ilościowe niezwłocznie i jeśli okażą się zasadne uzupełni zamówienie w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji”.

Wyjaśnienie: Nie. Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

5. Dot. wzoru umowy. § 4 ust. 7 – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 4 ust. 7 poprzez zmianę, iż wolny od wad przedmiot umowy zostanie dostarczony do Kupującego przez Sprzedającego w ciągu 5 dni licząc od terminu uznania reklamacji”

Wyjaśnienie: Nie. Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

6. Dot. wzoru umowy § 5 ust. 2 – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w § 5 ust. 2 poprzez zapisanie „z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT, która obowiązuje od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów i wpływa na cenę brutto” i w związku z tym zapisem odpowiednią zmianę § 11 ust. 2 w zakresie dotyczącym VAT ?

Wyjaśnienie: Nie. Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

7. Dot. wzoru umowy. § 8 ust. 4 - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia z § 8 ust. 4 ?

Wyjaśnienie: Nie. Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

8. Dot. wzoru umowy. § 12 czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy poprzez zapisanie, iż zmiana wartości umowy nie może być większa niż 20%.

Wyjaśnienie: Nie. Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

9. Dot. Zadania 4. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora jednojamowego o czasie pracy 6,75 lat, niewiele różniący się od parametru wymaganego (7 lat) ?

Wyjaśnienie: Tak.

10. Dot. Zadania 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora dwujamowego o czasie pracy 6,1 lat, niewiele różniącym się od parametru wymaganego (7 lat) ?

Wyjaśnienie: Nie.

11 Dot. Zadania 6. Czy Zamawiający uzna za równoważną ofertę w której defibrylator z funkcją resynchronizacji CRTD będzie dostarczał stymulację antyarytmiczną przed ładowaniem kondensatora, a nie w trakcie ?

Wyjaśnienie: Nie.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Lek. med. Andrzej Mielcarek