

Zamość, dnia 13 września 2011r.

AZP.3320/65/ /11

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych zwijalnych. Poniżej przedstawiamy ich treść i wyjaśnienia:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuści soczewki z akrylu hydrofilnego o uwodnieniu 25% z powierzchnią hydrofobową, których moduł Younga wynosi 62, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ ?

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuści soczewki aferyczne reszta zgodnie z SIWZ ?

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający dopuści soczewki zwijalne, jednoczęściowe posiadające dwie części haptyczne w których znajdują po dwa otwory stabilizujące soczewkę w każdej z dwóch części haptycznych i module Younga 2,0 MPa, pozostałe parametry bez zmian ?

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający wymaga soczewek wewnątrzgałkowych zwijalnych o następujących parametrach:

- jednoczęściowe, dwie części haptyczne, w którym znajdują się po dwa otwory stabilizujące soczewkę w każdej z dwóch części haptycznych,
- materiał: akryl hydrofilny,
- stopień uwodnienia = 26 %
- kompatybilne z laserem Nd:YAG,
- część haptyczna = 13,0 mm,
- część optyczna = 6,0 mm,
- zakres mocy optycznej = + 10,0 D do +30,0 D (dostępne co + 0,5 D), - 10,0 D do + 9,0 D (dostępne co 1,0 D),
- stała A (SRK-T) 119,
- implantacja przez cięcie = 2,2 mm,
- podwójna ostra krawędź na obwodzie części optycznej soczewki oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery – wyraźnego progu przeciw zmętnieniu tylnej torebki 360 stopniu na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek, wyprofilowany na całej części optycznej soczewki)



Certyfikat nr 0019/2011  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011  
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011  
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011  
HACCP



KOMITET  
UPOWAŻNIENIA  
KARMIEŃIA  
PIERSIĄ

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.  
szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

- asferyczna optyka, bezabberacyjne,
- filtr UV,
- moduł Younga 2,0 MPa,
- angulacja 9°,
- współczynnik refrakcji: 1,465 w wodzie,
- implantacja przy pomocy jednorazowego zestawu do implantacji zawierającego injector, kartridż i pozycjoner soczewki. Wymiary kartridża: średnica wewnętrzna 1,3 mm/ średnica zewnętrzna 1,58 mm, główka kartridż: angulacja 40° ?

**Wyjaśnienia do pytań 1 - 4:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 5:**

Uprzejmie prosimy o zmianę brzmienia par. 7 wzoru umowy na następujące:  
„Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce (poza wskazaną w ofercie np. podwykonawca)”.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy zawarte we wzorze umowy – integralnej części SIWZ.

Zastępca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
ds Lecznictwa  
lek. med. Marek Lipiec