



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 23 września 2011 r.



AZP.3320/ 66/ / 11

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu USG Doppler do badań naczyniowych. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. pkt. 43 Zestawienia parametrów techniczno - użytkowych:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat renomowanego producenta posiadający głowicę posiadającą 128 elementów oraz możliwość obrazowania trapezowego i rombowego wprowadzając jednocześnie punktację tak jak w przypadku głowicy konweksowej?

Wyjaśnienie:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. pkt. 43 Zestawienia parametrów techniczno - użytkowych:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat renomowanego producenta posiadający głowicę liniową o szerokości czoła 56 mm?

Wyjaśnienie:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. pkt. 3 Zestawienia parametrów techniczno - użytkowych:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat o wadze 120 kg?

Wyjaśnienie:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. pkt. 6 Zestawienia parametrów techniczno - użytkowych:

Prosimy o wyjaśnienie jaką punktację otrzyma oferta w przypadku zaoferowania częstotliwości pracy podłączonych do aparatu sond w zakresie np. 1,5 – 15 MHz?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z przyjętą w SIWZ skalę oceny w/w oferta otrzyma 0 pkt.

Pytanie dot. pkt. 2 Zestawienia parametrów techniczno - użytkowych:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu USG, który posiada nowatorskie rozwiązania w zakresie konstrukcji podstawy jezdnej o czterech niezależnych obrotowych kołach w tym dwóch skrętnych, z możliwością blokady dwóch kół zapewniających stabilną pozycję aparatu? Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż dodatkowo aparat posiada skrętny panel, umożliwiający lepsze manewrowanie aparatem co rekompensuje brak czterech skrętnych kółek i jednocześnie jest wygodniejszym (a tym samym lepszym) rozwiązaniem dla użytkownika.

Wyjaśnienie:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. pkt. 42 Zestawienia parametrów techniczno - użytkowych:

Posiadając w ofercie głowice liniowe o różnych parametrach i w związku z wymaganiami zamawiającego dotyczącymi opisu głowicy liniowej w pkt. 42, zadajemy pytanie:

Czy Zamawiający zamiast 1 (jednej) szt. głowicy opisanej w pkt 42 wyrazi zgodę na zaproponowanie w to miejsce 2 (dwóch) sztuk głowic liniowych o następujących parametrach:

- głowica liniowa o parametrach: 192 elementy, zakres 4 – 13 MHz, czoło 50 mm oraz
- głowica liniowa o parametrach: 192 kryształy, zakres 3 – 11 MHz, czoło 36 mm?

Pragniemy zauważyć, że z ekonomicznego punktu widzenia zaproponowane wyżej rozwiązanie jest bardzo korzystne dla szpitala, który bez ponoszenia dodatkowych kosztów otrzyma z aparatem o 1 (jedną) szt. głowicy liniowej więcej. W takiej sytuacji z aparatem będą dostarczone bowiem 3 (trzy) szt. głowic liniowych oraz 1 (jedna) szt. głowicy convex.

Wyjaśnienie:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Technicznych
mgr Mirosław Brzozowski