



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 5 października 2011 r.



AZP.3320/ 68/ / 11

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. poz. b) Ssak elektryczny - 3 szt.:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka o poziomie głośności urządzenia 45 dB?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. poz. b) Ssak elektryczny - 3 szt.:

Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny o poziomie głośności do 45 dB +/- 1 dB?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. poz. c) Ssak barometryczny niskopróżniowy - 2 szt.:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka o sile ssania regulowanej w zakresie od 0 – 200 mbar (z możliwością ustawienia 100 mbar = 10 kPa) – ssak niskopróżniowy wg. normy PN-EN ISO 10079-1?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. poz. c) Ssak barometryczny niskopróżniowy - 2 szt.:

Czy Zamawiający może wyjaśnić co rozumie pod pojęciem Wersja pojedyncza, długość pojemnika 100 cm?

Wyjaśnienie: Pojedynczy pojemnik na wydzieliny o długości 100 cm.

Pytanie:

Czy wyrażą Państwo zgodę na wydzielenie do oddzielnego pakietu przedmiot zamówienia opisany w punkcie a) zawierający pompy infuzyjne strzykawkowe 54 szt.

Wyjaśnienie: Nie, wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy:

§ 6 ust. 2: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację tego zapisu na „W przypadku 3-krotnej opóźnionej dostawy z winy Sprzedającego Kupującemu należą się od Sprzedającego kary umowne w wysokości 5% wartości całkowitego wynagrodzenia (brutto) Sprzedającego”.

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
AZP.3320/ 68/ 11 – Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie: Nie, wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:

§ 9 ust. 9: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację tego zapisu na „W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązuje się do przeprowadzenia płatnych zalecanych przez producenta przeglądów (min. jeden przegląd w roku) wraz z zalecaną wymianą materiałów i części na koszt Sprzedającego z wyłączeniem następującego asortymentu: wózek opatrunkowo – zabiegowy, stół zabiegowy, mankiet do szybkiego przetaczania płynów infuzyjnych krwi, zestaw do intubacji i wentylacji, fonendoskop, butelka szklana do dozowników tlenu próżni, stojak do kroplówek, mankiet do pomiaru ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej tracheostomijnej”.

Wyjaśnienie: Nie, wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. poz. a) Pompy infuzyjne strzykawkowe – 54 szt.:

Ad. pkt 6: Czy Zamawiający dopuści pompy infuzyjne charakteryzujące się szybkością dozowania bolusa do 1800 ml/ h?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. poz. a) Pompy infuzyjne strzykawkowe – 54 szt.:

Ad. pkt 17: Czy Zamawiający dopuści pompę z przyciskami opisanymi symbolami graficznymi, w której programowanie wartości odbywa się dzięki przyciskom zwiększającym i zmniejszającym programowaną wartość? Oferowane rozwiązanie jest w rzeczywistości bezpieczniejsze i wygodniejsze w użyciu niż programowanie infuzji z wykorzystaniem wymaganej klawiatury numerycznej.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. poz. a) Pompy infuzyjne strzykawkowe – 54 szt.:

Ad. pkt 20: Czy Zamawiający dopuści pompy wyposażone w uchwyty do przenoszenia pomp, dające możliwość łatwego wyjęcia pompy z uchwytu przed umieszczeniem w stacji. Takie rozwiązanie zmniejsza masę kompletu pomp w stacjach oraz daje dodatkowe możliwości w zakresie zaprojektowania i utworzenia dodatkowych miejsc do umieszczania pomp pracujących poza stacjami.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. poz. a) Pompy infuzyjne strzykawkowe – 54 szt.:

Ad. pkt 21: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na pompy zasilane z sieci 230 V ale poprzez element gwarantujący podawanie do pompy prądu o napięciu 12 V? Oferowane rozwiązanie gwarantuje większe bezpieczeństwo pacjenta i personelu, gdyż nawet w przypadku awarii urządzenia czy uszkodzenia izolacji przewodów zasilających nie ma możliwości porażenia prądem o wartości zagrażającej życiu lub zdrowiu.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. poz. a) Pompy infuzyjne strzykawkowe – 54 szt.:

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane pompy infuzyjne strzykawkowe posiadały możliwość pracy w trybie standardowym, a także opcjonalnie w trybach:

1. PCA – terapii przeciwbólowej „kontrolowanej” przez pacjenta.
2. TCI - „wlewu” sterowanego docelowym pożądanym stężeniem podawanej substancji w osoczu.
3. SGC – system do kontrolowanej insulinoterapii. Próbkę krwi do badania poziomu glukozy są pobierane ręcznie, a wyniki wprowadzane przez ekran dotykowy. Moduł SGC działa jak „mózg” systemu i za pomocą algorytmu oblicza właściwą dawkę insuliny. Algorytm oblicza wymaganą dawkę insuliny biorąc pod uwagę aktualne prędkości żywienia dojelitowego i pozajelitowego, poziom glukozy we krwi, a także wyniki poprzednich pomiarów glikemii.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający w celu potwierdzenia wymaganych parametrów technicznych będzie wymagał

złożenia razem z ofertą oryginalnych ulotek producenta na pompy infuzyjne strzykawkowe, ssak elektryczny, defibrylator z monitorem i aparat EKG.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga złożenia razem z ofertą oryginalnych ulotek producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

Pytanie dot. ssak elektryczny:

Czy Zamawiający dopuści aparat nowy, niepowystawowy, wyprodukowany w październiku 2010 r. posiadający pełną gwarancję serwisową?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. ssak elektryczny:

Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny o głośności 39,4 dB? Pragniemy nadmienić, że jest to parametr lepszy od wymagań Zamawiającego, znacznie ułatwiający codzienną pracę.

Wyjaśnienie: Tak, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. ssak barometryczny niskopróżniowy:

Czy Zamawiający dopuści aparat nowy, niepowystawowy, wyprodukowany w październiku 2010 r. posiadający pełną gwarancję serwisową?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. ssak barometryczny niskopróżniowy:

Czy Zamawiający dopuści ssak barometryczny podłączony do źródła ssania ssaka elektrycznego pozwalający na równoczesną pracę ssaka próżniowego i ssaka elektrycznego? Rozwiązanie to jest wygodniejsze w codziennej pracy z uwagi na jego mobilność.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. ssak barometryczny niskopróżniowy:

Czy Zamawiający dopuści ssak barometryczny z dwiema butlami: o dł. 60 cm i 21 cm?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozbięcie przetargu na pakiety? Takie rozwiązanie zwiększy konkurencyjność i również pozwoli wybrać najlepszą dla Zamawiającego ofertę.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wózek wyposażony w:

- Trzy szuflady: dwie o wysokości 234 mm i jedną 155 mm?
- Zamykany kosz na odpady
- Pojemnik na materiały ostre (igły, ostrza)
- Pojemnik na rękawiczki
- Pojemnik wielofunkcyjny
- Centralny zamek
- Błat roboczy z podniesionym brzegiem z trzech stron, zabezpieczającym przed zsuwaniem się przedmiotów
- Wysuwany boczny blat roboczy
- Uchwyt do przetaczania wózka
- Podstawa jezдна składająca się z czterech kółek przeciwpyłowych i niebrudzących podłoża, dwa z nich posiadają hamulec kierunkowy.

Wymiary wózka: wysokość 927 mm, szerokość 518 mm, długość 690 mm.

Taka konfiguracja niewiele odbiega od wymaganej, a oferowane wyposażenie zapewnia maksymalną funkcjonalność wózka, gwarantując jednocześnie łatwość dezynfekcji oraz dostosowanie go do aktualnych potrzeb - poprzez szybki montaż czy demontaż dodatkowych elementów.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wózek wyposażony w:

- Cztery szuflady: dwie o wysokości 76 mm; jedna o wysokości 155 mm i jedna o wysokości 234 mm;
- Dwa uchwyty do przetaczania wózka;
- Podstawa jezdna składająca się z czterech kółek niebrudzących podłoża, z czego dwa posiadają hamulec kierunkowy;
- Błat wózka z podniesionym brzegiem z trzech stron, zabezpieczającym przez zsuwaniem się przedmiotów;

Oferowane wyposażenie w pełni sprawdza się zarówno na oddziałach o intensywnym nadzorze medycznym jak i anestezyjologicznym. Pozwala szybko znaleźć potrzebne leki czy inne niezbędne do ratowania ludzkiego życia narzędzia.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. poz. g) urządzenie do ogrzewania chorego – 2 szt.:

Prosimy o doprecyzowanie jakich kocy do ogrzewania wymaga Zamawiający (pod pacjenta, na pacjenta, śródoperacyjny)?

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga kocy do przykrywania pacjenta.

Pytanie:

Czy Zamawiający umożliwi składanie ofert na składanie poszczególne pozycje pakietu?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. poz. Ssak elektryczny 3 szt.:

Czy Zamawiający dopuści ssak wyposażony w 2 butle 2 l wielorazowe i kompatybilne z nimi wkłady jednorazowe, posiadające w pokrywie filtr hydrofobowy i antybakteryjny dodatkowo zabezpieczający źródło ssania przez zalaniem?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. poz. Ssak elektryczny 3 szt.:

Czy Zamawiający dopuści ssak kolumnowy, z półką na akcesoria, na podstawie jezdnej wyposażonej w 2 koła umiejscowione w tylnej części podstawy, ułatwiające przemieszczanie ssaka bez zbędnego obciążania personelu?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. poz. Ssak elektryczny 3 szt.:

Czy Zamawiający dopuści ssak o sile ssania 45 l/ min. przy podciśnieniu do 82 kPa?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. poz. Ssak elektryczny 3 szt.:

Czy Zamawiający dopuści ssak o sile ssania 25 l/ min. przy podciśnieniu do 82 kPa?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. poz. Ssak elektryczny 3 szt.:

Czy Zamawiający dopuści ssak bez możliwości przystosowania do zamontowania ssania barometrycznego?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. poz. Ssak elektryczny 3 szt.:

Czy Zamawiający oczekuje płynnego przełączania źródła ssania z jednego źródła na drugie?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. poz. Ssak elektryczny 3 szt.:

Czy Zamawiający wymaga 2 niezależnych źródeł ssania?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. poz. Ssak elektryczny 3 szt.:

Czy Zamawiający wymaga aby ssak zabezpieczający był przez filtr hydrofobowy nakręcany bezpośrednio na źródło ssania, co całkowicie eliminuje ryzyko zalania ssaka?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. poz. Ssak elektryczny 3 szt.:

Czy Zamawiający wymaga aby wkłady kompatybilne z w/w ssakami posiadały filtr hydrofobowo antybakteryjny, dodatkowo zabezpieczający ssak przed zalaniem a co za tym idzie fabrycznie nadrukowaną datę ważności i skuteczności owych filtrów na każdym wkładzie?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. poz. Ssak barometryczny niskopróżniowy:

Czy Zamawiający dopuści ssak próżniowy montowany na szynie modura, z wtykiem do punktu typu AGA bez możliwości współpracy z ssakiem elektrycznym?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. poz. Ssak barometryczny niskopróżniowy:

Czy Zamawiający dopuści ssak wyposażony w butle od 1 do 3 l i kompatybilne z nimi wkłady jednorazowe, posiadające w pokrywie filtr hydrofobowy i antybakteryjny dodatkowo zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. poz. Ssak barometryczny niskopróżniowy:

Czy Zamawiający wymaga aby ssak zabezpieczający był przez filtr hydrofobowy nakręcany bezpośrednio na źródło ssania, od spodu co całkowicie eliminuje ryzyko zalania ssaka?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. pkt. 5 pomp infuzyjnych strzykawkowych:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę strzykawkową wysokiej klasy o regulowanej szybkości podaży płynów w zakresie 0,1 – 1200 ml/ h?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. pkt. 6 pomp infuzyjnych strzykawkowych:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę strzykawkową wysokiej klasy z możliwością podaży bolusa programowanego i podawanego z ręki o programowanej dawce uderzeniowej do 1200 ml/ h przy strzykawce 50 ml?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. pkt. 17 pomp infuzyjnych strzykawkowych:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę strzykawkową wysokiej klasy, w której ustawienie parametrów infuzji odbywa się za pomocą klawiatury strzałkowej?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. pkt. 19 pomp infuzyjnych strzykawkowych:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę strzykawkową wysokiej klasy wyposażoną w akumulator umożliwiający pracę pompy przez 6 godzin przy przepływie 5 ml/ h?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. poz. Ssak elektryczny:

Czy w związku z tym, że proponowany zestaw zawiera regulator niskopodciśnieniowy do drenażu, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników dwukomorowych sterylnych do zbierania wydzieliny w czasie drenażu zamiast pojemnika 100 cm (pkt. c 6)?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. poz. Defibrylator z monitorem:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator o wadze 7,1 kg (waga defibrylatora z elektrodami, kablem elektrod, pełną rolką papieru, baterią, zewnętrznymi łyżkami standardowymi i kieszenią na łyżki)?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. poz. Aparat EKG wraz z wózkiem pkt 5:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat EKG z prędkością przesuwu papieru 5, 10, 25, 50 mm/ s?

Wyjaśnienie: Tak, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. poz. Wózek opatrunkowo – zabiegowy i stolik zabiegowy:

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach (całkowitych, z wyposażeniem) 685 x 600 x 1000 mm?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. poz. Wózek opatrunkowo – zabiegowy i stolik zabiegowy:

Prosimy zamawiającego o rezygnację z wymogu przeprowadzenia szkolenia bezpośrednich użytkowników z obsługi przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenia szkolenia serwisowego dla pracowników Działu Inżynierii Klinicznej z wykonywania podstawowych czynności serwisowych.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ Zamawiający dla wózka opatrunkowo – zabiegowego i stolika zabiegowego nie wymaga wykonania przeglądów okresowych i szkolenia serwisowego dla pracowników Działu Inżynierii Klinicznej z wykonywania podstawowych czynności serwisowych. Zamawiający nie rezygnuje z wymogu przeprowadzenia szkolenia bezpośrednich użytkowników z obsługi przedmiotu zamówienia.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek