



Zamość, dnia 17 listopada 2011 r.



AZP.3320/ 75/ / 11

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia Centralnej Sterylizatorni wraz z demontażem i utylizacją posiadanego sprzętu. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. Myjni – dezynfektora, pkt 2 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści myjnię mieszczącą 3 kontenery sterylizacyjne ½ STE wraz z pokrywami?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Myjni – dezynfektora, pkt 4 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści myjnię posiadającą samobalansujący się system pobierania wody (pobór wody zależny od rodzaju i wielkości wsadu) z czujnikiem poziomu wody zamiast pomiaru ilości pobranej wody?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. Myjni – dezynfektora, pkt 5 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści myjnię nastawą stężenia środków chemicznych bezpośrednio z panelu sterującego poprzez nastawę ilości środka w ml?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. Myjni – dezynfektora, pkt 9 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści myjnię wyposażoną w pompę spustową?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Myjni – dezynfektora, pkt 18 i 21 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści myjnię z wbudowaną suszarką o wydajności min. 150 m³/ h oraz mocy suszenia min. 3 kW?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. Myjni – dezynfektora, pkt 20 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści myjnię wyposażoną w kondensator oparów chłodzony powietrzem?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Myjni – dezynfektora, pkt 27 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści myjnię z pompą obiegową o wydajności min. 500 l/min?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Myjni – dezynfektora, pkt 29 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści myjnię bez systemu anty-pianowego?

Wyjaśnienie: Tak.

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Pytanie dot. Myjni – dezynfektora, pkt 31 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści myjnię bez automatycznego rozpoznawania wózków?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Myjni – dezynfektora, pkt 35 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści myjnię posiadającą więcej niż 12 programów wybieranych za pomocą sześciu różnych przycisków?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Myjni – dezynfektora, pkt 36 tabeli:

Prosimy o dopuszczenie zakresu 90 - 93°C dla temperatury dezynfekcji termicznej.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza zakres 90 – 93°C dla temperatury dezynfekcji termicznej przy utrzymaniu wymaganej przez Zamawiającego dla w/w dezynfekcji temperatury 93°C.

Pytanie dot. Myjni – dezynfektora, pkt 40 i 41 tabeli:

Czy w związku z wymogiem zaoferowania systemu rejestracji wsadu myjni Zamawiający wymaga, aby oferowany system był dostarczany przez producenta myjni?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie dot. Myjni – dezynfektora, pkt 42 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści myjnię z zapisem parametrów procesów oraz błędów na zewnętrznym nośniku pamięci?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Myjni – dezynfektora, pkt 44 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści myjnię o szerokości 1110 mm?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Myjni – dezynfektora, pkt 44 ppkt a i b tabeli:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwóch wózków wsadowych 5-poziomowych o konstrukcji umożliwiającej zdejmowanie półek zamiast wymaganych wózków jednolitych 2- i 5-poziomowych?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Myjni – dezynfektora, pkt 44 ppkt b tabeli:

Czy Zamawiający dopuści wózek 5-poziomowy bez złącza typu Luer?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. Myjni – dezynfektora, pkt 44 ppkt f tabeli:

Czy Zamawiający dopuści system automatycznego transportu z napędem pneumatycznym, taśmowym, wyposażony w okno podawcze przesuwane do góry?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Sterylizatorów parowych, pkt 9 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści sterylizator z orurowaniem parowym i wodnym wykonany ze stali kwasoodpornej o jakości nie gorszej niż AISI 316?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Sterylizatorów parowych, pkt 10 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści panel sterowania wyposażony w przyciski membranowe po stronie rozładowniczej sterylizatora?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. Sterylizatorów parowych, pkt 16 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści sterylizator z drzwiami nie wymagającymi stosowania przeciwcieżaru w celu awaryjnego otwarcia przez personel?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. Sterylizatorów parowych, pkt 17 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści sterylizator z pompą próżniową jednostopniową?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. Sterylizatorów parowych, pkt 18 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści sterylizator bez dodatkowego inżektora wzmacniającego działanie pompy?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Sterylizatorów parowych, pkt 19 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści sterylizator z zabezpieczeniem pompy próżniowej w przypadku braku zasilania wodą chłodzącą, bez wyświetlania wartości temperatury i ciśnienia?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. Sterylizatorów parowych, pkt 27 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści sterylizator z uszczelką dociskaną parą wodną o wytrzymałości ponad 600 cykli?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. pkt 28 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści sterylizator bez programu „wypychająco – zasysającego” uszczelkę drzwi?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. Sterylizatorów parowych, pkt 29 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści sterylizator ze strefą serwisową z jednego boku urządzenia?

Wyjaśnienie: Tak, ale bez potrzeby wysuwania urządzenia.

Pytanie dot. Sterylizatorów parowych, pkt 35 i 36 tabeli:

Czy w związku z wymogiem zaoferowania systemu rejestracji wsadu myjni Zamawiający wymaga, aby oferowany system był dostarczany przez producenta myjni?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie dot. Sterylizatorów parowych, pkt 37 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści sterylizator wyposażony w wytwornicę pary o mocy 60 kW?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Sterylizatorów parowych, pkt 40 tabeli:

Czy Zamawiający dopuści sterylizator wyposażony w zawory bezpieczeństwa umieszczone na wytwornicy pary oraz komorze sterylizacyjnej?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Systemu centralnego dozowania środków chemicznych do myjni:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania myjni – dezynfektorów wyposażonych we własne systemy dozowania środków chemicznych oraz posiadające wbudowane szafki mieszczące 4 kanistry ze środkami chemicznymi o pojemności 5 litrów każdy, zamiast systemu centralnego dozowania?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. Myjni narzędziowych przelotowych, pkt 2:

Czy Zamawiający dopuści również komorę myjącą o pojemności 10 tac narzędziowych lub 4 kontenery ½ STE z podwójnymi pokrywkami lub 5 zestawów anestetycznych?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza komorę o pojemności 10 tac narzędziowych lub 4 kontenerów ½ STE z podwójnymi pokrywkami lub 5 zestawów anestetycznych a jednocześnie wyjaśnia zapis: komora myjąca o pojemności 10 tac narzędziowych, w następnym wsadzie 4 kontenery sterylizacyjne ½ STE z podwójnymi pokrywkami, a w kolejnym wsadzie 4 zestawy anestetyczne (dopuszczone 5).

Pytanie dot. Myjni narzędziowych przelotowych, pkt 3:

Czy Zamawiający dopuści drzwi otwierane uchylnie z przeszkleniem 50%?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Myjni narzędziowych przelotowych, pkt 5:

Czy Zamawiający dopuści dozowanie środka chemicznego w ilości stałej ustawionej w programie bez przeliczenia ilości środka do ilości pobranej wody?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. Myjni narzędziowych przelotowych, pkt 6:

Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeśli sterowanie procesem wg. A0 będzie odbywało się za pomocą nastawy czasu oraz temperatury dezynfekcji z wyświetleniem wartości A0 na wyświetlaczu?

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga aby proces został przerwany po osiągnięciu zadanej w programie A0.

Pytanie dot. Myjni narzędziowych przelotowych, pkt 8:

Czy Zamawiający dopuści przyłączy za pomocą zaworów ½”?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Myjni narzędziowych przelotowych, pkt 10:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania urządzenie, w którym podgrzew wody następuje do temperatury 93 st. C w bojlerze zewnętrznym?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. Myjni narzędziowych przelotowych, pkt 17:

Czy Zamawiający może określić w jaki sposób należy rozumieć zapis „współpraca myjni z centralnym systemem dozowania”?

Wyjaśnienie: Zamawiający rozważa możliwość rozbudowy systemu i podłączenia 5 pomp dozujących.

Pytanie dot. Myjni narzędziowych przelotowych, pkt 21:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy grzewczej suszarki 7 kW?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Myjni narzędziowych przelotowych, pkt 29:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym w przypadku pojawienia się piany nastąpi przerwanie procesu i spust wody?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. Myjni narzędziowych przelotowych, pkt 35:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym wybór 12 programów będzie następował bezpośrednio z panelu sterującego przez 6 przycisków wyboru programów (każdy przycisk dwufunkcyjny posiada przypisane 2 programy – obok przycisku znajduje się opis nazwy programu oraz jego numer co ułatwia wybór programu)?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Myjni narzędziowych przelotowych, pkt 41:

Czy kody kreskowe, o których mowa w ww. punkcie są to kody jednorazowe drukowane w strefie czystej?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Myjni narzędziowych przelotowych, pkt 41:

Czy zatwierdzenie wsadu myjni powinno się odbywać po wyjęciu załadunku z urządzeń przy urządzeniach?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Myjni narzędziowych przelotowych, pkt 41:

Czy rejestracja wsadu myjni powinna się odbywać podczas załadunku urządzeń przed maszyną?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Myjni narzędziowych przelotowych, pkt 41:

Czy zainstalowane skanery do rozpoznawania wsadu i zatwierdzania powinny być przewodowe czy bezprzewodowe (Zamawiający nie określił typu urządzeń)?

Wyjaśnienie: Skanery bezprzewodowe.

Pytanie dot. Myjni narzędziowych przelotowych, pkt 43:

Czy Zamawiający dopuści urządzenia serwisowane od frontu w wersji, w której na czas serwisowych czynności podlegają wysunięciu na specjalnym systemie rolkowym na strefę brudną?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. Myjni narzędziowych przelotowych, pkt 44 b:

Czy dopuszcza się wózek, w którym pomiędzy ramieniem a półką jest zachowane wymagane 8 cm, natomiast w miejscu pomiędzy tacami następuje przewężenie konstrukcyjne przewodem stalowym zasilającym ramię w wodę?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. Myjni narzędziowych przelotowych, pkt 44 d:

Czy Zamawiający dopuści wózek o pojemności 5 zestawów anestezyjologicznych, w tym 15 węży oddechowych długości minimum 1,5 m układanych spiralnie ku górze?

Wyjaśnienie: Tak, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. Sterylizatora parowego, pkt 6:

Czy Zamawiający dopuści urządzenia z płaszczem, w którym możliwe jest sprawdzenie części spawów umiejscowionych „na zewnątrz” podczas próby wodnej?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. Sterylizatora parowego, pkt 12:

Prosimy o wyjaśnienie jakie informacje należy podać w punkcie 12.

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga podania środków zalecanych przez producenta do dezynfekcji.

Pytanie dot. Sterylizatora parowego, pkt 17:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z układem próżniowym z inżektorem bez dwustopniowej pompy próżniowej?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. Sterylizatora parowego, pkt 34:

Czy dopuszcza się zapis parametrów procesu w formie graficznej zgodnie z wydrukiem?

Wyjaśnienie: Forma graficzna nie jest wymogiem ale jest dopuszczona.

Pytanie dot. Sterylizatora parowego, pkt 36:

Czy zatwierdzenie wsadu sterylizatorów powinno się odbywać po wyjęciu załadunku z urządzeń przy urządzeniach?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Sterylizatora parowego, pkt 36:

Czy rejestracja wsadu sterylizatorów powinna się odbywać podczas załadunku urządzeń przed maszyną?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Sterylizatora parowego, pkt 36:

Czy zainstalowane skanery do rozpoznawania wsadu i zatwierdzania powinny być przewodowe czy bezprzewodowe (Zamawiający nie określił typu urządzeń)?

Wyjaśnienie: Skanery bezprzewodowe.

Pytanie dot. Sterylizatora parowego, pkt 36:

Na ilu stanowiskach Zamawiający wymaga drukowania etykiet przylepnych w strefie czystej oraz prosimy o określenie jakiego rodzaju etykiet oczekuje Zamawiający?

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga drukowania etykiet przylepnych na 4 stanowiskach. Zamawiający oczekuje etykiet trójdzielnych, podwójnie klejonych,

Pytanie dot. Sterylizatora parowego:

Czy Zamawiający dopuści aby urządzenia były zainstalowane w zagłębieniu 5 cm?

Wyjaśnienie: Tak, ale w ramach kosztu zakupu urządzenia.

Pytanie dot. Centralnego systemu dozowania, pkt 10:

W jaki sposób powinien przekazywać informacje elektroniczny system zdalnego powiadamiania o potrzebie zamówienia dozowanych środków?

Wyjaśnienie: Informacja na komputerze administratora poprzez sieć.

Pytanie dot. Centralnego systemu dozowania, pkt 11:

Na czym ma polegać zdalne monitorowanie pracy systemu oraz jego funkcji?

Wyjaśnienie: Sprawdzenie prawidłowości działania systemu dozującego oraz pomiaru ilości środków w zbiornikach, w litrach i wyświetlenie informacji na komputerze.

Pytanie dot. Centralnego systemu dozowania, pkt 14:

Czy sterownik powinien być wyposażony w panel sterujący z wyświetlaczem?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ, nie jest wymogiem ale jest dopuszczona.

Pytanie dot. Centralnego systemu dozowania, pkt 16:

Czy wbudowane czujniki informujące o ilości wykorzystanego środka chemicznego (pomiar poziomu środka w zbiorniku) mogą wskazywać dwa poziomy (minimalny i maksymalny)?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. Centralnego systemu dozowania, pkt 16:

Czy poziom płynu w zbiorniku powinien być kontrolowany i podawany w %, w litrach czy kilogramach?

Wyjaśnienie: Poziom płynu powinien być kontrolowany i podawany w litrach.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek