



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 24 stycznia 2011 r.

AZP.3320/ 78/10/ / 11

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę środków technicznych neurochirurgicznych. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie:

Co Zamawiający ma na myśli pod stwierdzeniem „wykonawca dostarczy narzędzia na czas trwania umowy”? Czy narzędzia muszą być na stałe położone u Zamawiającego, czy mogą przyjeżdżać do każdego zabiegu z implantami, których dotyczyć będzie umowa?

Wyjaśnienie:

Narzędzia muszą być na stałe położone w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie dot. zadania 15:

Prosimy o doprecyzowanie liczby worków wymaganych przez Zamawiającego. Czy komplet oznacza zaoferowanie 27 worków (15 do drenażu komorowego, zaś 17 do lędźwiowego)?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga aby komplet składał się z minimum 5 worków.

Pytanie dot. zadania 17:

Czy Zamawiający wymaga dzierżawy urządzenia programującego zastawkę przez cały okres obowiązywania umowy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga nieodpłatnego przekazania urządzenia programującego zastawkę na cały okres obowiązywania umowy.

Pytanie dot. zadania 22:

Czy Zamawiający dopuści oponę sztuczną do plastyki opony twardej o wymiarach 75 x 75 x 0,5 mm lub 100 x 125 x 0,5 mm? Na rynku nie istnieje rozwiązanie o grubości 6 cm, które jest zarejestrowane jako produkt do plastyki opony twardej, a jedynie służące do hemostazy.

Wyjaśnienie:

Tak.

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Nordea Bank Polska S.A.
O/Gdynia
38 1440 1101 0000
0000 1121 6037

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
AZP.3320/78/10 - Wyjaśnienie treści SIWZ

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści ofertę w której łączę poprzeczne ma długość: 30 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyszłej umowy dokona zmian w zapisach projektu (wzoru) umowy stanowiącej załącznik do siwz, poprzez dodanie zapisów o treści:

Szkolenia:

1. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach dostawy wyrobów medycznych.
2. Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.
3. Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca określi maksymalną ilość uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.
4. Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel z doświadczeniem w obszarze neurochirurgicznym i biotechnologicznym, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.
5. Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia w tym również materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.
6. Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę.
7. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę.
8. Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkoleniowej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i zawierającym:
 - a) nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,
 - b) datę i miejsce ich przeprowadzenia,
 - c) imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,
 - d) imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,
 - e) czas trwania poszczególnych szkoleń.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy Zamawiający dopuści ofertę na System Płytek do Stabilizacji Kręgosłupa Szyjnego posiadający śruby do mocowania płytek w dwóch średnicach (4 mm; 5 mm) i trzech rozmiarach długości (12; 14; 16 mm)?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 13:

Czy Zamawiający dopuści resorbowalny, syntetyczny substytut kości, na bazie fosforanu wapnia, do uzupełniania wszczepów i ubytków kostnych, w postaci granulatu 2 – 4 mm,

opakowanie 10 ml?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na system do przezskórnej wertebroplastyki z aplikatorem (pojemnikiem) wielorazowego zastosowania wykonanym z wysokowytrzymałościowych komponentów aluminiowo – stalowych?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. wzorów umowy:

Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 5 zd. 1 (§2 ust. 4 zd. 1), iż termin uwzględnienia reklamacji jakościowej będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. wzorów umowy:

Czy Zamawiający doda zapis w §4 ust. 5 zd. 2 (§2 ust. 4 zd. 2) oraz w §9 (§7), że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. wzorów umowy:

Czy Zamawiający zmieni zapis rozdz. III SIWZ oraz §5 ust. 2 (§3 ust. 2) umowy, iż to cena netto nie może ulec zmianie oraz zmieni §11 ust. 2 tiret 3 (§9 ust. 2 tiret 3), iż nowa stawka VAT zostanie doliczona do niezmienionych cen netto?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. wzorów umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w §12 (§10), iż „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku realizacji umowy nie może przekraczać 20% ilości określonej w niniejszej umowie”?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż §12 (§10) wzoru umowy otrzymuje ust. 2 o brzmieniu: „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku realizacji umowy nie może przekraczać 20% ilości określonej w niniejszej umowie”.

Pytanie dot. zadania 14:

Czy Zamawiający dopuści możliwość wyodrębnienia klipsów Yasargila z pakietu 14 i utworzenie nowego pakietu dla tych klipsów?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. zadania 17:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zastawki programowalnej ze zintegrowanym zaworem antysyfonowym?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 22:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania substytutu opony twardej w rozmiarze 6 cm x 8 cm?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 20:

Czy Zamawiający może określić rozmiary ubytków kości czaszki?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga następujących rozmiarów płytek: 105 x 60, 75 x 75 i 75 x 57.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Administracyjnych
mgr inż. Bernarda Petryk